

Juli 2023

# Gebruikshandleiding NeuMoDx™ Biohazard Waste Bag

Versie 1



Voor in-vitrodiagnostisch gebruik met de NeuMoDx 288 en  
NeuMoDx 96 Molecular Systems

Rx only


Gebruik uitsluitend op voorschrift



600100



NeuMoDx Molecular, Inc.  
1250 Eisenhower Place  
Ann Arbor, MI  
48108 USA



Emergo Europe B.V.  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

40600587-NL\_B



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het *NeuMoDx 288 Molecular System* voor gedetailleerde instructies; O/N 40600108

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het *NeuMoDx 96 Molecular System* voor gedetailleerde instructies; O/N 40600317

---

# Inhoud

Beoogd gebruik.....	4
Samenvatting en uitleg .....	4
Uitgangspunt van de procedure.....	4
Meegeleverde materialen .....	6
Inhoud van de kit.....	6
Benodigde maar niet meegeleverde materialen .....	7
Uitrusting.....	7
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen .....	8
Veiligheidsinformatie .....	8
Informatie bij noodgevallen .....	8
Afvoeren .....	9
Opslag, hantering en stabiliteit van het product.....	9
Gebruikshandleiding.....	9
Beperkingen.....	10
Referenties .....	11
Symbolen .....	12
Contactgegevens.....	13
Bestelgegevens.....	14
Revisiegeschiedenis van document.....	15

---

# Beoogd gebruik

De NeuMoDx Biohazard Waste Bag is een accessoire dat wordt gebruikt om het biologisch gevaarlijk afval dat door de NeuMoDx 288 Molecular System en NeuMoDx 96 Molecular System (NeuMoDx System(s)) wordt geproduceerd op te vangen. De NeuMoDx Biohazard Waste Bag wordt universeel gebruikt voor alle tests die op de NeuMoDx Systems worden uitgevoerd.

## Samenvatting en uitleg

De NeuMoDx Biohazard Waste Bag wordt gebruikt als een accessoire dat zich in de NeuMoDx Biohazard Waste Bin bevindt en biologisch gevaarlijk afval opvangt dat door het NeuMoDx 288 Molecular System wordt geproduceerd en automatisch wordt afgevoerd. De afvalzak voor biologisch gevaarlijk afval en de bijbehorende container worden gebruikt als afzonderlijke accessoires voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat door het NeuMoDx 96 Molecular System wordt geproduceerd. De NeuMoDx Biohazard Waste Bag bestaat uit een doorzichtige zak in een rode afvalzak voor biologisch gevaarlijk afval. Onderaan de zak bevindt zich absorberend materiaal.

## Uitgangspunt van de procedure

De NeuMoDx Systems maken gebruik van een combinatie van hitte en eigen extractiereagentia voor het uitvoeren van cellyse, extractie van nucleïnezuur, en inactivering/vermindering van remmers uit onverwerkte klinische specimens voordat het geëxtraheerde nucleïnezuur wordt aangeboden voor detectie door realtime PCR (Polymerase Chain Reaction). Een aliquot van het onverwerkte specimen wordt gemengd met de toepasselijke NeuMoDx Lysis Buffer en onderworpen aan lysis bij vooraf bepaalde temperaturen in de aanwezigheid van lytische enzymen en paramagnetische deeltjes.

---

De vrijgekomen nucleïnezuren worden opgevangen door paramagnetische deeltjes en deze deeltjes worden vervolgens (samen met de gebonden nucleïnezuren) in de NeuMoDx Cartridge geplaatst, waar de ongebonden/niet-specifiek gebonden onderdelen weg worden gewassen door het NeuMoDx Wash Reagent en het gebonden nucleïnezuur wordt geëluëerd door het NeuMoDx Release Reagent.

De NeuMoDx Systems mengen het vrijgekomen nucleïnezuur met assayspecifieke primers en probes en met het gedroogde Master Mix dat in een NeuMoDx Test Strip zit. Vervolgens brengt het systeem het voorbereide mengsel naar de NeuMoDx Cartridge, waar realtime PCR plaatsvindt. Het afval dat wordt geproduceerd bij het uitvoeren van tests wordt bewaard in de NeuMoDx Biohazard Waste Bag totdat het door medewerkers van het laboratorium op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

# Meegeleverde materialen

## Inhoud van de kit

NeuMoDx Biohazard Waste Bag REF 600100	<b>Eenheden per pakket</b>	Tests per eenheid	Tests per pakket
NeuMoDx Biohazard Waste Bag	5	~ 500*	variabel*

\* het aantal tests per eenheid/verpakking kan afwijken afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik.

---

# Benodigde maar niet meegeleverde materialen

## Uitrusting\*

NeuMoDx 288 Molecular System [REF 500100] OF

NeuMoDx 96 Molecular System [REF 500200]

\* Verzeker u er voor gebruik van dat de apparaten zijn gecontroleerd en gekalibreerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

---

# Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

## Veiligheidsinformatie

Uitsluitend voor in-vitrodiagnostisch gebruik met NeuMoDx Systems.

Niet hergebruiken.

Voor elk reagens zijn veiligheidsinformatiebladen (VIB's) beschikbaar (waar van toepassing) via [www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu)

Draag altijd schone, poedervrije nitril handschoenen wanneer u met specimen of NeuMoDx-reagentia, -verbruiksartikelen of -accessoires werkt.

Was uw handen grondig na het uitvoeren van de test.

Pipetteer niet met de mond. In ruimten waar specimen of kitreagentia worden verwerkt, mag niet worden gerookt, gegeten of gedronken.

Behandel specimen altijd alsof ze infectieus zijn en volg procedures voor veilig werken in het laboratorium, zoals beschreven in Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories<sup>1</sup> en in CLSI-document M29-A4.2

Draag bij het werken met chemicaliën altijd een geschikte laboratoriumjas, wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Raadpleeg voor meer informatie de desbetreffende veiligheidsinformatiebladen (VIB's).

Voer ongebruikte reagentia en afval af in overeenstemming met nationale, federale, provinciale en lokale regelgeving.

## Informatie bij noodgevallen

CHEMTREC

Buiten de VS en Canada +1 703-527-3887



---

## Afvoeren

Voer af als gevaarlijk afval in overeenstemming met lokale en nationale wetgeving. Dit is ook van toepassing op ongebruikte producten. Volg de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (VIB).

## Opslag, hantering en stabiliteit van het product

De NeuMoDx Biohazard Waste Bag dient voorafgaand aan gebruik te worden bewaard bij een temperatuur van 18 tot 28 °C.

Niet gebruiken als het product of de verpakking zichtbaar is aangetast.

## Gebruikshandleiding

### NeuMoDx 288 Molecular System

De software van het NeuMoDx 288 zal de gebruiker vragen om de afvalzak voor biologisch gevaarlijk afval te legen, nadat er ongeveer 500 tests zijn verwerkt. Volg de aangegeven stappen op het aanraakscherm en raadpleeg de *gebruiksaanwijzing van de NeuMoDx 288* voor aanvullende informatie.

### NeuMoDx 96 Molecular System

De NeuMoDx Biohazard Waste Bag en Biohazard Waste Bin worden geleverd als afzonderlijke accessoires en kunnen worden gebruikt voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat door het NeuMoDx 96 Molecular System wordt geproduceerd. Raadpleeg de *gebruiksaanwijzing van de NeuMoDx 96* voor meer informatie.

---

# Beperkingen

1. De NeuMoDx Biohazard Waste Bag kan alleen in combinatie met NeuMoDx Systems worden gebruikt en is niet compatibel met andere geautomatiseerde systemen voor moleculaire diagnostiek.
2. Gebruik van dit accessoire is beperkt tot medewerkers die zijn getraind in het gebruik van het NeuMoDx System.
3. Goede laboratoriumpraktijken, waaronder het vervangen van handschoenen bij het omgaan met verschillende patiëntspecimens of met biologisch gevaarlijk afval, worden aanbevolen om besmetting van specimens te voorkomen.











---

# Referenties

1. Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5<sup>th</sup> edition. HHS Publication No. (CDC) 21-1112, Revised December 2009
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition. CLSI document M29-A4; May 2014

# Symbolen

De volgende symbolen kunnen in de gebruikshandleiding of op de verpakking en etiketten zijn weergegeven:

Symbool	Symbooldefinitie
	In-vitrodiagnostisch medisch hulpmiddel
	Catalogusnummer
	Batchcode
	Fabrikant
	Gebruik uitsluitend op voorschrift
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Niet hergebruiken
	CE-markering
	Raadpleeg de gebruikshandleiding
	Bevat

---

## Contactgegevens

Voor technische ondersteuning en meer informatie wendt u zich tot ons technisch ondersteuningspunt via **support@qiagen.com**

Technische ondersteuning/alertheidsmeldingen: **support@qiagen.com**

Alle ernstige incidenten die plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiënt zich bevindt.

# Bestelgegevens

Product	Cat.nr.
NeuMoDx Biohazard Bag	600100

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de betreffende NeuMoDx-kit voor actuele informatie over licenties en productspecifieke vrijwaringsclausules. De handleiding van NeuMoDx-kits zijn verkrijgbaar via [www.neumodx.com](http://www.neumodx.com) of kunnen via [support@qiagen.com](mailto:support@qiagen.com) of bij uw plaatselijke distributeur worden aangevraagd.

# Revisiegeschiedenis van document

Revisie	Overzicht van wijzigingen
A, 05/2022	Oorspronkelijke uitgave Nieuw productnummer (P/N 40600587) voor IVDR-vrijgave van algemene reagens.
B, 07/2023	Adres van Emergo bijgewerkt naar Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands. <a href="http://www.neumodx.com/client-resources">www.neumodx.com/client-resources</a> gewijzigd naar <a href="http://www.qiagen.com/neumodx-ifu">www.qiagen.com/neumodx-ifu</a> .

### **Beperkte licentieovereenkomst voor de NeuMoDx Biohazard Bag**

Door dit product te gebruiken verklaart de koper of gebruiker zich akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Het product mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de protocollen die bij het product en deze handleiding zijn meegeleverd en mag alleen worden gebruikt met onderdelen die zich in het paneel bevinden. NeuMoDx geeft onder haar intellectuele eigendom geen licentie om de bijgesloten onderdelen van dit paneel te gebruiken of samen te stellen met onderdelen die niet bij het paneel zijn meegeleverd, behalve zoals beschreven in de protocollen die bij het product en deze handleiding zijn meegeleverd en in aanvullende protocollen die beschikbaar zijn op [www.neumodx.com](http://www.neumodx.com). Enkele van deze aanvullende protocollen zijn door NeuMoDx-gebruikers beschikbaar gesteld voor andere NeuMoDx-gebruikers. Deze protocollen zijn niet grondig door NeuMoDx getest of geoptimaliseerd. NeuMoDx geeft geen garanties over deze protocollen en kan evenmin waarborgen dat ze geen inbreuk maken op de rechten van derden.
2. Anders dan uitdrukkelijk gesteld in licenties, garandeert NeuMoDx niet dat dit paneel en/of het gebruik ervan geen rechten van derden schenden.
3. Dit paneel en de onderdelen ervan worden in licentie gegeven voor eenmalig gebruik en mogen niet worden hergebruikt, opgeknapt of doorverkocht.
4. NeuMoDx verwerpt uitdrukkelijk alle andere licenties, expliciet of impliciet, dan die uitdrukkelijk zijn vermeld.
5. De koper en gebruiker van het paneel gaan ermee akkoord dat zij geen stappen ondernemen en niemand anders toestaan stappen te ondernemen die tot bovenstaande verboden handelingen kunnen leiden of deze vergemakkelijken. NeuMoDx mag de verbodsbepalingen in deze Beperkte licentieovereenkomst afdwingen bij de rechter en zal alle onderzoekskosten en gerechtelijke kosten, inclusief advocaatkosten, verhalen bij elke handeling om deze Beperkte licentieovereenkomst of een intellectueel eigendomsrecht in verband met het paneel en/of de onderdelen ervan af te dwingen.

Kijk op [www.neumodx.com](http://www.neumodx.com) voor actuele licentievoorwaarden.

07/2023 40600587-NL\_B © 2023 NeuMoDx™, alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken: QIAGEN®, Sample to Insight®, NeuMoDx™ (QIAGEN Group). Geregistreerde namen, handelsmerken, enz. die in dit document worden gebruikt, dienen altijd als wettelijk beschermd te worden geacht, ook als deze niet als zodanig worden weergegeven.



