

Février 2023

Mode d'emploi (manuel) de la trousse QIASymphony[®] PAXgene[®] Blood ccfDNA



192

Version 1



Utilisation prévue pour le diagnostic in vitro



768566




PreAnalytiX GmbH

Garstligweg 8, 8634 Hombrechtikon, Suisse



1130770FRCA



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ALLEMAGNE

PreAnalytiX Company

PreAnalytiX GmbH

8634 Hombrechtikon

Suisse

www.PreAnalytiX.com

Marques de commerce : PAXgene®, PreAnalytiX® (PreAnalytiX GmbH)
QIAGEN®, QIAamp®, QIAcube®, QIASymphony® (groupe QIAGEN)
BD™ (Becton Dickinson and Company)
Corning®, Falcon® (Corning, Inc.)
Eppendorf® (Eppendorf AG)
SpeedVac® (Thermo Fisher Scientific ou ses filiales).

PreAnalytiX GmbH, 8634 Hombrechtikon, CH.

1130770FRCA HB-2866-003

© 2023 PreAnalytiX GmbH. Sauf avis contraire, PreAnalytiX, le logo PreAnalytiX et toutes les autres marques sont la propriété de PreAnalytiX GmbH, Hombrechtikon, CH.

Contrat de licence limité pour la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA

En utilisant ce produit, l'acheteur ou l'utilisateur de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA accepte les conditions suivantes :

1. Le produit ne doit être utilisé que conformément aux protocoles fournis et à ce manuel et uniquement avec les composants contenus dans cette trousse. PreAnalytiX® n'accorde aucune licence sous sa propriété intellectuelle pour utiliser ou intégrer les composants fournis dans cette trousse avec tout autre composant non fourni dans cette trousse, à l'exception de ce qui est stipulé dans les protocoles fournis avec le produit, dans ce manuel et dans d'autres protocoles disponibles sur le site www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com.
2. En dehors des licences expressément énoncées, PreAnalytiX n'offre aucune garantie indiquant que cette trousse et/ou son utilisation ne violent pas les droits de tiers.
3. Ce consommable et ses composants sont sous licence pour une utilisation unique et ne peuvent pas être réutilisés, remis à neuf ou revendus.
4. PreAnalytiX rejette spécifiquement toutes les autres licences, expresses ou tacites, autres que celles expressément énoncées.
5. L'acheteur et l'utilisateur de la trousse s'engagent à ne pas prendre, ou autoriser quiconque à prendre, de quelconques mesures pouvant entraîner ou faciliter des actes interdits par les conditions précédentes. PreAnalytiX peut faire appliquer les interdictions du présent accord de licence limité par tout tribunal et pourra recouvrer tous ses frais de recherche et de justice, y compris les frais d'avocat, en cas d'action en application du présent accord ou de tous ses droits de propriété intellectuelle liés à la trousse et/ou ses composants.

Pour consulter les mises à jour de la licence, voir www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com.

Distributeurs de PreAnalytiX

Les produits PreAnalytiX sont fabriqués et distribués par QIAGEN et BD pour PreAnalytiX.

Table des matières

Table des matières.....	3
Utilisation prévue.....	5
Utilisateur prévu	5
Description et principe	6
Résumé et explication	6
Principes de la procédure	7
Matériel fourni	9
Contenu de la trousse	9
Matériel nécessaire, mais non fourni.....	10
Équipement	10
Avertissements et précautions	11
Information sur la sécurité	11
Précautions	12
Conservation et manipulation des réactifs	14
Composants de la trousse	14
Prélèvement et préparation des échantillons.....	16
Procédure	20
Présentation : Purification automatique du ccfDNA sur l'instrument QIASymphony SP	20
Présentation du protocole.....	26
Protocole : Purification automatique du ccfDNA sur l'instrument QIASymphony SP...	29
Contrôle qualité	33

Limitations.....	33
Guide de dépannage.....	34
Symboles.....	37
Annexe : Quantification du ccfDNA.....	39
Pour commander.....	40
Historique des révisions du document.....	42

Utilisation prévue

La trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA, à utiliser avec l'instrument QIASymphony SP, est destiné à l'isolement et à la purification automatisés de l'ADN acellulaire circulant (ccfDNA) à partir du plasma généré par le sang total veineux humain collecté dans le PAXgene Blood ccfDNA Tube.

La trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA utilise la technologie des particules magnétiques pour l'isolation et la purification automatiques du ccfDNA du plasma humain.

La trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA est destinée à une utilisation diagnostique *in vitro* et par des professionnels, tels que des techniciens et des médecins formés aux techniques de biologie moléculaire.

Utilisateur prévu

Cette trousse est destinée à une utilisation professionnelle.

Le produit doit être utilisé uniquement par du personnel spécifiquement instruit et formé aux techniques de biologie moléculaire et connaissant cette technologie.

Description et principe

Résumé et explication

L'ADN acellulaire circulant (ccfDNA) est généralement présent dans le plasma sous forme de fragments courts (< 1 000 bp). La concentration de ccfDNA dans le plasma est généralement faible (elle peut aller de 1 à 100 ng/ml) et varie considérablement d'une personne à l'autre. Le PreAnalytiX PAXgene Blood ccfDNA Tube marqué CE associé à la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA constitue un flux de travail standardisé pour la collecte, le stockage et le transport de sang; la stabilisation de l'ADN dans un tube fermé; puis l'isolation et la purification du ccfDNA du plasma humain avec l'instrument QIAGEN® QIASymphony SP.

Les protocoles sur l'instrument QIASymphony SP sont fournis pour l'extraction de ccfDNA de 2,4 et 4,8 ml de plasma généré des PAXgene Blood ccfDNA Tubes par double centrifugation. Le plasma est transféré et traité dans un tube secondaire sur l'instrument QIASymphony SP.

Ses protocoles de traitement de tube primaire sur l'instrument QIASymphony SP sont également disponibles pour des volumes de 2,4 et 4 ml de plasma. Dans ce cas, il est inutile d'effectuer une deuxième étape de centrifugation ou de transfert de plasma dans un tube secondaire.

La technologie des particules magnétiques de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA permet de purifier du ccfDNA de haute qualité exempt de protéines, de nucléases et d'autres impuretés. L'instrument QIASymphony SP effectue toutes les étapes de la procédure de purification. Vous pouvez traiter jusqu'à 96 échantillons, par lots de 24, en une même analyse. Pour l'isolation de l'ADN génomique (ADNg) de la fraction cellulaire nucléée du sang prélevé dans les PAXgene Blood ccfDNA Tubes sur l'instrument QIASymphony SP, reportez-vous aux instructions fournies dans le mode d'emploi du PAXgene Blood ccfDNA Tube (www.PreAnalytiX.com).

Principes de la procédure

La technologie de l'instrument QIASymphony SP associe la vitesse et l'efficacité de la purification d'acides nucléiques par échange d'anions à la manipulation pratique de particules magnétiques (Figure 1). La procédure de purification est destinée à garantir la manipulation sûre et reproductible d'échantillons potentiellement infectieux, elle comprend 3 étapes : la liaison, le lavage et l'élu­tion (Figure 2). Les utilisateurs peuvent choisir entre différents volumes d'échantillon.




Figure 1. Schématisation du principe de l'instrument QIASymphony SP. L'instrument QIASymphony SP traite un échantillon contenant des particules magnétiques de la manière suivante : une tige magnétique protégée par un manchon de tige entre dans un puits contenant un échantillon et attire les particules magnétiques. Le manchon de la tige magnétique est placé au-dessus d'un autre puits et les particules magnétiques sont libérées. Ces étapes sont répétées plusieurs fois pendant le traitement des échantillons. L'instrument QIASymphony SP utilise une tête magnétique contenant un ensemble de 24 tiges magnétiques, ce qui lui permet de traiter jusqu'à 24 échantillons simultanément.

Trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA




Figure 2. Étapes d'extraction du ccfDNA avec la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA. Les fragments de ccfDNA sont isolés du plasma généré de sang total veineux humain prélevé dans le PAXgene Blood ccfDNA Tube. Lors de la première étape de traitement, les protéines plasmatiques sont digérées par la Proteinase K alors que le ccfDNA se lie à la surface des particules magnétiques. Trois étapes de lavage garantissent l'élimination des contaminants. Enfin, le ccfDNA est élué des particules magnétiques et est prêt à utiliser dans les applications en aval.

Matériel fourni

Contenu de la trousse

Trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA (CE-IVD) N° de référence Nombre de réactions		(192) 768566 192		
Abréviation	Nom	Quantité	Ingrédients actifs	Concentration [%]**
RC	Reagent cartridge (Cartouche de réactif)*†	2	Détergent non ionique Particule magnétique d'échange anionique NaOH Éthanol	≥ 0,5 – < 10 [p/p] – ≥ 0,05 – < 0,1 [p/p] ≥ 70 – < 90 [v/v]
PROTK	Proteinase K (Protéinase K)†	5 × 10 ml	Proteinase K	≥ 1 – < 3 [p/p]
PL	Piercing lid (Couvercle perforable)	2	–	–
RSS	Reuse Seal Set (jeu de rubans d'étanchéité réutilisables)‡	2	–	–
	Elution Microtubes CL racked (Microtubes d'élution CL), sur portoirs#	2	–	–
	Caps for Elution Microtubes (Bouchons pour microtubes d'élution)#	1 × (55 × 8)	–	–
	Mode d'emploi (Manuel)	1	–	–
	PAXgene Blood ccfDNA Purification Protocol Selection Tool	1	–	–

* Contient de l'azote de sodium comme agent de conservation.

† Voir page 37 pour une liste des symboles et définitions.

‡ Un Reuse Seal Set contient 8 rubans d'étanchéité réutilisables.

Également disponible séparément, voir Pour commander.

** Concentration maximale dans un seul puits.

Matériel nécessaire, mais non fourni

Lors de l'utilisation de produits chimiques et d'échantillons biologiques, respectez toujours les précautions universelles et portez un sarrau de laboratoire adapté, des gants jetables et des lunettes de protection, conformément aux politiques et procédures de votre centre. Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) disponibles auprès du fournisseur du produit.

Assurez-vous que les instruments ont bien été vérifiés et étalonnés conformément aux recommandations du fabricant.

- Sample Prep Cartridges, 8-well (QIAGEN, n° de réf. 997002)
- 8-Rod Covers (QIAGEN, n° de réf. 997004)
- Filter-Tips, 200 µl et 1500 µl (QIAGEN, n° de réf. 990332 et 997024, respectivement)
- Tip disposal bags (QIAGEN, n° de réf. 9013395)
- PAXgene Blood ccfDNA Tubes (CE-IVD) (PreAnalytiX, n° de réf. 768165)
- Tubes d'échantillon. Pour connaître les formats de tubes primaires et secondaires compatibles, consultez la liste des articles de laboratoire, qui se trouve sous les onglets Product Resource (Ressources produit) et Resources (Ressources) des pages produits sur www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com, respectivement.
- Pour connaître les formats de tubes d'élution compatibles, consultez la liste de matériel de laboratoire sous les onglets Product Resource (Ressources produit) et Resources (Ressources) des pages produits sur www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com, respectivement.

Équipement*

- Pipette (5 ml)
- Instrument QIASymphony SP (QIAGEN, n° de réf. 9001297)

* Avant utilisation, s'assurer que les instruments ont été vérifiés et calibrés conformément aux recommandations du fabricant.

Avertissements et précautions

Utilisation prévue pour le diagnostic in vitro.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser la trousse.

Les clients de l'Union européenne sont tenu de signaler les incidents graves survenus en connexion avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'utilisateur et/ou du patient.

Information sur la sécurité

Lors de l'utilisation de produits chimiques et d'échantillons biologiques, respectez toujours les précautions universelles et portez un sarrau de laboratoire adapté, des gants jetables et des lunettes de protection, conformément aux politiques et procédures de votre centre. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes. Elles sont disponibles en ligne au format PDF sur www.qiagen.com/safety, où vous pouvez les trouver, les afficher et les imprimer pour chaque trousse et composant de trousse PreAnalytiX.

- Tout le matériel chimique et biologique est potentiellement dangereux. Les prélèvements sanguins sont potentiellement infectieux et doivent être traités comme du matériel présentant un risque biologique.
- Mettez au rebut les matériaux et les déchets de la trousse présentant un risque biologique, conformément aux procédures de sécurité locales.

Coordonnées en cas d'urgence

CHEMTREC

États-Unis et Canada 1-800-424-9300

À l'extérieur des États-Unis et du Canada +1 703-527-3887

Précautions

Les tampons dans la cartouche de réactif (Reagent Cartridge, RC) contiennent de l'azoture de sodium. Si vous renversez les tampons de la trousse, nettoyez avec un détergent de laboratoire adapté et de l'eau. Si vous renversez un liquide contenant des agents potentiellement infectieux, nettoyez d'abord la zone avec un détergent de laboratoire et de l'eau, puis avec de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) à 1 % (V/V).

Les indications suivantes de danger et de précaution s'appliquent aux composants de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA.

MBS3

Contient de : l'azoture de sodium. Avertissement ! Peut être nocif en cas d'ingestion. Porter des gants/des vêtements/des lunettes/un masque de protection.

Protéinase K



Contient de : la Protéinase K. Danger ! Provoque une légère irritation cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants/des vêtements/des lunettes/un masque de protection. Porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un centre antipoison ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

QSE2



Contient de : Hydroxyde de sodium. Danger ! Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement des déchets agréé. **En cas de contact avec les yeux** : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **En cas de contact avec la peau (ou les cheveux)** : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Garder sous clef. Porter des gants/des vêtements/des lunettes/un masque de protection.

QSW9



Contient de : l'éthanol. Danger ! Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une grave irritation oculaire. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants/des vêtements/des lunettes/un masque de protection.

Conservation et manipulation des réactifs

La trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA doit être conservée verticalement à température ambiante (15–25 °C). Les particules magnétiques des cartouches de réactif (Reagent Cartridges, RC) demeurent actives si elles sont conservées dans cette plage de températures.

Remarque : L'étiquette apposée sur le carton de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA indique la date d'expiration de la trousse. La date d'expiration concerne la cartouche de réactif.

N'utilisez pas la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA au-delà de sa date d'expiration.

Composants de la trousse

La trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA contient une solution de Proteinase K prête à l'emploi qui peut être conservée à température ambiante (15–25 °C).

Ne conservez pas les RC à des températures inférieures à 15 °C.

Les RC ouvertes de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA peuvent être conservées à température ambiante (15–25 °C) pendant un maximum de 4 semaines, permettant la réutilisation rentable des réactifs et un traitement des échantillons plus flexible, si elles sont correctement refermées après usage. Si une RC est partiellement usagée, remplacez le couvercle du logement contenant les particules magnétiques puis fermez immédiatement la RC avec les rubans d'étanchéité réutilisables fournis au terme de la séquence de protocole afin d'éviter toute évaporation.

Pour éviter l'évaporation du réactif, ouvrez la RC pendant 15 heures maximum (y compris les temps d'analyse) à une température ambiante maximale de 32 °C. La conservation incorrecte des composants de la trousse peut accélérer la dégradation des tampons.

En analysant des lots contenant un faible nombre d'échantillons (<24), vous augmenterez la durée d'ouverture de la RC et les volumes de tampon requis, ce qui peut réduire le nombre total de préparations d'échantillon possibles par cartouche.

N'exposez pas les RC aux rayons UV (p. ex. ceux utilisés pour la décontamination), une telle exposition peut accélérer la dégradation des RC et des tampons.

Il convient de faire particulièrement attention aux dates d'expiration et aux conditions de conservation imprimées sur la boîte et les étiquettes de tous les composants. N'utilisez pas des composants périmés ou mal conservés.

Prélèvement et préparation des échantillons

La procédure de purification est optimisée pour une utilisation avec du plasma généré à partir de sang collecté dans les PAXgene Blood ccfDNA Tubes. Pour les informations relatives au prélèvement de sang, la manipulation de ces tubes et la préparation de plasma, consultez le mode d'emploi du PAXgene Blood ccfDNA Tube qui se trouve dans les onglets Product Resource (Ressources produit) et Resources (Ressources) des pages produit sur www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com, respectivement.

La préparation du plasma peut se faire en utilisant (A) le protocole standard de double centrifugation ou (B) via la manipulation du tube primaire : traitement direct des PAXgene Blood ccfDNA Tubes centrifugés une fois sur l'instrument QIASymphony SP.

A) Préparation du plasma à partir du sang pour les protocoles standard

1. Centrifugez le PAXgene Blood ccfDNA Tube à température ambiante (15-25 °C) pendant 15 minutes à $1\,600\text{--}3\,000 \times g$ (première centrifugation) en utilisant une centrifugeuse à godet basculant équilibrée. Si le freinage est préféré, il est recommandé d'utiliser un freinage de niveau moyen, et il doit être validé pour votre flux de travail spécifique.

Remarque : Pour obtenir les meilleures performances pour les échantillons conservés au réfrigérateur avant la centrifugation, remélangez l'échantillon en le retournant trois fois et laissez les tubes revenir à température ambiante avant le traitement.

2. Pipettez le plasma dans un tube centrifugeur à fond conique de 15 ml (non fourni), en veillant à ne pas perturber la fraction cellulaire nucléée.

3. Centrifugez le tube à centrifuger à fond conique de 15 ml à température ambiante (15–25 °C) pendant 10 minutes à 1 600–3 000 × g (seconde centrifugation) en utilisant une centrifugeuse équilibrée.

Remarque : Ne dépassez pas la vitesse de centrifugation maximale recommandée par le fabricant du tube secondaire.

4. Pipettez le volume de plasma requis (voir section « Volume d'échantillon », page 20) dans un tube à fond rond en polystyrène de 14 ml, 17 × 100 mm, en veillant à ne pas déranger le culot de cellules sanguines résiduelles, le cas échéant.
5. Transférez le tube à fond rond avec l'échantillon de plasma dans le portoir de tubes et chargez le portoir de tubes dans le tiroir d'entrée d'échantillon de l'instrument QIASymphony SP.

Remarque : Pour un rendement maximal du ccfDNA, traitez le plus grand volume de plasma disponible.

Remarque : Évitez la formation de mousse dans ou sur la surface des échantillons de plasma pendant le pipettage. La présence de mousse ou de bulles d'air dans les échantillons peut entraîner le pipettage d'un volume d'échantillon erroné.

Remarque : Après le transfert du plasma dans un tube secondaire, l'ADN acellulaire circulant est stable dans le plasma à 15–25 °C pendant 3 jours maximum ou à 2–8 °C pendant 7 jours maximum. Pour une conservation plus longue, nous recommandons de congeler les aliquotes à -20 °C ou -80 °C.

Remarque : Lorsque vous utilisez des échantillons de plasma préalablement stockés (par exemple, conservés à 2–8 °C ou congelés à -20 °C ou -80 °C), ceux-ci doivent être équilibrés à la température ambiante (15–25 °C) avant de lancer la séquence; pour des échantillons congelés, voir la section « C) Congeler et décongeler les échantillons de plasma traités à partir du PAXgene Blood ccfDNA Tube ».

B) Préparation du plasma à partir du sang pour la manipulation du tube primaire sur l'instrument QIASymphony SP

1. Centrifugez le PAXgene Blood ccfDNA Tube à température ambiante (15-25 °C) pendant 15 minutes à $3\ 000 \times g$ en utilisant une centrifugeuse à godet basculant équilibrée. Si le freinage est préféré, il est recommandé d'utiliser un freinage de niveau moyen et il doit être validé pour votre flux de travail spécifique.

Remarque : Pour obtenir les meilleures performances pour les échantillons conservés au réfrigérateur avant la centrifugation, remélangez l'échantillon en le retournant trois fois et laissez les tubes revenir à température ambiante avant le traitement.

2. Quantifier le volume de plasma dans chaque tube après le retrait du seau de la centrifugeuse avec l'outil de sélection du protocole de purification de PAXgene Blood ccfDNA fourni dans la trousse (Figure 3). Lorsque le tube est retiré de la centrifugeuse, la flèche sarcelle de l'outil est alignée sur l'interface plasma/cellules. Les lignes bleues indiquent si le niveau de plasma est suffisant pour le protocole de manipulation du tube primaire de 2,4 ou 4,0 ml. Une hauteur minimale de colonne de plasma de 2,3 cm est nécessaire pour le protocole de 2,4 ml et un minimum de 3,4 cm est nécessaire pour le protocole de 4,0 ml.

Remarque : Si une séparation nette du plasma et de la fraction cellulaire n'a pas eu lieu ou si des phases ont été accidentellement mélangées à la sortie de la centrifugeuse, vous devez répéter la centrifugation.

Remarque : Vérifiez que la séparation est nette avant de placer le tube sur l'instrument.

3. Retirez le bouchon Hemogard des PAXgene Blood ccfDNA Tubes avant de les placer sur l'instrument QIASymphony SP pour l'extraction directe de ccfDNA.

Remarque : Il faut retirer le bouchon du tube et de manipuler les tubes ouverts avec précautions afin de réduire le risque de renverser l'échantillon, de contamination croisée entre les tubes et d'exposition au sang.

4. Placez les PAXgene Blood ccfDNA Tubes ouverts qui contiennent suffisamment de plasma dans le portoir de tubes et chargez le portoir de tubes dans le tiroir d'entrée des échantillons de l'instrument QIASymphony SP.

C) Congeler et décongeler les échantillons de plasma traités à partir du PAXgene Blood ccfDNA Tube

1. Pour la congélation, transférer le plasma dans des tubes adaptés (par ex. tubes cryogéniques) placés dans un portoir approprié.
2. Congelez et conservez le plasma à -20 °C. Pour le stockage à moins de -20 °C, congelez d'abord les échantillons de plasma à -20 °C pendant au moins 24 h, puis transférez-les à -80 °C.

3. Décongelez le plasma à température ambiante (15–25 °C).

Remarque : Ne décongelez pas à basse température (par ex. 4 °C).

4. Si des cryoprécipités se forment dans le plasma, agitez le tube pendant 30 s après la décongélation et utilisez l'échantillon pour la procédure d'isolation du ccfDNA de l'instrument QIASymphony SP sans traitement supplémentaire.

Remarque : Il est déconseillé de centrifuger le plasma pour éliminer les cryoprécipités car ils peuvent contenir du ccfDNA.

Remarque : Pour éviter la formation de cryoprécipités, le plasma peut être décongelé à 30 °C pendant 30 min plutôt qu'à température ambiante.

Procédure

Présentation : Purification automatique du ccfDNA sur l'instrument QIASymphony SP

L'instrument QIASymphony SP facilite la préparation automatisée d'échantillons. Les échantillons, les réactifs et consommables et les éluats se trouvent dans des tiroirs différents. Il vous suffit de charger dans le tiroir qui convient les échantillons, les réactifs fournis dans des cartouches spécifiques et les consommables sur portoirs, avant une analyse. Lancez le protocole puis sortez le ccfDNA purifié du tiroir « Eluate » (Éluat) après le traitement. Reportez-vous aux manuels fournis avec l'instrument pour connaître les consignes d'utilisation.

Remarque : La maintenance facultative n'est pas indispensable au bon fonctionnement de l'instrument mais elle est vivement recommandée pour réduire le risque de contamination.

Volume d'échantillon

Pour vous assurer que, dans le flux de travail régulier, 2,4 ml (protocole PAXcircDNA_2400) et 4,8 ml d'échantillon (protocole PAXcircDNA_4800) sont transférés par l'instrument, un volume vide de 0,4 et 0,5 ml, respectivement, est requis, ce qui signifie qu'un minimum de 2,8 et 5,3 ml d'échantillon doit être fourni. Si le volume de plasma disponible est inférieur à 2,8 ou 5,3 ml, le mode **Less Sample** (quantité moindre d'échantillon), qui fait partie intégrante de la fonction de protocole, permet automatiquement le transfert de volumes de plasma inférieurs à ceux indiqués. Dans ce cas, une quantité moindre d'échantillon est transférée par l'instrument. La différence du volume de plasma pipeté est enregistrée dans le fichier de résultats. En outre, les échantillons respectifs sont marqués comme **peu clairs** (code d'erreur 140043, **mode Enable Less Sample** [autoriser une quantité moindre d'échantillon]).

Les volumes minimums d'entrée de plasma pour activer le mode **Less Sample** (quantité moindre d'échantillon) sont de 1,6 et de 4,1 ml. Les échantillons ne seront pas traités et seront signalés comme **non valides** si un volume d'échantillon inférieur est fourni. Pour la manipulation du tube primaire, le volume d'échantillon approprié est assuré en utilisant l'outil de sélection du protocole de purification PAXgene Blood ccfDNA fourni dans la trousse (décrit dans « Préparation du matériel d'échantillon », page 25).

Chargement des RC dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables)

Les réactifs pour la purification du ccfDNA se trouvent dans une cartouche de réactif (Reagent Cartridge, RC) innovante (figure 3). Chaque logement de la RC contient un réactif spécifique, par exemple les particules magnétiques, le tampon de liaison, le tampon de lavage ou le tampon d'éluion. Vous pouvez refermer les RC partiellement usagées avec les rubans d'étanchéité réutilisables (Reuse Seal Strips) en vue d'une réutilisation ultérieure, cela économise les déchets dus aux réactifs restants à la fin de la procédure de purification.



Figure 3. Cartouche de réactif (Reagent Cartridge, RC) QIAasympyony. La RC contient tous les réactifs requis pour l'analyse de protocole.

Avant de démarrer la procédure, veillez à ce que les particules magnétiques soient toutes remises en suspension. Désolidarisez le logement de particules magnétiques de la structure de la RC, agitez-le au mélangeur vortex vigoureusement pendant au moins 3 min puis replacez-le dans la structure avant la première utilisation.

Remarque : Il se peut que les particules magnétiques changent de couleur. Cela n'influence en rien les performances.

Placez la RC dans le support de la RC. Avant la première utilisation d'une RC, mettez le couvercle perforable sur la RC (figure 3).

Remarque : Le couvercle perforable présente une arête vive. Faites attention lorsque vous le mettez sur la RC. Veillez à mettre le couvercle perforable sur la RC dans l'orientation qui convient.

Une fois le couvercle du logement de particules magnétiques retiré, chargez la RC dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

Vous pouvez ranger les RC partiellement usagées jusqu'à la prochaine utilisation (voir « Conservation et manipulation des réactifs » à la page 14).

Remarque : La Proteinase K doit être ajoutée (voir « À faire avant de commencer », page 27).

Remarque : Assurez-vous de ne pas utiliser des RC, des logements de particules magnétiques et des flacons de Proteinase K provenant de lots de trousse différents.

Chargement du matériel en plastique dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables)

Les cartouches de préparation de l'échantillon, 8-Rod Covers (toutes deux sur portoirs dans des boîtes d'unités) et les embouts-à filtre jetables (embouts de 200 µl fournis dans des portoirs bleus, embouts de 1500 µl dans des portoirs noirs) sont chargées dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

Remarque : Veillez à retirer les couvercles des boîtes d'unités avant de charger ces dernières dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

Remarque : Les pointes sont munies de filtres qui empêchent toute contamination croisée.

Les fentes des portoirs à embouts sur la table de travail de l'instrument QIASymphony SP peuvent recevoir n'importe quel type de portoir à embouts. L'instrument QIASymphony SP identifie le type d'embout chargé pendant la vérification d'inventaire.

Remarque : Ne rechargez pas les portoirs à pointes ou les boîtes d'unités pour les cartouches de préparation de l'échantillon ou les 8-Rod Covers avant de démarrer une autre analyse de protocole. L'instrument QIASymphony SP peut utiliser des portoirs à pointes ou des boîtes d'unités partiellement usagé(s).

Pour toute information sur la commande de matériel en plastique, voir page 40.

Chargement du tiroir « Waste » (Déchets)

Les cartouches de préparation de l'échantillon et les 8-Rod Covers utilisés pour une analyse sont replacés sur un portoir dans des boîtes d'unités vides dans le tiroir « Waste » (Déchets). Assurez-vous que le tiroir « Waste » (Déchets) contient suffisamment de boîtes d'unités vides pour les déchets en plastique générés pendant l'analyse de protocole.

Remarque : Veillez à retirer les couvercles des boîtes d'unités avant de charger ces dernières dans le tiroir « Waste » (Déchets). Si vous utilisez des boîtes de 8-Rod Cover pour récupérer les cartouches de préparation de l'échantillon et les 8-Rod Covers usagés, veillez à retirer le séparateur de la boîte.

Vous devez placer un sac destiné aux embouts à filtre usagées à l'avant du tiroir « Waste » (Déchets).

Remarque : Le système ne vérifie pas la présence d'un sac d'élimination des embouts. Assurez-vous que le sac d'élimination des pointes est correctement placé avant de démarrer une analyse de protocole. Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'instrument. Videz le sac d'embouts après le traitement de 96 échantillons maximum afin d'éviter un enrayage dû aux embouts.

Un récipient à déchets recueille les déchets liquides générés pendant la procédure de purification. Le tiroir « Waste » (Déchets) ne peut être fermé que si le récipient à déchets est en place. Mettez les déchets liquides au rebut dans le respect de la réglementation locale en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Ne passez pas le flacon de déchets rempli à l'autoclave. Videz le flacon de déchets après le traitement de 96 échantillons maximum.

Chargement du tiroir « Eluate » (Éluat)

Chargez le portoir d'éluat requis dans le tiroir « Eluate » (Éluat). Dans la mesure où une conservation de longue durée des éluats dans le tiroir « Eluate » (Éluat) peut entraîner une évaporation ou une condensation, vous devez utiliser la position de refroidissement. Utilisez uniquement la « Elution slot 1 » (Fente d'éluat 1) avec le support réfrigérant correspondant.

Volume d'éluat sélectionné (µl)*	Volume d'éluat initial (µl)†
60	75

* Il s'agit du volume minimum accessible d'éluat dans le tube d'éluat finale pour le portoir de tubes EMT QIAGEN (n° de réf. 19588) et les tubes à bouchon à vis Sarstedt de 1,5 (n° de réf. 72.607). Dans certains cas particuliers, le volume d'éluat final pour des échantillons uniques peut être inférieur de 5 µl au maximum.

† Le volume initial de tampon d'éluat nécessaire pour garantir que le volume réel de l'éluat est le même que le volume sélectionné.

Vérification d'inventaire

Avant de démarrer une analyse, l'instrument vérifie qu'il y a suffisamment de consommables chargés dans les tiroirs correspondants pour les lots en attente.

Préparation du matériel d'échantillon

Lire « Prélèvement et préparation des échantillons », page 16.

Conservation du ccfDNA

Après la préparation des échantillons, les éluats de ccfDNA peuvent être conservés à -20 ou -80 °C. Vous ne devez pas décongeler des éluats congelés plus de trois fois. Pour les dernières informations relatives à la stabilité du ccfDNA dans les éluats, consultez la page produit sur www.qiagen.com ou www.PreAnalytiX.com.

Présentation du protocole

Tableau 1. Présentation du protocole

Échantillon	Traitement en PAXgene Blood ccfDNA Tube	Volume d'entrée de l'échantillon (y compris le volume vide) (ml)	Volume de l'échantillon utilisé pour l'extraction de ccfDNA (ml)	Volume d'éluion (µl)	Protocole de l'instrument QIASymphony SP
Le plasma généré à partir de sang total veineux humain collecté dans les PAXgene Blood ccfDNA Tubes	Centrifugation 2x, transfert de plasma dans le tube secondaire	2,8	2,4	60	PAXcircDNA_2400
		5,3	4,8	60	PAXcircDNA_4800
	Centrifugation 1x, traitement direct sur l'instrument QIASymphony SP	Selon l'outil de sélection	2,4	60	PAXcircDNA PrimaryTube_2400
			4,0	60	PAXcircDNA PrimaryTube_4000

Points importants avant le démarrage

- Lorsque vous manipulez des produits chimiques et des échantillons biologiques, vous devez toujours porter un sarrau de laboratoire adapté, des gants jetables et des lunettes de protection appropriés. Consultez les FDS correspondantes pour plus d'informations.
- Assurez-vous de maîtriser l'utilisation de l'instrument QIASymphony SP. Reportez-vous aux manuels fournis avec l'instrument pour connaître les consignes d'utilisation.

Remarque : La configuration logicielle requise pour une utilisation DIV est **Profil par défaut 1**.

- Avant de débiter la procédure, lisez la section « Principes de la procédure ».
- Assurez-vous de bien connaître la feuille de protocole et la liste du matériel de laboratoire (que vous trouverez sous les onglets Product Resource [Ressources produit] et Resources [Ressources] des pages produits sur www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com, respectivement).

- N'agitez pas trop la RC; cela risquerait de former de la mousse et donc d'empêcher la détection du niveau de liquide.
- Le sang doit être prélevé dans les PAXgene Blood ccfDNA Tubes (CE-IVD ; PreAnalytiX, n° de réf. 768165). Pour les instructions relatives au prélèvement et à la manipulation des échantillons, ainsi qu'au traitement du plasma, consultez le mode d'emploi du tube qui se trouve dans les onglets Product Resources (Ressources produit) et Resources (Ressources) de la page du produit sur www.qiagen.com ou www.PreAnalytiX.com, respectivement.

À faire avant de commencer

- Avant de démarrer la procédure, veillez à ce que les particules magnétiques soient toutes remises en suspension. Agitez au mélangeur vortex vigoureusement le logement contenant les particules magnétiques pendant au moins 3 min avant la première utilisation.
- Veillez à mettre le couvercle perforable sur la RC et à retirer le couvercle du logement de particules magnétiques ou, si vous utilisez une RC partiellement usagée, veillez à retirer les rubans d'étanchéité réutilisables.
- La RC ne contient pas de Proteinase K, l'utilisateur doit l'ajouter (tiroir d'échantillon, fente A, position 1 et/ou 2). Veillez à disposer du volume correct de Proteinase K.

La trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA contient une solution de Proteinase K prête à l'emploi. La Proteinase K peut être conservée à température ambiante (15–25 °C). Pour un stockage prolongé, nous suggérons de conserver les flacons d'enzymes avec la Proteinase K à 2–8 °C.

Nombre d'échantillons	PAXcircDNA_2400/PAXcircDNA PrimaryTube_2400* (µl)	PAXcircDNA_4800/PAXcircDNA PrimaryTube_4000* (µl)
8	1980	2860
24	3740	6380
48	6380	11660†
96	11660†	23320†

* Pour chaque échantillon, 110 µl (pour 2 400 µl de plasma) ou 220 µl (pour 4 800/4 000 µl de plasma) sont nécessaires, plus un volume vide supplémentaire de 1 100 µl [(n×110 ou 220 µl) + 1 100 µl].

† Si plus de 11 660 µl sont nécessaires, utilisez un deuxième tube (Corning, n° de réf. 352051). Dans le second tube, un volume mort supplémentaire de 1 100 µl est requis.

Remarque : Les tubes contenant la Protéinase K sont placés dans un portoir de tubes. Le portoir de tubes contenant la Protéinase K doit être placé sur les positions 1 et 2 dans la fente A du tiroir « Sample » (Échantillon). Nous recommandons d'utiliser les tubes de 14 ml, 17 × 100 mm en polystyrène à fond rond (Corning, n° de réf. 352051) pour la Protéinase K.

- Si les échantillons sont munis d'une code-barres, orientez les échantillons dans le porte-tubes de sorte que les codes-barres se trouvent face au lecteur de code-barres situé à gauche de l'instrument QIASymphony SP.
- Pour toute information sur les tubes d'échantillon et les volumes d'échantillon minimaux compatibles avec les protocoles, consultez la liste de matériel de laboratoire correspondante sous l'onglet Product Resource (Ressources produit) et Resources (Ressources) des pages produits sur www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com, respectivement.

Protocole : Purification automatique du ccfDNA sur l'instrument QIASymphony SP

Pour des informations détaillées pour chaque protocole, y compris les volumes et les tubes, consultez les fiches de protocole et la liste de matériel de laboratoire sous l'onglet Product Resource (Ressources produit) et Resources (Ressources) des pages produits sur www.qiagen.com et www.PreAnalytiX.com, respectivement. Pour la préparation de l'échantillon (plasma généré à partir de sang total veineux humain prélevé dans le PAXgene Blood ccfDNA Tube), voir les sections « Prélèvement et préparation des échantillons » et « Préparation du matériel d'échantillon » dans ce manuel, ainsi que le mode d'emploi du tube qui se trouve dans l'onglet Product Resources (Ressources produit) et Resources (Ressources) de la page du produit sur www.qiagen.com ou www.PreAnalytiX.com, respectivement.

1. Fermez tous les tiroirs ainsi que le capot.
2. Mettez l'instrument QIASymphony SP sous tension puis attendez que l'écran Sample Preparation (Préparation des échantillons) apparaisse et que la procédure d'initialisation soit terminée.
3. Le bouton d'alimentation se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'instrument QIASymphony SP.
4. Connectez-vous à l'instrument.

Chargez le portoir d'éluotion requis dans le tiroir « Eluate » (Éluat).

Ne chargez pas de plaque à 96 puits dans la « Elution slot 4 » (Fente d'éluotion 4). Utilisez la « Elution slot 1 » (Fente d'éluotion 1) avec le support réfrigérant correspondant.

Lorsque vous utilisez une plaque à 96 puits, veillez à l'orienter correctement car un positionnement incorrect peut provoquer un mélange d'échantillons dans l'analyse à venir.

Lorsque vous utilisez le portoir Elution Microtubes CL, retirez le fond en tournant le portoir jusqu'à ce que le fond se désolidarise.

5. Assurez-vous que le tiroir « Waste » (Déchets) est correctement préparé puis procédez à une vérification d'inventaire de ce tiroir, en incluant la goulotte, la station de stockage des pointes, le récipient à déchets liquides vide et les boîtes d'unités vides. Remplacez le sac d'élimination des embouts si nécessaire.
6. Chargez la ou les RC et les consommables nécessaires dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).
7. Procédez à une vérification d'inventaire du tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).
8. Mettez les échantillons dans le support d'échantillon qui convient puis chargez-les dans le tiroir « Sample » (Échantillon).

Remarque : En plus du traitement normal incluant le transfert de plasma dans un tube secondaire approprié (tube en polystyrène à fond rond de 14 ml Falcon® 17 x 100 mm) placé dans un portoir d'échantillon approprié, le flux de travail de traitement du tube primaire PAXgene Blood ccfDNA Tube permet d'extraire le ccfDNA directement du PAXgene Blood ccfDNA Tube (PAXgene Blood ccfDNA Tube 10 ml, 16 x 100 mm). Pour plus d'informations sur la manipulation du tube primaire, voir la fiche de protocole, la liste de matériel de laboratoire et le mode d'emploi du tube, qui se trouvent dans l'onglet Product Resources (Ressources produit) et l'onglet Resources (Ressources) de la page du produit sur www.qiagen.com ou www.PreAnalytiX.com, respectivement.

9. À l'aide de l'écran tactile, saisissez les informations requises pour chaque lot d'échantillons et pour la Proteinase K à traiter.

Saisissez les informations suivantes :

- Informations relatives à l'échantillon (en fonction des portoirs d'échantillons utilisés, sélectionnez BD #352051 FalconPP 17 x 100 ou BD_#768165 PAXgene ccfDNA 16 x 100)
- Protocole à exécuter (Jeu de contrôles de dosage)
- Volume d'éluion et position de sortie

Une fois les informations sur le lot saisies, le statut passe de LOADED (CHARGÉ) à QUEUED (EN ATTENTE). Dès qu'un lot est placé dans la file d'attente, le bouton Run (Exécuter) apparaît.

10. Mettez la Proteinase K dans le support d'échantillon qui convient aux positions 1 et 2 puis chargez-les dans la fente A du tiroir « Sample » (Échantillon).
11. Définissez la Proteinase K en appuyant sur le bouton **IC**.
12. Appuyez sur le bouton Run (Exécuter) pour lancer la procédure de purification. Toutes les étapes de traitement sont entièrement automatisées. À la fin de l'analyse de protocole, le statut du lot passe de RUNNING (EN COURS) à COMPLETED (TERMINÉ).
13. Sortez le portoir d'élution contenant le ccfDNA purifié du tiroir « Eluate » (Éluat). Confirmez le retrait du portoir d'élution avec le logiciel de l'instrument QIASymphony SP.
14. Le ccfDNA est prêt à l'emploi ou peut être conservé à -20°C ou -80°C pendant un maximum de 6 mois. QIAGEN recommande de sortir la plaque d'éluat du tiroir « Eluate » (Éluat) dès la fin de l'analyse. Selon la température et l'humidité, les plaques d'élution laissées dans l'instrument QIASymphony SP après l'analyse peuvent subir une condensation ou une évaporation.

Remarque : Des analyses de nuit sont possibles avec la fonction de refroidissement de l'instrument QIASymphony SP.

En règle générale, les particules magnétiques ne sont pas transférées dans les éluats. En cas de transfert, les particules magnétiques dans les éluats n'affecteront pas la plupart des applications en aval.

Si les particules magnétiques doivent être supprimées avant l'exécution des applications en aval, il convient d'abord de placer les tubes ou les plaques contenant les éluats dans un aimant approprié et de transférer les éluats dans un tube propre (voir « Annexe : Quantification du ccfDNA »). Des fichiers de résultats sont créés pour chaque plaque d'élution.

15. Si une RC n'est pas vide, fermez-la avec les rubans d'étanchéité réutilisables fournis à la fin de l'analyse de protocole pour éviter l'évaporation.

Remarque : Pour plus d'informations sur le stockage des RC partiellement utilisées, consultez « Conservation et manipulation des réactifs ».

16. Mettez au rebut les tubes d'échantillon et autres déchets conformément aux règles de sécurité locales. Voir « Avertissements et précautions » pour les informations sur la sécurité.

17. Nettoyez l'instrument QIASymphony SP.

Suivez les consignes de maintenance des manuels d'utilisation fournis avec l'instrument. Assurez-vous de nettoyer régulièrement les protections des embouts afin de limiter le risque de contamination croisée.

18. Fermez les tiroirs de l'instrument puis mettez l'instrument QIASymphony SP hors tension.

Contrôle qualité

Conformément au système de gestion de la qualité certifié ISO de QIAGEN, chaque lot de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA est testé selon des spécifications prédéterminées afin de garantir une qualité constante du produit.

Limitations

La performance du système a été établie dans des études d'évaluation des performances purifiant le ccfDNA du plasma généré à partir de sang total veineux humain collecté dans le PAXgene Blood ccfDNA Tube.

Les caractéristiques de performances de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA ont été établies avec des fragments de ccfDNA ribosomique 18S et chromosomique Y DYS14 dans le plasma.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier la performance du système pour toutes les procédures utilisées dans son laboratoire et non couvertes par les études d'évaluation de la performance QIAGEN et PreAnalytiX.

Afin de limiter les risques d'impact négatif sur les résultats diagnostiques, des contrôles appropriés doivent être utilisés pour les applications en aval. Tous les résultats diagnostiques générés doivent être interprétés en tenant compte des autres observations cliniques ou résultats biologiques disponibles.

Guide de dépannage

Ce guide de dépannage peut vous aider à résoudre les problèmes qui pourraient se poser. Pour les coordonnées et une liste des questions fréquentes, consultez la page du produit correspondante sur www.PreAnalytiX.com ou www.qiagen.com.

		Commentaires et suggestions
Manipulation générale		
a)	Message d'erreur affiché sur l'écran tactile	En cas d'affichage d'un message d'erreur pendant un protocole, reportez-vous aux manuels d'utilisation fournis avec l'instrument.
b)	Volume d'éluat variable après les analyses de nuit	Pour optimiser la capacité, la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA prend en charge le traitement des échantillons de nuit en refroidissant les éluats sur l'instrument QIASymphony SP. Pendant les longues périodes de refroidissement, les volumes d'éluat peuvent changer en fonction de la température et de l'humidité dans le laboratoire. Par exemple, si le volume choisi était 60 µl à 15-25 °C et 30-60 % d'humidité, le volume peut être dans la plage de 50-85 µl après 12 heures de stockage sur l'instrument.
Cryoprécipités après la décongélation des échantillons de plasma		
a)	Des cryoprécipités se forment dans le plasma	Pour éviter la formation de cryoprécipités, le plasma peut être décongelé à 30 °C pendant 30 minutes plutôt qu'à température ambiante. Ne décongelez pas à des températures plus basses (par ex. 4 °C). Agitez le tube 30 secondes après la décongélation.
b)	Faible rendement de ccfDNA du plasma après l'élimination des cryoprécipités	Ne centrifugez pas le plasma pour éliminer les cryoprécipités, car ils peuvent contenir du ccfDNA.
Volume de plasma insuffisant des PAXgene Blood ccfDNA Tubes		
a)	Moins de 10 ml de sang recueillis dans le PAXgene Blood ccfDNA Tube	Assurez-vous que 10 ml de sang sont recueillis dans le PAXgene Blood ccfDNA Tube. Consultez le mode d'emploi du PAXgene Blood ccfDNA Tube.
b)	Fraction cellulaire élevée	Le taux de fraction cellulaire élevé (hématocrite) dans le sang total humain (par ex. plus de 51 % pour les hommes ou 47 % pour les femmes) peut provoquer une baisse des volumes de plasma.
c)	Faible rendement de plasma après la centrifugation	Des temps de conservation et de transport du sang ou des conditions de centrifugation différentes des spécifications peuvent affecter le rendement de plasma.

		Commentaires et suggestions
Précipité dans le logement de la cartouche de réactif (RC) ouverte de la trousse QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA		
a)	Évaporation du tampon	Une évaporation excessive peut augmenter la concentration en sel dans les tampons. Mise au rebut de la RC. Lorsqu'une RC partiellement usagée n'est pas utilisée pour la purification, veillez à ce que les logements de tampon soient scellés avec des rubans d'étanchéité réutilisables.
b)	Conservation de la RC	Le stockage de la RC en deçà de 15 °C peut provoquer la formation de précipités.
Faible rendement en ccfDNA		
a)	Remise en suspension incomplète des particules magnétiques	Avant de démarrer la procédure, assurez-vous que les particules magnétiques sont totalement resuspendues. Avant emploi, agitez au mélangeur vortex pendant au moins 3 minutes. Une resuspension incomplète peut causer des erreurs de pipetage.
b)	Obstruction de la pointe de pipette par un matériau insoluble	Le matériau insoluble n'a pas été éliminé de l'échantillon avant la procédure de purification sur l'instrument QIASymphony SP.
c)	L'échantillon contient une faible concentration de ccfDNA	EN raison de très faibles quantités de ccfDNA dans les échantillons de plasma, la mesure de la concentration de ccfDNA peut être difficile en fonction de la méthode de quantification utilisée. Il est recommandé d'employer une qPCR sensible pour vérifier la concentration en ccfDNA dans les éluats.
d)	Refermeture incomplète de la RC	Les échanges avec l'air ambiant peuvent réduire la stabilité des tampons, conduisant à une extraction moins efficace de l'ADN libre avec une RC partiellement usagée. Lorsqu'une RC partiellement usagée n'est pas utilisée pour la purification, veillez à ce que les logements de tampon soient soigneusement scellés avec des rubans d'étanchéité réutilisables.
Faible performance du ccfDNA dans les application en aval		
a)	Éluat concentré par la centrifugation par dépression	Ne concentrez pas l'éluat avec une centrifugation par dépression (par ex. dans un SpeedVac® ou un instrument semblable). Ceci peut causer une dégradation en raison de températures élevées et de sels concentrés dans l'éluat, qui peuvent interférer avec les applications en aval.
b)	Transfert par perle	En règle générale, les particules magnétiques ne sont pas transférées dans les éluats. En cas de transfert, les particules magnétiques dans les éluats n'affecteront pas la plupart des applications en aval. Si des portions d'éluats très élevées sont requises pour les essais spécifiques effectués en aval, la centrifugation des éluats peut être ralentie et transférée dans un tube propre.

Commentaires et suggestions

Transfert d'échantillon absent/incomplet

a)	Un volume d'échantillon incorrect est chargé pour les protocoles standard	Si des volumes d'échantillon inférieurs à ceux spécifiés sont chargés, il existe un risque accru d'attribution d'un indicateur équivoque à l'échantillon ou d'absence de transfert de l'échantillon (attribution d'un indicateur non valide). Chargez le volume d'échantillon correct, comme indiqué dans la fiche du protocole et la liste du matériel de laboratoire correspondantes.
b)	Bulles et/ou mousse dans le tube d'échantillon	La présence de bulles ou de mousse dans l'échantillon et/ou dans le tube de volume d'échantillon peut entraîner une détection erronée du niveau de liquide et conduire à un transfert d'échantillon incomplet. Éliminez les bulles du tube d'échantillon.

Symboles

Les symboles suivants peuvent figurer dans le mode d'emploi ou être apposés sur l'emballage ou les étiquettes. D'autres symboles sont expliqués dans Contenu de la trousse (page 9).

Symbole	Définition du symbole
 <N>	Contient des réactifs suffisants pour <N> tests Indique le nombre total de tests DIV pouvant être effectués avec le DIV.
	Date limite d'utilisation
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Marque CE. Ce produit répond aux exigences de la réglementation européenne 2017/746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
	Numéro de référence
	Numéro de lot
	Numéro de matériel (c.-à-d. étiquette de composant)
	Composants (c.-à-d. liste des éléments inclus)
	Contient (contenu)
	Quantité (c.-à-d. flacons, tubes)
	Code article international
R _n	R désigne une révision du mode d'emploi (manuel) et n représente le numéro de révision



Limites de température



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Mise en garde

PROTK

Proteinase K

WELL

Numéro du puits (c.-à-d. puits RC)

REAG | **CART**

Cartouche de réactif

Sodium azide

Azoture de sodium

EC | **REP**

Représentant autorisé européen conformément au règlement (UE) 2017/746.

Annexe : Quantification du ccfDNA

En raison des très faibles concentrations en ccfDNA, il est déconseillé de mesurer l'ADN avec un spectrophotomètre. Pour déterminer la concentration en ccfDNA, un dosage de quantification par fluorescence sensible et précis ou un dosage de real-time PCR doit être utilisé.

Si les particules magnétiques doivent être retirées, appliquez le tube contenant l'ADN à un séparateur magnétique approprié (p. ex. QIAGEN 12-Tube Magnet, n° de réf. 36912) jusqu'à séparation des particules magnétiques.

Si l'ADN se trouve dans des microplaques, appliquez la microplaque à un séparateur magnétique approprié (p. ex. QIAGEN 96-Well Magnet Type A, n° de réf. 36915) jusqu'à séparation des particules magnétiques. En l'absence de séparateur magnétique approprié, centrifugez le tube contenant l'ADN pendant 1 minute à vitesse maximale dans une microcentrifugeuse afin que les particules magnétiques restantes forment un culot.

Pour commander

Produit	Table des matières	n° de réf.
PreAnalytiX		
QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit (CE-IVD) (192)	2 RC, tubes de Proteinase K et accessoires inclus	768566
PAXgene Blood ccfDNA Tubes (CE-IVD)(100)	100 tubes : 16 × 100 mm, 1,5 ml d'additif, volume du prélèvement sanguin 10 ml	768165
QIAGEN		
QIASymphony SP instrument	Module de préparation des échantillons QIASymphony, garantie 1 an pièces et main-d'œuvre	9001297
Produits QIAGEN connexes		
Proteinase K (10 mL)	1 flacon de 10 ml	19134
Reagent Cartridge Holder (2)	Portoir de RC à utiliser avec l'instrument QIASymphony SP	997008
Cooling Adapter, 2 mL, v2, Qsym	Support réfrigérant pour tubes de 2 ml à bouchon à vis. À utiliser dans le tiroir SP « Eluate » (Éluat) de l'instrument QIASymphony SP	9020674
Cooling Adapter, EMT, v2, Qsym	Support réfrigérant pour portoirs EMT. À utiliser dans le tiroir SP « Eluate » (Éluat) de l'instrument QIASymphony SP	9020730
Cooling Adapter, Snap-Cap Microtube QIASymphony, Qsym	Support réfrigérant pour tubes LoBind à bouchon pression Safe-Lock Eppendorf® de 1,5 ml. À utiliser dans le tiroir SP « Eluate » (Éluat) de l'instrument QIASymphony SP	9020731
Sample Prep Cartridges, 8-well (336)	Cartouches de préparation de l'échantillon à 8 puits à utiliser sur l'instrument QIASymphony SP	997002

Produit	Table des matières	n° de réf.
8-Rod Covers (144)	Couvercles à 8 tiges à utiliser avec l'instrument QIASymphony SP	997004
Filter-Tips, 200 µL (1024)	Pointes à filtre jetables, sur portoirs (8 × 128). À utiliser avec les instruments QIAcube® et QIASymphony SP/AS	990332
Filter-Tips, 1500 µL, Qsym SP (1024)	Pointes à filtre jetables, sur portoirs (8 × 128). À utiliser sur l'instrument QIASymphony SP/AS	997024
Tip Disposal Bags (15)	Tip disposal bags à utiliser sur l'instrument QIASymphony SP	9013395
12-Tube Magnet	Aimant pour la séparation des particules magnétiques dans 12 tubes de 1,5 ml ou 2 ml	36912
96-Well Magnet Type A	Aimant pour la séparation des particules magnétiques dans les puits des plaques de 96 puits, 2 × 96-Well Microplates FB	36915
Reuse Seal Set (20)	Ensembles d'étanchéité réutilisables permettant de sceller les RC QIASymphony partiellement usagées	997006
Elution Microtubes CL (24 × 96)	Tubes en polypropylène non stériles (volume maximal de 0,85 ml, volume de stockage inférieur à 0,7 ml, volume d'élution de 0,4 ml), 2 304 tubes sur portoirs de 96 unités, avec bouchons	19588
Caps for Elution Microtubes (50 × 8)	Bouchons pour microtubes d'élution (50 × 8)	19591
14 mL Falcon Tube	Tube en polystyrène à fond rond 17 × 100 mm utilisé comme portoir d'échantillon pour l'instrument QIASymphony SP	Corning, 352051

Historique des révisions du document

Révision	Description
R1, mai 2021	Version initiale
R2, mai 2022	Retrait de la mention « (CE-DIV) » dans certains cas. Mise à jour du tableau des contenus de la trousse. Inclusion de www.PreAnalytiX.com pour indiquer où trouver les ressources connexes. Spécification du terme « prélèvements » comme des « prélèvements sanguins » dans la section Informations de sécurité. Remplacement de « Mettez au rebut les échantillons et les autres déchets produits par les dosages » par « Mettez au rebut les matériaux et les déchets de la trousse présentant un risque biologique » dans la section Informations complémentaires. Mise à jour des sections « A) Préparation du plasma à partir du sang pour les protocoles standard » et « Préparation du plasma à partir du sang pour la manipulation du tube primaire sur l'instrument QIASymphony SP ».
R3, février 2023	Modification de l'adresse de PreAnalytiX GmbH de « Feldbachstrasse » en « Garstligweg 8 ». Mise à jour de la section Précautions. Ajout des coordonnées en cas d'urgence dans la section « Information sur la sécurité ». Correction du numéro de référence de la Proteinase K (100 ml) dans la section Pour commander. Modifications de la mise en page et modifications rédactionnelles.

Remarques

Remarques



Pour obtenir des renseignements actualisés et les clauses de non-responsabilité spécifiques aux produits, consultez le manuel de la trousse ou le manuel d'utilisation PreAnalytiX® ou QIAGEN® correspondant. Les manuels des troussees et les manuels d'utilisation PreAnalytiX et QIAGEN sont disponibles sur www.qiagen.com ou peuvent être demandés aux services techniques QIAGEN ou au distributeur local.

Découvrez-en plus sur : www.PreAnalytiX.com

HB-2866-003 02/2023

