

2024 m. kovo mėn.

„NeuMoDx™ LDT Master Mix, RNA“ naudojimo instrukcijos



96

1 versija

IVD

Skirta in vitro diagnostikai naudojant sistemas „NeuMoDx 288“ ir „NeuMoDx 96 Molecular System“

Rx only

Naudoti tik pagal receptą

CE

REF

310100



NeuMoDx Molecular, Inc.
1250 Eisenhower Place
Ann Arbor, MI
48108 USA

EC REP

Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

40600594LT_C

Informacinių lapelių atnaujinimai pateikiami svetainėje:

www.qiagen.com/neumodx-ifu



Išsamias instrukcijas žr. „*NeuMoDx 288 Molecular System*“ operatoriaus vadove;
leid. Nr. 40600108 [nuor. Nr. 500100]

Išsamias instrukcijas žr. „*NeuMoDx 96 Molecular System*“ operatoriaus vadove;
leid. Nr. 40600317 [nuor. Nr. 500200] arba leid. Nr. 40600655 [nuor. Nr. 500201]

Turinys

Numatytoji paskirtis	5
Santrauka ir paaiškinimas	5
Procedūros principai	6
Pateikiamos medžiagos.....	8
Rinkinio turinys	8
Reikalingos, bet rinkinyje nesančios medžiagos	9
Reagentai	9
Reikmenys	9
Įspėjimai ir atsargumo priemonės.....	10
Saugos informacija	10
Atsargumo priemonės	12
Informacija kilus pavojui	12
Atliekų tvarkymas	12
Produkto laikymas, tvarkymas ir stabilumas.....	13
Mėginio paėmimas, gabenimas ir laikymas	13
Naudojimo instrukcijos.....	14
Ėminio paruošimas	14
Tyrimo apibrėžimas	14
Sistemos „NeuMoDx System“ naudojimas	14
Rezultatai	17
Netinkami rezultatai	18
Apribojimai.....	19

Kokybės kontrolė	20
Efektivumo charakteristikos	21
Metodas	21
Literatūra	22
Simboliai	23
Kontaktinė informacija	25
Užsakymo informacija	26
Dokumento peržiūrų istorija	28

Numatytoji paskirtis

„NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ yra 16 šulinėlių juostelė, kurioje yra patentuoto, kambario temperatūroje stabilaus realiojo laiko AT-PGR pagrindinio mišinio ir kuri, kai naudojama kartu su tyrimui skirtais pradmenimis ir zonu (-ais), leidžia laboratorijoje greitai sukurti ir atlikti laboratorijoje kuriamus tyrimus (angl. „laboratory developed test“, LDT) sistemose „NeuMoDx 288 Molecular System“ ir „NeuMoDx 96 Molecular System“ (sistema (-os) „NeuMoDx System“). Be LDT specifinių pradmenų ir zondo (-ų), į „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ įeina visi reagentai, reikalingi realiojo laiko AT-PGR. Kai šis reagentas naudojoto laboratorijoje patvirtinamas kaip LDT dalis, jį galima naudoti kaip pagrindinį spartaus LDT automatizavimo komponentą.

Santrauka ir paaiškinimas

Laboratorijoje kuriami tyrimai, naudojantys „NeuMoDx LDT RNA Master Mix Test Strip“ ir atliekami sistemoje „NeuMoDx System“, suteikia galimybę klinikinėms laboratorijoms paprastai, efektyviai ir greitai integruoti LDT tyrimus ir sistemoje gauti ėminių rezultatus. Sistema „NeuMoDx System“ atlieka ekstrahavimą, gryninimą, amplifikaciją ir rezultatų interpretavimą. Sistema leidžia naudoti universalųjį nukleorūgšties išskyrimo procesą kartu su „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ ir bendrosios paskirties realiojo laiko atvirkštinės transkripcijos (AT-)PGR reagentais, kad užtikrintų itin tikslus LDT tyrimų rezultatus, gautus ištyrus neapdorotus klinikiškus ėminius. Naudotojui reikia pasirūpinti tik konkrečius tyrimo pradmenimis ir zonu (-ais), kurie yra atskiroje „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ juostelėje (NUOR. 100400], ir apibrėžti norimą realiojo laiko AT-PGR terminį profilį. Kai klinikiniai mėginiai ir tyrimui skirti reagentai tinkamai įdėti į sistemą „NeuMoDx System“, ji automatiškai pradeda apdoroti ėminius.

Procedūros principai

Sistemose „NeuMoDx System“ naudojamas šilumos, lizės fermentų ir ekstrahavimo reagentų derinys ląstelėms lizuoti, RNR ekstrahuoti ir inhibitoriams inaktyvinti / pašalinti iš neapdorotų klinikinių mėginių prieš pateikiant ekstrahuotą RNR aptikti atliekant realiojo laiko AT-PGR. Lizavimo metu išsiskyrusios nukleorūgštys prisijungia prie paramagnetinių dalelių. Dalelės su surištomis nukleorūgštimis įkeliamos į „NeuMoDx Cartridge“ kasetę, kur nesurišti ir (arba) specialiai nerišami komponentai yra nuplaunami naudojant „NeuMoDx Wash Reagent“, o surišta RNR eliuuojama naudojant „NeuMoDx Release Reagent“. Sistema „NeuMoDx System“ sumaišo išsiskyrusią RNR su naudotojo pateiktais LDT pradmenimis ir zondų (-ais), o tada naudoja alikvotinę šio tirpalo dalį tam, kad sudrėkintų sausus AT-PGR reagentus, esančius mišinyje „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“, kuriame yra visų reagentų, reikalingų realiojo laiko AT-PGR atlikti: atvirkštinės transkriptazės, Taq DNR polimerazės, dNTP, MgCl₂ ir kitų optimizuotų pagalbinių medžiagų ir buferinių medžiagų. Šiuose sausuose tyrimo reagentuose taip pat yra komponentų, reikalingų ėminio apdorojimo kontrolinės medžiagos (SPC2) sekos segmentui amplifikuoti, todėl vienu metu galima amplifikuoti ir aptikti tiek tikslinės, tiek kontrolinės medžiagos RNR sekas. „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ mišinyje esantys sausi AT-PGR reagentai sudėtyje neturi LDT specifinių pradmenų ar zondų (specifinių tyrimo reagentų), išskyrus SPC2 pradmenis ir zondą; specifinius tyrimo reagentus į „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ juostelę turi pridėti naudotojas. Sumaišius naudotojo turimus pradmenis ir zondą (-us) ir ištirpinus sausus AT-PGR reagentus, „NeuMoDx System“ paskirsto paruoštą ir AT-PGR reakcijai parengtą mišinį į „NeuMoDx Cartridge“ kasetę. Kontrolinės ir tikslinės (jei yra) RNR sekų amplifikacija ir aptikimas vyksta kasetės PGR kameroje. Kamera ir kasetė pritaikytos saugoti amplikoną po AT-PGR ir iš esmės pašalinti užteršimo riziką po amplifikacijos.

Atvirkštinė transkriptazė naudoja tyrimui būdingą atvirkštinį pradmenį, kurį prideda naudotojas, kad atvirkštinio būdų transkribuotų RNR į cDNA. Po to toje pačioje kameroje vyksta įprastinė realiojo laiko PGR. Amplifikuoti taikiniai aptinkami realiuoju laiku, naudojant hidrolizės zondų chemiją (dažnai vadinamą „TaqMan[®]“ chemija), kurioje naudojamos amplikonams būdingos fluorogeninio oligonukleotidų zondo molekulės atitinkamoms jų tikslinėms sekoms. „TaqMan“ zondai sudaryti iš fluoroforo, kovalentiškai susijungusio su oligonukleotidinio zondo 5' galu ir slopiklio 3' galu. Kol zondas yra nepažeistas, fluoroforas ir slopiklis yra arti, todėl slopiklio molekulė dėl Försterio rezonansinės energijos pernašos (Förster Resonance Energy Transfer, FRET) slopina fluorescenciją, kurią skleidžia fluoroforas.

„TaqMan“ zondai sukurti prisijungti prie tiksulinio regiono, kuris amplifikuotas naudojant specifinį pradmenų rinkinį. Kadangi „Taq“ polimerazė pailgina pradmenį ir susintetina naują grandinę, „Taq“ polimerazės 5'–3' egzonukleazės aktyvumas suskaido zondą, kuris yra prisijungęs prie šablono. Zondo skilimas išlaisvina fluoroforą ir padidina atstumą iki slopiklio, todėl įveikiamas slopinamasis poveikis dėl FRET ir galima fluoroforo fluorescencija. Šis fluorescencinis signalas, kurį aptinka kiekybinės PGR termocikleris, yra tiesiogiai proporcingas išskirtam fluoroforui ir gali būti siejamas su esamu tikslinės RNR kiekiu.

Kad aptiktų ėminio apdoravimo kontrolinę medžiagą, „TaqMan“ zondas yra pažymėtas fluorescenciniu dažu (535/556 nm) 5' gale ir tamsiu slopikliu 3' gale. Sistema „NeuMoDx System“ stebi „TaqMan“ zondų skleidžiamą fluorescencinį signalą kiekvieno amplifikacijos ciklo pabaigoje. Kai amplifikacija baigta, sistemos „NeuMoDx System“ programinė įranga pateikia kiekvieno ėminio amplifikacijos kreives, kad jas galėtų analizuoti galutinis naudotojas.

Pateikiamos medžiagos

Rinkinio turinys

„NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ Nuor. Nr. 310100	Vienetų kiekis pakuotėje	Tyrimų kiekis vienete	Tyrimų kiekis pakuotėje
„NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ <i>Sausi AT-PGR reagentai, kuriuose yra 2 éminio apdoravimo kontrolinei medžiagai specifinio „TaqMan“ zondo ir pradmenų.</i>	6	16	96

Reikalingos, bet rinkinyje nesančios medžiagos

NUOR.	Turinys
100100	„NeuMoDx Cartridge“
100200	„NeuMoDx Extraction Plate“ <i>Sausos paramagnetinės dalelės, lizės fermentai ir ėminių apdorojimo kontrolinės medžiagos</i>
<i>įvairūs</i>	„NeuMoDx Lysis Buffer(s)“
400100	„NeuMoDx Wash Reagent“
400200	„NeuMoDx Release Reagent“
100400	„NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“
235903	„Hamilton CO-RE / CO-RE II“ antgaliai (300 µl) su filtrais
235905	„Hamilton CO-RE / CO-RE II“ antgaliai (1000 µl) su filtrais

Reagentai

- 10 mM Tris-HCl pH 8,0 vanduo be RNazės / DNazės arba TE su mažu EDTA kiekiu (0,1 mM)
- LDT pradmenys ir zondas (-ai)

Reikmenys*

- „NeuMoDx 288 Molecular System“ [nuor. Nr. 500100] ARBA
„NeuMoDx 96 Molecular System“ [nuor. Nr. 500200 arba 500201]

* Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisai buvo patikrinti ir sukalibruoti pagal gamintojo rekomendacijas.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės


Saugos informacija

Dirbdami su cheminėmis medžiagomis visada dėvėkite tinkamą laboratorinį chalata, vienkartinę pirštines ir apsauginius akinius. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite atitinkamus saugos duomenų lapus (SDL). Jos pateikiamos patogiu ir kompaktišku PDF formatu interneto svetainėje www.qiagen.com/neumodx-ifu, kur galite rasti, peržiūrėti ir atsispausdinti kiekvieno „NeuMoDx“ rinkinio ir rinkinio komponento SDL.

- Skirta in vitro diagnostikai tik su sistemomis „NeuMoDx System“.
- Nenaudokite reagentų pasibaigus nurodytam galiojimo laikui.
- Nenaudokite, jei pristatyto produkto pakuotė pažeista arba jei folijos maišelis yra sugadintas.
- Pakartotinai nenaudokite jokių „NeuMoDx“ eksploatacinių reikmenų ar reagentų.
- Minimalus mėginio tūris priklauso nuo įsiurbiamo tūrio ir mėgintuvėlio dydžio. Prireikus išsamios informacijos, žr. sistemos „NeuMoDx System“ operatoriaus vadovus ir LDT priedą. Naudojant mažesnį tūrį nei nurodytas minimalus tūris gali įvykti klaida „Quantity Not Sufficient“ (nepakankamas kiekis).
- Saugokite visus reagentus ir eksploatacinius reikmenis nuo užteršimo mikrobais ir ribonukleaze (RNaze). Rekomenduojama naudoti sterilias vienkartinės perkėlimo pipetes be RNazės / DNazės. Kiekvienam mėginiui naudokite naują pipetę.
- LDT reagentus dozuoti rekomenduojama naudojant sterilius vienkartinis pipečių antgalius be RNazės / DNazės. Naudokite naują antgalį kiekvienam pradmenų ir zondo (-ų) rinkiniui.

- Siekdami išvengti užteršimo, neimkite į rankas ir neišardykite „NeuMoDx Cartridge“ kasetės po amplifikacijos. Jokiais atvejais neišimkite kasečių „NeuMoDx Cartridge“ iš biologiškai pavojingų atliekų talpyklos („NeuMoDx 288 Molecular System“) arba biologiškai pavojingų atliekų dėžės („NeuMoDx 96 Molecular System“). „NeuMoDx Cartridge“ yra sukurta taip, kad apsaugotų nuo užteršimo.
- Kai laboratorijoje taip pat atliekami atvirų mėgintuvėlių PGR tyrimai, būtina imtis atsargumo priemonių ir užtikrinti, kad nebūtų užterštas mišinys „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“, tyrimui reikalingi papildomi eksploataciniai reikmenys ir reagentai, asmens apsaugos priemonės, tokios kaip pirštinės ir laboratoriniai chalatai, ir sistema „NeuMoDx System“.
- Dirbant su „NeuMoDx“ reagentais ir eksploataciniais reikmenimis būtina mūvėti švarias nitrilines pirštines be talko. Būtina saugotis, kad nebūtų paliestas „NeuMoDx Cartridge“ kasetės viršutinis paviršius, „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ ar „NeuMoDx Extraction Plate“ folijos sandariklio paviršius arba „NeuMoDx Lysis Buffer“ buferinio tirpalo viršutinis paviršius; produktus galima laikyti tik suėmus už šoninių paviršių.
- Dirbdami su mėginiais ar bet kokiais „NeuMoDx“ reagentais ar eksploataciniais reikmenimis visada mūvėkite švarias nitrilines pirštines be miltelių.
- Atlikę tyrimą, kruopščiai nusiplaukite rankas.
- Nesiurbkite į pipetę burna. Nerūkykite, negerkite ir nevalgykite tose vietose, kur dirbama su mėginiais arba rinkinio reagentais.
- Visada dirbkite su mėginiais taip, tarsi jie būtų užkrečiami, ir laikykitės saugių laboratorinių procedūrų, pavyzdžiui, aprašytų publikacijoje „*Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*“ (1) ir *CLSI dokumente M29-A4* (2).
- Išmeskite nepanaudotus reagentus ir atliekas laikydamiesi šalies, federalinių, provincijos, valstijos ir vietos teisės aktų.

Atsargumo priemonės

<p>PAVOJUS</p> 	<p>Sudėtyje yra boro rūgšties.</p> <p>Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį / talpyklą šalinti patvirtintoje atliekų surinkimo įstaigoje.</p>
--	--

Informacija kilus pavojui

CHEMTREC

Už JAV ir Kanados ribų +1 703-527-3887

Atliekų tvarkymas

Produkto sudėtyje yra etoksilinto nonilfenolio – endokrininę sistemą ardančios medžiagos, kuri gali turėti neigiamą poveikį aplinkai.

Išmeskite kaip pavojingas atliekas laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių. Tai taip pat taikoma nepanaudotiems produktams.

Neišmeskite skystų atliekų į kanalizaciją.

Laikykitės saugos duomenų lapo (SDL) rekomendacijų.

Produkto laikymas, tvarkymas ir stabilumas

- „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ mišinys išlieka stabilus pirminėje pakuotėje 15–28 °C temperatūroje iki galiojimo pabaigos datos, nurodytos išorinėje produkto etiketėje.
- Nenaudokite reagentų pasibaigus nurodytam galiojimo laikui.
- Nenaudokite, jei produktas ar pakuotė buvo vizualiai pažeisti.
- „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ mišinį įdėjus į sistemą „NeuMoDx System“, jį galima ten laikyti 23 dienas. Likusi įdėto pagrindinio mišinio galiojimo trukmė stebima programinėje įrangoje ir pateikiama naudotojui realiuoju laiku. Sistema paragins pašalinti pagrindinį mišinį, kuris buvo naudojamas ilgiau, nei leidžiama.
- Į juostelę „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ perkeltų LDT pradmenų ir zondo (-ų) stabilumą sistemoje turi patvirtinti naudotojo laboratorija.

Mėginio paėmimas, gabenimas ir laikymas

Visus mėginius tvarkykite taip, lyg jie galėtų perduoti infekcines medžiagas.

Laboratorija, kurioje dirba naudotojas, turėtų patvirtinti optimalias mėginio gabenimo sąlygas ir mėginio stabilumą, atsižvelgdama į naudotą ėminio matricą ir kiekvieną atliktų tyrimų tipą.

Naudojimo instrukcijos

Ėminio paruošimas

1. Priklijuokite mėginio brūkšninio kodo etiketę ant norimo mėginio mėgintuvėlio. Tyrimas gali būti atliekamas naudojant alikvotinę dalį antriniame mėgintuvėlyje arba tiesiogiai iš pirminio mėginio mėgintuvėlio, jei toks būdas gali būti taikomas tyrimui ir yra suderinamas su sistema „NeuMoDx System“. Prireikus papildomos informacijos, žr. „*NeuMoDx*“ *operatoriaus vadovus ir LDT priedą*.
2. Įsitikinę, kad visi dangteliai nuimti nuo mėginių mėgintuvėlių, įdėkite brūkšniniais kodais pažymėtus mėginių mėgintuvėlius į tinkamą sistemos „NeuMoDx System“ mėginių mėgintuvėlių laikiklį.

Tyrimo apibrėžimas

1. Sistemos „NeuMoDx System“ programinėje įrangoje, skirtuko „Test“ (tyrimas) meniu „Tools“ (įrankiai) atidarykite „Test Editor Wizard“ (tyrimo redagavimo vedlys).
2. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais įveskite visą reikalingą tyrimo informaciją.


Sistemos „NeuMoDx System“ naudojimas

1. Pagal poreikį pripildykite sistemos laikiklius toliau nurodytų eksploatacinių reikmenų ir naudodami jutiklinį ekraną įdėkite laikiklį (-ius) į sistemą „NeuMoDx System“:
 - 1a. 1000 µl „CO-RE / CO-RE II“ antgaliai
 - 1b. 300 µl „CO-RE / CO-RE II“ antgaliai
 - 1c. „NeuMoDx Cartridge“

- 1d. „NeuMoDx Extraction Plate“
- 1e. „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“
- 1f. Tinkamas buferinis tirpalas „NeuMoDx Lysis Buffer“

Pastaba. Nuimkite folijos sandariklį nuo talpyklų, prieš jas įdėdami

2. Prireikus pakeiskite plovimo reagento ir išskyrimo reagento talpyklas ir ištuštinkite užpildymo atliekų butelį.
3. Prireikus ištuštinkite biologiškai pavojingų atliekų talpyklą ir pasikeiskite pirštines prieš pereidami prie kito veiksmo.
4. Paruoškite LDT pradmenų / zondo mišinį:
 - 4a. Atskieskite pradmenis ir zondą (-us) vandeniu, 10 mM Tris pH 8,0 tirpalu arba 1X TE su mažu EDTA kiekiu (0,1 mM EDTA). Galutinė pradmenų / zondų mišinio koncentracija po sumaišymo su 18 µl eliuato juostelėje „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ turi būti 1X.
Pavyzdys: Įlašinkite 4 µl 6X pradmenų / zondo mišinio į šulinėlį. Kai į šulinėlį pridedama eliuato ir jis sumaišomas su LDT pradmenų / zondo mišiniu, gaunama 24 µl 1X pradmenų / zondo mišinio.
 - 4b. „NeuMoDx“ rekomenduoja į vieną juostelės „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ šulinėlį lašinti nuo 3 µl iki 10 µl paruošto pradmenų / zondo mišinio.
5. Naudodami švarų pipetės antgalį pradurkite juostelės „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ šulinėlių foliją (tiek šulinėlių, kiek tyrimų atliksite).
6. Atsargiai įlašinkite LDT pradmenų / zondo mišinio į juostelės „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ šulinėlių, kurie bus naudojami, dugną. Nebūtina pripildyti visų šulinėlių, tačiau pildymas turi būti pradėtas nuo apatinio kairiojo šulinėlio (žr. toliau pateiktą paveikslėlį). Įdėkite juostelę „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ į tyrimo juostelių laikiklį. Taip pat galite įstatyti juostelę į vietą laikiklyje ir į ją įlašinti LDT pradmenų / zondo mišinio.



1 pav. LDT pradmenų / zondų mišinio šulinėlių užpildymo užsakymas

7. Jutikliniame ekrane palieskite rodyklę po norimu tyrimo juostelių laikikliu, kad įkeltumėte juostelę „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ į sistemą. Šulinėliai bus rodomi geltonai. Palieskite šulinėlius, kad nustatytumėte tyrimo tipą ir pažymėtumėte juostelės „NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip“ vietas, kuriose yra LDT pradmenų / zondo mišinio.
8. Įdėkite mėginio mėgintuvėlį (-ius) į reikiamą mėginių mėgintuvėlių laikiklį ir pasirūpinkite, kad nuo visų mėginių mėgintuvėlių būtų nuimti dangteliai.
9. Įdėkite mėginių mėgintuvėlių laikiklį į automatinio įkėliklio lentyną ir naudodami jutiklinį ekraną įkelkite laikiklį į sistemą „NeuMoDx System“. Tai padarius bus inicijuojamas tyrimo (-ų) apdorojimas.

Rezultatai

Prieinamus rezultatus galima peržiūrėti ir spausdinti sistemos „NeuMoDx System“ jutiklinio ekrano lango „Results“ (rezultatai) skirtuke „Results“ (rezultatai).

Tyrimo rezultatus automatiškai sugeneruoja sistemos „NeuMoDx System“ programinė įranga.

Kai atliekami kiekybiniai tyrimai, tikslinė koncentracija (\log_{10} IU/ml) bus pateikta, kai laboratorija sistemoje „NeuMoDx System“ LDT pritaikys galiojančią kalibraciją ir nustatys dinaminį diapazoną.

Kai atliekami kokybiniai tyrimai, gautas tyrimo rezultatas gali būti „Negative“ (neigiamas), „Positive“ (teigiamas), „Indeterminate“ (nenustatytas) arba „Unresolved“ (neišspręstas), atsižvelgiant į taikinio ir ėminio apdorojimo kontrolinės medžiagos amplifikacijos būseną. Amplifikacijos būseną nustatoma pagal realiojo laiko AT-PGR kreivės analizės atmetimo parametrus, nustatytus LDT ADF. Rezultatai pateikiami pagal sprendimo algoritmą, nurodytą 1 lentelėje.

1 lentelė. „NeuMoDx LDT RNA MM Test Strip“ tyrimo sprendimo algoritmas

Rezultatas	Tikslinė seka	Ėminio apdorojimo kontrolinė medžiaga (SPC2)	Sistemos įvykiai
„Positive“ (teigiamas);	„Amplified“ (amplifikuota)	N/A (nėra)	„No relevant errors“ (nėra susijusių klaidų)
„Negative“ (neigiamas)	„Not Amplified“ (neamplifikuota)	„Amplified“ (amplifikuota)	„No relevant errors“ (nėra susijusių klaidų)
„Indeterminate“ (neaiškus)	„Not Amplified“ (neamplifikuota)	„Not Amplified“ (neamplifikuota)	„Relevant errors“ (susijusios klaidos)
„Unresolved“ (neišspręstas)	„Not Amplified“ (neamplifikuota)	„Not Amplified“ (neamplifikuota)	„No relevant errors“ (nėra susijusių klaidų)

Netinkami rezultatai

Jei sistemoje „NeuMoDx System“ atliekamas tyrimas nesėkmingai apdorojamas, jo rezultatas bus pateiktas kaip „Indeterminate“ (nenustatytas, IND) arba „Unresolved“ (neišspręstas, UNR), atsižvelgiant į įvykusios klaidos tipą.

IND rezultatas gaunamas, jei ėminio apdorojimo metu aptinkama prietaiso / sistemos klaida. Jei gaunamas IND (nenustatytas) rezultatas, rekomenduojama pakartoti tyrimą, siekiant gauti galiojantį rezultatą.

Jei tikslinė seka neaptinkama ir ėminio apdorojimo kontrolinė medžiaga neamplifikuojama, bus gautas UNR (neišspręstas) rezultatas, nurodantis galimą reagento triktį ar inhibitorių buvimą. Jei gaunamas UNR (neišspręstas) rezultatas, reikia pakartoti tyrimą, siekiant gauti galiojantį rezultatą.

Apribojimai

- „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ talpyklą galima naudoti tik sistemoje „NeuMoDx System“ – ji nesuderinama su jokia kita automatizuota molekulinės diagnostikos sistema. Tačiau šias tyrimo juosteles galima naudoti taikant rankinį procesą bet kurioje realiojo laiko AT-PGR platformoje.
- „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ efektyvumas buvo patvirtintas tik naudojant „NeuMoDx“ modelio viruso RNR tyrimą. Prieš atliekant diagnostiką, LDT tyrimų, kuriuose naudojamas šis reagentas, efektyvumo charakteristikas turi patvirtinti naudotojo laboratorija.
- Kadangi daugelio patogenų aptikimas priklauso nuo ėminyje esančių organizmų skaičiaus, patikimi rezultatai priklauso nuo tinkamo mėginių paėmimo, naudojimo ir laikymo.
- Klaidingų tyrimo rezultatų priežastis gali būti netinkamas mėginių paėmimas, naudojimas, laikymas, techninė klaida ar ėminių sumaišymas. Be to, klaidingus neigiamus rezultatus gali lemti tai, kad mėginyje esančių organizmų skaičius yra mažesnis už tyrimo analitinį jautrumą.
- Ėminio apdoravimo kontrolinę medžiagą (SPC2) galima naudoti kaip sistemos trikties ir slopinimo indikatorių; šią medžiagą reikia stebėti atliekant kiekvieną tyrimą. To nedarant gali būti gauti klaidingi rezultatai.
- Laboratorija privalo patvirtinti galimybę naudoti SPC2 kaip slopinimo stebėjimo priemonę kiekvienam LDT tyrimui prieš naudodama šią medžiagą kaip kontrolinę medžiagą ar stebėjimo priemonę.
- Jei SPC2 neamplifikuojama ir tikslinės sekos rezultatas yra „Negative“ (Neigiamas), rezultatas bus pateikiamas kaip „Indeterminate“ (Nenustatytas) arba „Unresolved“ (Neišspręstas) ir tyrimą reikės pakartoti.
- Galutinis naudotojas privalo nustatyti ir patvirtinti tinkamus atmetimo kriterijus kiekvienam sukurtam tyrimui, kad gautų galiojančius rezultatus.
- Naudoti gali tik darbuotojai, kurie yra išmokyti naudotis sistema „NeuMoDx System“.
- Tvarkant pacientų mėginius rekomenduojama taikyti gerąją laboratorinę praktiką, įskaitant pirštinių keitimą, kad būtų galima išvengti užteršimo.

Kokybės kontrolė

Klinikinių laboratorijų tobulinimo pakeitimų (angl. „Clinical Laboratory Improvement Amendments“, CLIA) reglamentuose nurodoma, kad laboratorija yra atsakinga už kontrolės procedūrų, kurios naudojamos viso analitinio proceso tikslumui ir patikimumui stebėti, taikymą ir turi nustatyti kontrolinių medžiagų tyrimų skaičių, tipą ir dažnumą, naudodama patvirtintas efektyvumo specifikacijas FDA patvirtintoms ar FDA leidimą turinčioms tyrimų sistemoms (42 CFR, 493.1256 dalis).

1. Išorines kontrolines medžiagas laboratorija turi atskirai patvirtinti kiekvienam tyrimui, kuris bus atliekamas. Tai apima kontrolinių medžiagų sudėtį, naudojimo laiką / dažnumą ir sprendimo priėmimo kriterijus, lemiančius, ar rezultatai bus laikomi negaliojančiais dėl kontrolinių medžiagų (ne)validumo. Išorinių kontrolinių medžiagų „NeuMoDx Molecular, Inc.“ netiekia.
2. 2 ėminio apdoravimo kontrolinei medžiagai (SPC2) aptikti naudojami pradmenys ir zondas yra tiekiami kartu su „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“. SPC2 aptikimo stebėjimo funkcija leidžia sistemai „NeuMoDx System“ stebėti RNR ekstrahavimo ir PGR amplifikacijos procesų veiksmingumą ir atitinkamai kvalifikuoti rezultatus.

Efektivumo charakteristikos

Metodas

„NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ efektyvumo charakteristikas „NeuMoDx Molecular, Inc.“ nustatė naudodama modelio RNR tyrimą, kad pademonstruotų „NeuMoDx“ LDT RNR išskyrimo ir aptikimo plazmos mėginiuose chemiją. Įmonė atliko vidines studijas su sistema „NeuMoDx 288 Molecular System“, kad nustatytų tyrimo analitinį jautrumą, kai sistema naudojama su „NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“, ir ekstrahavimo proceso efektyvumą, kuris nustatytas ekstrahuojant serijinius viruso taikinių skiedinius siekiant nustatyti tiesiškumą. Siekiant pademonstruoti lygiavertį efektyvumą, vėliau buvo atlikti papildomi bandymai, kurių metu buvo naudojamas to paties modelio RNR tyrimas „NeuMoDx“ LDT RNR išskyrimo ir aptikimo plazmos mėginiuose chemijai įvertinti, tiriant mėginius sistemoje „NeuMoDx 96 Molecular System“.

Konfigūruojamoje tyrimo apibrėžimo failo (angl. „Assay Definition File“, ADF) dalyje nustatomos visos specifinės tyrimo funkcijos, įskaitant ėminio tūrį, realiojo laiko AT-PGR profilį, atmetimo kriterijus, rezultatų apdorojimo algoritmus ir kitas funkcijas, kaip aprašyta toliau pateiktoje 2 lentelėje.

2 lentelė. „NeuMoDx LDT RNA MM Test Strip“ tyrimo apibrėžties failo parametrai, skirti efektyvumui patvirtinti










LDT konfigūruojami ADF parametrai		
Sample Volume (Ėminio tūris)	Ending Fluorescence Start Cycle (Fluorescencijos pradžios ciklo užbaigimas)	Peak Maximum Cycle (Maksimalus ciklas)
Lysis Duration (Lizavimo trukmė)	Ending Fluorescence End Cycle (Fluorescencijos pabaigos ciklo užbaigimas)	Minimum EP (Minimalus EP)
Ct Calling Algorithm (Ct iškvietos algoritmas)	Fill Check Reporter (Pripildymo patikros ataskaitos priemonė)	Activation (Aktyvinimas)
Result Processing Algorithm (Rezultatų apdorojimo algoritmas)	Fill Check Threshold (Pripildymo patikros slenkstis)	„Real-time PCR“ (realiojo laiko PGR)
Starting Fluorescence Start Cycle (Fluorescencijos pradžios ciklo pradėjimas)	Target Reporter (Tikslo ataskaitos priemonė)	Cool Down (Aušinimas)
Starting Fluorescence End Cycle (Fluorescencijos pabaigos ciklo pradėjimas)	Peak Minimum Cycle (Minimalaus piko ciklas)	Cycling (Ciklinis kartojimas) (X45)

Literatūra

1. Centers for Disease Control and Prevention. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 6th edition*. HHS Publication No. (CDC) 300859, Revised June 2020.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition*. CLSI document M29-A4; May 2014.

Simboliai

Naudojimo instrukcijose arba ant pakuotės ir etiketės gali būti pateikti šie simboliai:

Simbolis	Simbolio apibrėžimas
	Sudėtyje yra pakankamas kiekis reagentų <N> tyrimams (-ų) atlikti
	Naudojo
	In vitro diagnostikos medicinos priemonė
	Katalogo numeris
	Partijos kodas
	Gamintojas
	Temperatūros riba
	Naudoti tik pagal receptą
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje

Simbolis	Simbolio apibrėžimas
	Nenaudoti pakartotinai
	CE ženklas
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Dėmesio
	Įspėjimas
	Pavojus sveikatai
	Sudėtis
	Sudėtyje yra gyvulinės kilmės biologinės medžiagos
	Sudėtyje yra žmogaus kilmės biologinių medžiagų
	Boro rūgštis

Kontaktinė informacija

Jei reikia techninės pagalbos ir daugiau informacijos, apsilankykite mūsų techninės pagalbos centre adresu **support.qiagen.com**

Techninė pagalba / budrumo ataskaitų teikimas: **support.qiagen.com**

Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Patentas: **www.neumodx.com/patents**

Užsakymo informacija

Produktas	NUOR.
NeuMoDx LDT Master Mix, RNA	310100
Susiję produktai	
NeuMoDx Lysis Buffer 1	400400
NeuMoDx Lysis Buffer 2	400500
NeuMoDx Lysis Buffer3	400600
NeuMoDx Lysis Buffer 4	400700
NeuMoDx Lysis Buffer 5	400900
NeuMoDx Lysis Buffer 6	401700
NeuMoDx Cartridge	100100
NeuMoDx Extraction Plate	100200
NeuMoDx Wash Reagent	400100
NeuMoDx Release Reagent	400200
NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip	100400
Hamilton CO-RE / CO-RE II Tips (300 µL) with Filters	235903
Hamilton CO-RE / CO-RE II Tips (1000 µL) with Filters	235905

Naujausios licencijavimo informacijos ir konkrečių gaminių atsisakymų rasite atitinkamame „NeuMoDx“ rinkinio vadove arba naudotojo vadove. „NeuMoDx“ rinkinio vadovus galite rasti adresu www.qiagen.com/neumodx-ifu, galite paprašyti support.qiagen.com arba iš vietinio platintojo.

Pastabos.

Dokumento peržiūrų istorija

Peržiūra	Pakeitimų suvestinė
A, 2022-05	Pradinis leidimas Naujas produkto numeris (P/N 40600594) sukurtas bendriesiems reagentams IVDR pateikti.
B, 2023-07	Updated Emergo Address to Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem, Nyderlandai. Nuoroda www.neumodx.com/client-resources pakeista į www.qiagen.com/neumodx-ifu .
C, 2024-03	Atnaujintas išsamių instrukcijų turinys, įtraukiamas į [nuor. Nr. 500100] „NeuMoDx 288 Molecular System“ operatoriaus vadovą ir į [nuor. Nr. 500200 arba leid. Nr. 40600655 [nuor. Nr. 500201] „NeuMoDx 96 Molecular System“ operatoriaus vadovą. Į kontaktinę informaciją įtrauktas patento URL. support@qiagen.com atnaujinta į support.qiagen.com

„NeuMoDx LDT Master Mix, RNA“ ribotos licencijos sutartis

Šio produkto naudojimas reiškia, kad bet kuris produkto pirkėjas arba naudotojas sutinka su šiomis sąlygomis:

1. Produktą galima naudoti tik pagal protokolus, pateiktus kartu su produktu ir šiuo vadovu, ir naudoti tik su komponentais, esančiais grupėje. Remdamasi bet kokia savo intelektine nuosavybe „NeuMoDx“ nesuteikia jokios licencijos naudoti arba įtraukti šioje grupėje esančių komponentų su komponentais, neįtrauktais į šią grupę, išskyrus atvejus, aprašytus su produktu pateiktuose protokoluose, šiame vadove ir papildomuose protokoluose, pateiktuose www.qiagen.com/neumodx-ifu. Kai kuriuos iš šių papildomų protokolų „NeuMoDx“ naudotojai pateikė „NeuMoDx“ naudotojams. „NeuMoDx“ šie protokoliai nebuvo nuodugniai patikrinti ar optimizuoti. „NeuMoDx“ jiems negarantuoja ir neužtikrina, kad jie nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.
2. Išskyrus aiškiai nurodytas licencijas, „NeuMoDx“ negarantuoja, kad ši grupė ir (arba) jos naudojimas nepažeis trečiųjų šalių teisių.
3. Ši grupė ir jos komponentai yra licencijuoti naudoti vieną kartą ir negali būti naudojami pakartotinai, atnaujinti ar perparduoti.
4. „NeuMoDx“ konkrečiai atsisako bet kokių kitų išreikštų ar numanomų licencijų, išskyrus aiškiai nurodytas.
5. Grupės pirkėjas ir naudotojas sutinka nesiimti ir neleisti niekam kitam imtis jokių veiksmų, kurie galėtų paskatinti ar palengvinti aukščiau uždraustus veiksmus. „NeuMoDx“ gali užtikrinti šios ribotos licencijos sutarties draudimų laikymąsi kreipdamasi į bet kurį teismą ir atgauti visas tyrimo bei teismo išlaidas, įskaitant užmokesčių advokatams, atlikdama bet kokią veiksmą, susijusį su šia ribotos licencijos sutartimi ar bet kokiomis jos intelektualinės nuosavybės teisėmis, susijusiomis su grupe ir (arba) jos komponentais.

Atnaujintas licencijos sąlygas rasite www.qiagen.com/neumodx-ifu.

2024-03 40600594LT_C © „NeuMoDx“, 2024 m., visos teisės saugomos.

Prekių ženklai: „QIAGEN“, „Sample to Insight“, „NeuMoDx™“ („QIAGEN Group“); „TaqMan®“ („Roche Molecular Systems, Inc.“). Šiame dokumente naudojami restruktūroje pavadinimai, prekių ženklai ir kt., net jei jie nėra specialiai pažymėti, neturi būti laikomi neapsaugotais įstatymų.

