

September 2020

Paneeli QIAstat-Dx[®] Gastrointestinal Panel kasutusjuhised (käsiraamat)



1. versioon

Kasutamiseks in vitro diagnostikas

IVD

CE

REF



R2

691411

QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

Sisukord

Sihtotstarve	4
Ülevaade ja selgitus.....	5
Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kirjeldus	5
Teave haigustekitajate kohta	7
Protseduuri põhimõtted	9
Protsessi kirjeldus.....	9
Proovi kogumine ja kassetti laadimine.....	10
Proovi ettevalmistamine, nukleiinhapete amplifitseerimine ja tuvastamine.....	12
Kaasasolevad materjalid	13
Komplekti sisu	13
Vajalikud materjalid, mida kaasas pole.....	14
Hoiatused ja ettevaatusabinõud.....	14
Ohutusteave	14
Reaktiivide hoiustamine ja käsitsemine	17
Proovi käsitsemine, säilitamine ja ettevalmistamine	17
Protseduur.....	18
Sisemised kontrollid	18
Protokoll: säilitusaineteta roojaproovid transpordikeskkonnas Cary-Blair.....	19
Tulemuste tõlgendamine	32
Tulemuste kuvamine	32
Tulemuste tõlgendamine	41
Sisemise Kontrolli tõlgendamine	42

Kvaliteedikontroll	43
Piirangud	43
Sooritusnäitajad	45
Kliiniline toimivus	45
Analüütiline sooritusvõime	50
Lisad	72
Lisa A: analüüsi määratluse faili installimine	72
Lisa B: mõisted	75
Lisa C: garantiist lahtiütlemine	77
Viited	78
Tähised	81
Tellimisteave	82
Dokumendi versiooniajalugu	83

Sihtotstarve

Paneel QIAstat-Dx® Gastrointestinal Panel on kvalitatiivne analüüs, mis on ette nähtud seedeelundite nakkuse kahtlustusega patsientide säilitusaineteta, Cary Blair transpordikeskkonnas asuvate roojaproovide analüüsimiseks viiruslike, parasiitide või bakteriaalsete nukleiinhapete esinemise suhtes. Analüüs on ette nähtud kasutamiseks analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0, et ekstraheerida integreeritud nukleiinhappeid ja tuvastada reaalaaja multipleks-RT-PCR-i.

Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel saab tuvastada ja eristada alljärgnevaid haigustekitajaid: *Entamoeba histolytica*, *Cryptosporidium* spp., *Giardia lamblia*, *Cyclospora cayentanensis*, *Vibrio vulnificus*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio cholerae*, *Campylobacter* spp. (*Campylobacter jejuni*, *Campylobacter upsaliensis*, *Campylobacter coli*), *Salmonella* spp., *Clostridium difficile* (*tcdA/tcdB*), *Yersinia enterocolitica*, enterotoksigeenne *E. coli* (ETEC), enteropatogeenne *E. coli* (EPEC), enteroagregatiivne *E. coli* (EAEC), Shiga-taolist toksiini tootev *E. coli* (STEC [enterohemorraagiline *E. coli*]), Shiga-toksiini tootev *E. coli* (STEC) serotüüp O157:H7, enteroinvasiivne *E. coli* (EIEC)/*Shigella*, *Plesiomonas shigelloides*, inimese adenoviirus F40/F41, noroviirus GI, noroviirus GII, rotaviirus A, astrovirus ja sapoviirus GI, GII, GIV ja GV.

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tulemusi tuleb tõlgendada kõigi vastavate kliiniliste ja laboratoorsete leidude kontekstis.

Analüüsi sooritusnäitajad on kehtestatud vaid patsientidele, kellel on ilmnenud seedeelundite häirimise sümptomid.

Paneel QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel on ette nähtud üksnes erialaseks kasutamiseks ning ei ole ette nähtud iseenda analüüsimiseks.

QIAstat-Dx® Gastrointestinal Panel on ette nähtud kasutamiseks *in vitro* diagnostikas.

Ülevaade ja selgitus

Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kirjeldus

Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge on ühekordselt kasutatav plastikust seade, mis on ette nähtud seedeelundites leiduvate haigustekitajate täisautomaatseks molekulaarseks analüüsimiseks. Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge funktsioonide hulka kuuluvad vedelate proovidega töötamise sobivus, analüüsimiseks vajalike eellaaditud reaktiivide hermeetiline säilitamine ja iseseisev töörežiim. Kõik proovi ettevalmistamise ja analüüsimise etapid toimuvad kassetisisesealt.


Kõik analüüsi täielikuks läbiviimiseks vajalikud reaktiivid valmistatakse ette ja säilitatakse kassetis QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge. Kasutaja ei pea kokku puutuma ja/ega käsitlema ühtegi reaktiivi. Analüüsi kestel käsitletakse reaktiive analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analüüsimoodulis pneumaatiliselt juhitud mikrokapillaaridega ja need ei puutu otseselt kokku juhtajamitega. Analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on paigutatud õhufiltrid nii sissetuleva kui ka väljuva õhu tarbeks, et tagada veel suurem keskkonnakaitse. Peale analüüsi lõppu jääb kassett hermeetiliselt suletuks, mis suurendab oluliselt selle ohutu kõrvaldamise võimalusi.

Kassetisisesealt teostatakse järjestikku automaatselt mitu etappi, kasutades pneumorõhku proovide ja vedelike ülekandmiseks läbi ülekandekambri nende määratud asukohta.

Pärast kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge asetamist analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 teostatakse automaatselt järgmised etapid:

- sisemiste kontrollide resuspendeerimine;
- mehaaniliste ja keemiliste vahenditega rakkude lüüsimine;
- membraanipõhine nukleiinhapete puhastamine;
- puhastatud nukleiinhapete segamine lüofiliseeritud põhiseгу reaktiividega;
- määratletud eluaadi/põhiseгу alikvootide ülekandmine erinevatesse reaktsioonikambritesse;
- reaalaaja multiplex-RT-PCR-analüüsi läbiviimine igas reaktsioonikambris.

Märkus. Fluorestsentsi tõus sihtmärk-analüüdi tuvastamisel toimub iga reaktsiooni kambri sees.



Joonis 1. Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge paigutus ja funktsioonid

Märkus. Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsiks ei kasutata tamponiporti.

Teave haigustekitajate kohta

Ägedaid seedeelundite nakkusi põhjustavad mitmed haigustekitajad, k.a parasiidid, bakterid ja viirused, mis tavaliselt ei põhjusta märgatavaid kliinilisi ilminguid ega sümptomeid. Võimalike haigustekitajate olemasolu või puudumise kiire ja täpne määramine aitab langetada kiireid otsuseid seoses raviga, haiglasse sissekirjutamise, nakkuse kontrollimise ja patsiendi tavapärasesse ellu naasmise suhtes. See võib tulla kasuks antimikroobi resistentsuse vältimise parandamisel ja teiste oluliste rahvatervise initsiatiivide toetamisel.

Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge võimaldab määrata ja eristada 24 parasiiti, viiruslikku ja bakteriaalset haigustekitajat, mis põhjustavad seedeelundite häirimise sümptomeid. Analüüsimiseks kulub väike proovimaht, minimaalne käeline tegevus ning analüüsi tulemused selgitatakse ligikaudu ühe tunniga.

Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tuvastatavad haigustekitajad (ja alatüübid) on loetletud tabelis 1 (järgmine lehekülj).

Table 1. Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tuvastatud haigustekitajad


Haigustekitaja	Klassifikatsioon (genoomi tüüp)
<i>Entamoeba histolytica</i>	Parasiit (DNA)
<i>Cryptosporidium</i> spp.	Parasiit (DNA)
<i>Giardia lamblia</i>	Parasiit (DNA)
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Parasiit (DNA)
<i>Vibrio vulnificus</i>	Bakter (DNA)
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Bakter (DNA)
<i>Vibrio cholerae</i>	Bakter (DNA)
<i>Campylobacter</i> spp. (<i>C. jejuni</i> , <i>C. upsaliensis</i> , <i>C. coli</i>)	Bakter (DNA)
<i>Salmonella</i> spp.	Bakter (DNA)
<i>Clostridium difficile</i> (<i>tcdA/tcdB</i>)	Bakter (DNA)
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Bakter (DNA)
Enterogregatiivne <i>E. coli</i> (EAEC)	Bakter (DNA)
Enterotoksigeenne <i>E. coli</i> (ETEC)	Bakter (DNA)
Shiga-taolist toksiini tootev <i>E. coli</i> (STEC)	Bakter (DNA)
Shiga-toksiini tootev <i>E. coli</i> (STEC) serotüüp O157:H7	Bakter (DNA)
Enteropatogeenne <i>E. coli</i> (EPEC)	Bakter (DNA)
Enteroinvasiivne <i>E. coli</i> (EIEC) / <i>Shigella</i>	Bakter (DNA)
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Bakter (DNA)
Inimese Adenoviirus F40/F41	Adenoviirus (DNA)
Noroviirus GI	Kalitsiviirus (RNA)
Noroviirus GII	Kalitsiviirus (RNA)
Rotaviirus A	Reoviirus (RNA)
Astroviirus	Astroviirus (RNA)
Sapoviirus GI, GII, GIV, GV	Kalitsiviirus (RNA)

Protseduuri põhimõtted

Protsessi kirjeldus

Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tehakse diagnostilised analüüsid analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Kõik proovi ettevalmistamise ja analüüsimise etapid teostab automaatselt analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Proovid kogutakse ja laaditakse käsitsi kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge.

Ülekandepipetti kasutatakse vedelproovi sisestamiseks põhiporti (joonis 2).



Joonis 2. Vedelproovi sisestamine põhiporti

Proovi kogumine ja kassetti laadimine

Proovide kogumise ja laadimise kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge peaksid läbi viima töötajad, kes on läbinud bioloogiliste proovide ohutu käsitlemise koolituse.


Kasutaja on seotud järgmiste etappidega, mis tuleb läbi viia.

1. Kogutakse roojaproov.
2. Proov resuspendeeritakse Cary-Blair'i transpordikeskkonnas vastavalt tootja juhistele.

Märkus. Optimaalseim kontsentratsioon on 25–100 mg säilitusaineteta rooja Cary-Blair'i transpordikeskkonna ml kohta. Maksimaalne säilitusaineteta rooja hulk on 250 mg Cary-Blair'i transpordikeskkonna ml kohta.

3. Proovi andmed kirjutatakse käsitsi või kleebitakse sildina kassetile QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge.
4. Vedelproov (Cary-Blair'i transpordikeskkonda resuspendeeritud roe) laaditakse käsitsi kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge.
 - 200 µl proovi kantakse kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge, kasutades ülekandepipetti.

Märkus. Kasutaja peab kontrollima visuaalselt proovikontrollakna kaudu, kas vedelproov on laaditud (joonis 3, järgmine lehekülj).



Joonis 3. Proovi kontrollaken (sinine nool)

5. Proovi võtkood ja kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge võtkood skannitakse analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
6. Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge on sisestatud analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
7. Analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on käivitatud analüüs.

Proovi ettevalmistamine, nukleiinhapete amplifitseerimine ja tuvastamine

Proovis leiduvate nukleiinhapete ekstraheerimise, amplifitseerimise ja tuvastamise viib automaatselt läbi analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

1. Vedelproov homogeniseeritakse ja rakud lüüsitakse kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge lüüsikambris, mis sisaldab kiiretel pööretel töötavat rootorit ja silikaatkuulikesi, mis tagavad rakkude ühtlase jaotamise.
2. Nukleiinhapped puhastatakse lüüsitud proovist sidumisega silikaatmembraanile kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge puhastuskambris kaatroopsete soolade ja alkoholi koosmõjul.
3. Puhastatud nukleiinhapped elueeritakse puhastuskambri membraanilt ja segatakse lüofiliseeritud PCR-i lahustega kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kuivlahuste kambris.
4. Proovi ja PCR-i reaktiivide segu suunatakse kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge PCR-i kambrisse, mis sisaldab lüofiliseeritud analüüsispetsiifilisi primereid ja sonde.
5. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 hoiab optimaalset temperatuurivahemikku tõhusa reaalaaja multipleks-RT-PCR-i läbiviimiseks ja mõõdab reaalaajas fluorestsentsi väärtusi amplifitseerimise kõverate moodustamiseks.
6. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarkvara tõlgendab saadud andmeid ja töötleb kontrolle ning väljastab analüüsi aruande.

Kaasasolevad materjalid

Komplekti sisu

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel	
Katalooginr	691411
Analüüside arv	6
QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge*	6
Transfer pipettes (Ülekandepipetid)†	6

* 6 eraldi pakendatud kassetti, mis sisaldavad kõiki proovi ettevalmistamiseks ja reaalaaja multipleks-RT-PCR-i jaoks vajalikke reaktiive ning sisemisi kontrole.

† 6 eraldi pakendatud ülekandepipetti vedelproovi sisestamiseks kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge.

Vajalikud materjalid, mida kaasas pole

Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge on konstrueeritud kasutamiseks koos analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Enne analüüsimise alustamist, veenduge et teil on:

- analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (vähemalt üks töömoodul ja üks analüüsimoodul) tarkvaraversiooniga 1.2 või uuemaga*
- *Analüsaatori kasutusjuhend QIAstat-Dx Analyzer 1.0* (kasutamiseks tarkvaraversiooniga 1.2 või uuemaga)
- Töömoodulisse installitud QIAstat-Dx'i uusim analüüsi määratluse faili tarkvara paneeli Gastrointestinal Panel jaoks

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kasutamiseks *in vitro* diagnostikas

Paneel QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel on ette nähtud kasutamiseks laborispetsialistidele, keda on õpetatud kasutama analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Ohutusteave

Kemikaalidega töötamise korral kandke alati sobivat laborikitlit, ühekordselt kasutatavaid kindaid ja kaitseprille. Lisateabe saamiseks tutvuge vastavate ohutuskaartidega (SDS). Need on saadaval PDF-vormingus veebiaadressil www.qiagen.com/safety. Seal saate vaadata kõiki QIAGEN®-i komplekti ja selle osade ohutuskaarte ning need välja printida.

* DiagCORE® Analyzeri seadmeid, mis käitavad QIAstat-Dx'i tarkvara versiooni 1.2 või uuemat, saab kasutada alternatiivina analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 seadmetele.

Kasutage alati vastavaid isikukaitsevahendeid, k.a kuid mitte ainult ühekordsed puudrivabad kindad, laborikittel ja kaitseprillid. Kaitske nahka, silmi ja limaskesti. Proove käsitsedes vahetage tihti kindaid.

Käsitlege kõiki proove, kasutatud kassette ja ülekandepipette võimaliku nakkusohu allikatena. Järgige alati erinevates suunistes sätestatud ettevaatusabinõusid, näiteks Kliiniliste ja Laboratoorsete Standardite Instituudi (ingl k *Clinical and Laboratory Standards Institute*[®], CLSI) dokumendis *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections* (Laboritöötajate kaitsmine kutsealaselt saadud nakkuste eest) kinnitatud juhised (M29) või muud vastavad dokumendid, mille on avaldanud järgmised ühendused:

- OSHA[®]: Tööohutuse ja Töötervishoiu Teabeagentuur (ingl k Occupational Safety and Health Administration, United States of America).
- ACGIH[®]: Ameerika Riiklik Tööstushügieenikute Konverents (ingl k American Conference of Government Industrial Hygienists, United States of America).
- COSHH: Tervisele ohtlike ainete kontrolli direktiiv (ingl k Control of Substances Hazardous to Health, United Kingdom).

Järgige oma asutuse poolt kehtestatud bioloogiste proovide käsitlemise juhiseid. Vabaneege proovidest, kassetidest QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge ja ülekandepipettidest kehtestatud eeskirjade kohaselt.

Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge on suletud, ühekordseks kasutamiseks ette nähtud seade, mis sisaldab kõiki proovi ettevalmistamiseks ja reaalaaja multipleks-RT-PCR-i jaoks vajalikke reaktiive analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Ärge kasutage kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge, mis on ületanud aegumiskuupäeva, tundub kahjustatud või millest lekib vedelikku. Vabaneege kasutatud või kahjustatud kassetides vastavalt kõikidele riiklikele ja kohalikele tervise- ja ohutusnõuetele ning seadustele.

Järgige labori standardeid töökeskonna puhtuse hoidmiseks ja saastumise vältimiseks. Juhiseid on kirjeldatud Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuste (ingl k *Centers for Disease Control and Prevention*) ja Riikliku Tervishoiuinstituudi (ingl k *National Institutes of Health*) väljaandes *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories* (Mikrobioloogia ja biomeditsiini laborite bioohutus) (www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm).

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel komponentidele kehtivad järgmised ohu- ja hoiatuslaused.

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge



Sisaldus: etanool, guanidiinhüdrokloriid, guanidiintiotsüanaat, isopropanool, proteinaas K, t-oktüülfenoksüpolüetoksüetanool. Ohtlik! Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Võib olla kahjulik allaneelamise või sissehingamise korral. Võib olla kahjulik nahaga kokkupuutumise korral. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Sissehingamise korral võib põhjustada allergia või astma sümptomeid või hingamisraskusi. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Pikaajalise kahjuliku mõjuga veeorganismidele. Kokkupuute korral hapetega eraldub väga mürgine gaas. Söövitav hingamisteedele. Hoidke eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest ja kuumadest pindadest. Ärge suitsetage. Vältige tolmu, vingu, gaasi, udu, aurude, pihuse sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Kandke hingamiskaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Võtke kohe ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. Viige kannatanu värskesse õhku ja jätke lamama hingamist kergendavasse asendisse.

Reaktiivide hoiustamine ja käsitsemine

Säilitage kassette QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kuivas, puhtas hoiukohas temperatuuril (15–25 °C). Ärge eemaldage kassette QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge või ülekandepipette nende pakenditest enne tegelikku kasutamist. Nende tingimuste korral saab kassette QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge säilitada kuni igal pakendil märgitud aegumiskuupäevani. Aegumiskuupäev sisaldub ka kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge vötkoodis ja analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 loeb seda, kui kassett sisestatakse analüüsi teostamiseks seadmesse.

Proovi käsitsemine, säilitamine ja ettevalmistamine

Roojaproove tuleks koguda ja käsitleda vastavalt Cary-Blair'i transpordikeskkonna tootja soovitatud protseduuridele.

Alljärgnevalt on loetletud soovitatavad säilitamistingimused Cary-Blair'i transpordikeskkonda resuspendeeritud roojale:

- kuni 4 tundi toatemperatuuril 15–25 °C
- kuni 3 päeva külmikus temperatuuril 2–8 °C
- kuni 24 päeva külmutatult temperatuuril -15 kuni -25 °C
- kuni 24 päeva külmutatult temperatuuril -70 kuni -80 °C

Protseduur

Sisemised kontrollid

Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge sisaldab kogu protsessi sisemisi kontrolle, milleks on tiitritud *Schizosaccharomyces pombe*. *Schizosaccharomyces pombe* on pärmseen ja see on lisatud kassetti kuivvormis ning rehüdreeritakse proovide laadimisel. Antud sisemine kontroll on iga analüüsi etapi kontrolliks, k.a proovi homogeniseerimine, viiruslike ja rakustruktuuride lüüsimine (meaaniliste ja keemiliste vahenditega), nukleiinhapete puhastamine, pöördtranskriptsioon ja reaalaaja PCR.

Sisemiste kontrollide positiivne signaal viitab sellele, et kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kõik protsessietapid läbiti edukalt.

Sisemise kontrolli negatiivne signaal ei tühista ühtegi tuvastatud sihtmärgi positiivset tulemust, kuid muudab kõik analüüsi negatiivsed tulemused kehtetuks. Seega tuleks analüüsi korrata, kui sisemise kontrolli signaal on negatiivne.

Protokoll: säilitusaineteta roojaproovid transpordikeskkonnas Cary-Blair

Proovi kogumine, transportimine ja säilitamine

Koguge ja resuspendeerige roojaproov kooskõlas Cary-Blair'i transpordikeskkonna tootja soovituslike juhistega.

Proovi laadimine kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge

1. Avage kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge pakend selle külgedel olevate rebimisribade abil (joonis 4).

NB! Peale pakendi avamist tuleks viia proov kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge ja laadida see 120 minuti jooksul analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.



Joonis 4. Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge avamine


2. Võtke kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge pakendist välja ja asetage see nii, et sildil olev võõtkood on esiküljega teie poole.
3. Kirjutage käsitsi proovi andmed või kleepige proovi andmetega silt kassetile QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge. Veenduge, et silt on korralikult paigas ning ei takista kaane avamist (joonis 5).



Joonis 5. Proovi andmete paigutamine kassetile QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge

4. Avage kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge esiküljel põhipordi proovi kaas (joonis 6).

NB! Ärge pöörake kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge ümber ega raputage seda, kui põhipordi kaas on avatud. Põhiport sisaldab silikaatkuulikesi, mida kasutati proovi jaotamiseks. Silikaatkuulikesed võivad raputamise korral kassetist QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge välja kukkuda, kui kaas on avatud.



Joonis 6. Põhipordi proovi kaane avamine


5. Segage põhjalikult transpordikeskkonnas Cary-Blair olevat rooja, nt raputades 3 korda jõuliselt katsutit (joonis 7).



Joonis 7. Roojaproovi segamine transpordikeskkonnas Cary-Blair


6. Avage analüüsitava proovi katsuti. Kasutage kaasasolevat ülekandepipetti ning täitke see pipetil oleva teise mõõtejooneni (200 µl) (joonis 8).

NB!! Veenduge, et te ei tõmba pipetti õhku. Kui pipetti sattuvad õhumullid, siis laske ettevaatlikult proovivedelik tagasi katsutisse ning tõmmake pipett uuesti täis.



Joonis 8. Proovi tõmbamine komplektis olevasse ülekandepipetti

7. Kandke ettevaatlikult 200 µl proovimahtu kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge põhiporti, kasutades kompleksis olevat ühekordset ülekandepipetti (joonis 9).



Joonis 9. Proovi ülekanmine kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge põhiporti


8. Sulgege tihedalt põhipordi proovi kaas, kuni kostub klõps (joonis 10, järgmine lehekülg).



Joonis 10. Põhipordi kaane sulgemine

9. Kontrollige visuaalselt, kas proov on laaditud, kasutades kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge proovi kontrollakent (joonis 11, järgmine lehekülj). Jälgida tuleks proovi segu ja silikaatkuulikesi.

NB! Kui proov on sisestatud kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge, tuleb kassett 90 minuti jooksul laadida analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.



Joonis 11. Proovi kontrollaken (sinine nool)

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 käivitamine

10. Lülitage analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 SISSE, kasutades seadme esiküljel olevat nuppu On/Off (Sisse/välja).

Märkus. Analüüsimooduli tagaosas olev toitelüliti peab olema asendis „I”. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 signaaltuled muutuvad siniseks.

11. Oodake kuni kuvatakse Põhikuva ja analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 oleku signaaltuled muutuvad roheliseks ja lõpetavad vilkumise.

12. Logige analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0, sisestades kasutajanime ja parooli.

Märkus. Ilmub kuva Login (Sisselogimine), kui on aktiveeritud valik User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll). Kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on inaktiveeritud, siis kasutajanime/parooli ei küsita ja kuvatakse Põhikuva.

13. Kui analüsaatorile QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei ole installitud analüüsi määratluse faili tarkvara, järgige enne analüüsi käivitamist installimise juhiseid (vt lisa A: analüüsi määratluse faili installimine, lisateave lk 72).

Analüüsi teostamine

14. Vajutage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puutekraani ülemises paremas nurgas nuppu Run Test (Käivita analüüs).

15. Kui kuvatakse vastav viip, skannige proovi sisaldaval Cary-Blair'i transpordikeskkonnal olev proovi ID vöotkood või skannige kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge peal oleva proovi andmete vöotkood (vt etapp 3), kasutades analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiküljele integreeritud vöotkoodilugejat (joonis 12, järgmine lehekülj).

Märkus. Samuti vöib proovi ID sisestada käsitsi puutekraani virtuaalklaviatuuriga, valides välja Sample ID (Proovi ID).

Märkus. Olenevalt valitud süsteemi konfiguratsioonist, vöib olla vajalik sisestada patsiendi ID antud ajahetkel.

Märkus. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 antavad juhised kuvatakse puutekraani allosas oleval ribal Juhiste ribal.



Joonis 12. Proovi ID vöötkoodi skannimine

16. Kui kuvatakse vastav viip, skannige kasutatava kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge vöötkood (joonis 13, järgmine lehekülj). Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tuvastab automaatselt teostatava analüüsi, võttes aluseks kasseti vöötkoodi.

Märkus. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei aktsepteeri aegumiskuupäeva ületanud kassette QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge, varem kasutatud kassette ega seadmesse installimata analüüsi jaoks ette nähtud kassette. Antud juhtudel kuvatakse veateade ja kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge lükatakse tagasi. Üksikasju analüüside installimise kohta vt *analüsaatori kasutusjuhendist QIAstat-Dx Analyzer 1.0*.



Joonis 13. Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge vöökoodi skannimine

17. Kuvatakse Confirm (Kinnita). Kontrollige sisestatud andmeid ja tehke kõik vajalikud muudatused, valides puutekraanil vastavad väljad ja muutes andmeid.

18. Kui kõik kuvatud andmed on õiged, vajutage Confirm (Kinnita). Vajaduse korral valige vastav väli selle sisu muutmiseks või vajutage Cancel (Tühista) analüüsi tühistamiseks (joonis 14).



Joonis 14. Sisestatud andmete kinnitamine

19. Veenduge, et tampoonipordi mõlema proovi kaaned ja kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge põhiport on kindlalt suletud. Kui analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 peal olev kasseti sisestusport avaneb automaatselt, sisestage kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge nii, et vöötkood on suunaga vasakule ja reaktsioonikambrid on suunaga alla (joonis 15).

Märkus. Kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge ei pea analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 suruma. Asetage kassett õigesti kasseti sisestusporti ja analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 viib selle automaatselt analüüsimoodulisse.

Märkus. Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsiks ei kasutata tampooniporti.



Joonis 15. Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge sisestamine analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0

20. Pärast kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge tuvastamist sulgeb analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automaatselt kasseti sisestuspordi kaane ja alustatakse analüüsimist. Analüüsi käivitamiseks ei pea kasutaja muid toiminguid tegema.

Märkus. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei tunnista muud kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kui seda, mida kasutati ja skanniti analüüsi seadistamise ajal. Kui skannitud kasseti asemel sisestatakse teine, ilmneb tõrge ja kassett väljutatakse automaatselt seadmest.

Märkus. Kuni selle hetkeni on võimalik analüüs tühistada, vajutades puuteekraani alumises paremas nurgas nuppu Cancel (Tühistamine).

Märkus. Olenevalt süsteemi konfiguratsioonist tuleb kasutajal sisestada analüüsi käivitamiseks uuesti oma kasutaja parool.

Märkus. Kui porti ei asetata kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge, sulgub kasseti sisestuspordi kate automaatselt 30 sekundi pärast. Kui nii juhtub, siis korrake protseduuri alates punktist 18.

21. Analüüsi toimumise ajal kuvatakse puuteekraanil järelejäänud analüüsiaega.


22. Peale analüüsimise lõpetamist ilmub kuva Eject (Väljutamine) (joonis 16, järgmine lehekülg) ning ribal Module Status Bar (Mooduli olekuriba) kuvatakse analüüsi tulemus ühel järgmisel kujul.

- TEST COMPLETED (ANALÜÜS LÕPETATUD) Analüüs lõpetati edukalt
- TEST FAILED (ANALÜÜS NURJUS) Analüüsimise kestel esines tõrge
- TEST CANCELED (ANALÜÜS TÜHISTATUD) Kasutaja tühistas analüüsi

NB! Kui analüüs nurjub, vt võimalikke põhjuseid ja jätkamise juhiseid *analüsaatori kasutusjuhendi QIAstat-Dx Analyzer 1.0* lõigust „Tõrkeotsing“.



Joonis 16. Väljutamise kuva

23. Kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge eemaldamiseks ja selle kui bioloogiliselt ohtliku jäätme kõrvaldamiseks kõikide riiklike ja kohalike tervishoiu- ja ohutuseeskirjade ning õigusaktide kohaselt vajutage puutekraanil  Eject (Väljuta). Kassett QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge tuleks eemaldada, kui kasseti sisestuspordi kate avaneb ja seade väljutab kasseti. Kui kassetti ei ole 30 sekundi jooksul eemaldatud, siis liigub see automaatselt tagasi analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kasseti sisestuspordi kate suletakse. Kui nii juhtub, siis vajutage Eject (Väljuta) kasseti sisestuspordi katte taasavamiseks ja seejärel eemaldage kassett.

NB! Kasutatud kassetid QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge tuleb ära visata. Kassette ei ole võimalik analüüsiks korduskasutada, kui kasutaja käivitas analüüsi, kuid seejärel tühistas selle, või kui tuvastati tõrge.


24. Pärast kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge väljutamist kuvatakse tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte). Lisateavet vt osast „Tulemuste tõlgendamine“, lk 32. Teise analüüsi protsessi alustamiseks vajutage Run Test (Käivita analüüs).

Märkus. Lisateavet analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamise kohta vt *analüsaatori kasutusjuhendist QIAstat-Dx Analyzer 1.0*.

Tulemuste tõlgendamine

Tulemuste kuvamine



QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tõlgendab ja salvestab automaatselt analüüsi tulemused. Pärast kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge väljutamist kuvatakse automaatselt tulemuste kuva Summary (Kokkuvõtte) (joonis 17).



Joonis 17. Tulemuste kuva Summary (Kokkuvõtte) näide, millel on andmeid Test Data (Analüüsiandmed) vasakul paneelil ja kokkuvõtet Test Summary (Analüüsi kokkuvõtte) põhipaneelil

Ekraani põhiosal on kujutatud järgmised loendid ja kasutatakse värvilist märgistust ning tähiseid tulemuste näitamiseks.

- Esimene loend, mille pealkiri on „Detected” (Tuvastatud), sisaldab kõiki proovis tuvastatud haigustekitajaid, millele eelneb märk **+** ja mis on punast värvi.
- Teist loendit, mille pealkiri on „Equivocal” (Ebaseelge), ei kasutata. Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel korral ei rakendata tulemusi „Equivocal” (Ebaseelge). Seepärast on loend „Equivocal” (Ebaseelge) alati tühi.

- Kolmas loend, mille pealkiri on „Tested“ (Analüüsitud), sisaldab kõiki proovis analüüsitud haigustekitajaid. Proovis tuvastatud haigustekitajatele eelneb märk  ja see on punast värvi. Haigustekitajatele, mida küll analüüsiti, kuid ei tuvastatud, eelneb märk  ja need on rohelised. Kehtetuid haigustekitajaid kuvatakse samuti selles loendis.

Märkus. Proovis tuvastatud haigustekitajaid kuvatakse nii loendis „Detected“ (Tuvastatud) kui ka loendis „Tested“ (Analüüsitud).

Juhul, kui analüüsi ei lõpetatud edukalt, järgneb teade „Failed“ (Nurjunud) ning sellele järgneb vastav tõrkekood.

Alljärgnev analüüsitaave kuvatakse ekraani vasakul küljel.


- Sample ID (Proovi ID)
- Patient ID (Patsiendi ID)(kui on saadaval)
- Assay Type (Analüüsi tüüp)
- Sample Type (Proovituüp)

Lisateave analüüsi kohta on saadaval olenevalt kasutaja pääsuõigusest ning seda kuvatakse ekraani alaosas olevate vahekaartide abil (nt amplifitseerimise diagrammid ja analüüsi üksikasjad).

Analüüsi andmete aruande saab eksportida välisele USB mäluseadmele. Sisestage USB mäluseade ühte analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 USB porti ja vajutage ekraani alaosas oleval ribal Save Report (Salvesta aruanne). Seda aruannet saab hiljem igal ajal eksportida, valides loendist View Result List (Kuva tulemuste loend) vastava analüüsi.

Aruannet saab saata ka printerisse, vajutades ekraani alaosas oleval ribal Print Report (Prindi aruanne).

Amplifitseerimise kõverate kuvamine

Tuvastatud haigustekitajate analüüsi amplifitseerimise kõverate kuvamiseks vajutage vahekaarti  Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) (joonis 18).



Joonis 18. Kuva Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) (vahekaart PATHOGENS (Haigustekitajad))

Analüüsitud haigustekitajate ja kontrollide üksikasjalikud andmed on esitatud vasakul ja amplifitseerimise kõverad on kujutatud keskel.

Märkus. Kui analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on sisse lülitatud User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll), on kuva Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) kättesaadav vaid pääsuõigustega kasutajatele.

Vastavate analüüsitud haigustekitajate diagrammide kuvamiseks vajutage vasakul küljel asuval vahekaardil PATHOGENS (Haigustekitajad). Haigustekitajate valimiseks, mida on kujutatud amplifitseerimise diagrammil, vajutage haigustekitaja nimel. On võimalik valida kas üks, mitu või mitte ühtegi haigustekitajat. Igale loendis olevale haigustekitajale määratakse oma värv, mis vastab selle haigustekitajaga seotud amplifitseerimise kõverale. Valimata haigustekitajad kuvatakse hallina.

Vastavad C_T ja lõpp-punkti fluorestsentsi (EP, ingl k *endpoint fluorescence*) väärtused kuvatakse iga haigustekitaja nime all.

Vajutage vasakul paiknevat vahekaarti **CONTROLS** (Kontrollid), et kuvada amplifitseerimise diagrammi kontrollidele. Vajutage kontrolli nime kõrval olevat ringi, et seda valida või see valikust eemaldada (joonis 19).




Joonis 19. Kuva Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) (vahekaart CONTROLS (Kontrollid))

Amplifitseerimise diagrammil kuvatakse valitud haigustekitajate või kontrollide andmekõverad. X-telje logaritmilise ja lineaarse määtkava vahel liikumiseks vajutage diagrammi alumises vasakus nurgas nuppu **Lin** (Lineaarne) või **Log** (Logaritmiline).


X-telje ja Y-telje määtkava saab muuta, kasutades igal teljel olevaid ● siniseid eraldusjooni. Vajutage ja hoidke all sinist eraldusjoont ning seejärel viige see teljel sobivasse asukohta. Vaikväärtuste taastamiseks viige sinine eraldusjoon telje alguspunkti.

Analüüsi detailide kuvamine

Tulemuste üksikasjade kuvamiseks vajutage puutekraani alaosas ribal „Tab Menu“ (Vahekaardi menüü)  **Test Details** (Analüüsi üksikasjad). Kerige alla, et kuvada kogu aruanne.


Ekraani keskel kuvatakse järgmised analüüsi üksikasjad (joonis 20, järgmine lehekülg):


- User ID (Kasutaja ID)
- Cartridge SN (Kasseti seerianumber)
- Cartridge Expiration Date (Kasseti aegumiskuupäev)
- Module SN (Mooduli seerianumber)
- Test Status (completed, failed, canceled by operator) (Analüüsi olek (lõpetatud, nurjunud, kasutaja tühistatud))
- Error Code (tõrkekood) (vajaduse korral)
- Test Start Date and Time (Analüüsi käivitamise kuupäev ja kellaaeg)
- Test Execution Time (Analüüsi kestus)
- Assay Name (Analüüsi nimi)
- Test ID (Analüüsi ID)
- Test Result (Analüüsi tulemus):
 - Positive (Positiivne) (kui tuvastatud on vähemalt üks seedeelundites leiduv haigustekitaja)
 - Negative (Negatiivne) (ei tuvastatud ühtegi seedeelundites leiduvat haigustekitajat)
 - Analüüs nurjus, sest esines tõrge või kasutaja tühistas analüüsi
- Analüüsi analüütide loend, koos C_T ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtustega positiivse tulemuse korral
- Sisemine kontroll koos C_T ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtustega



Joonis 20. Vasakul paneelil Test Data (Analüüsi andmed) ja põhipaneelil Test Details (Analüüsi üksikasjad) kuvatud kuva näide

Eelnevate analüüside tulemuste sirvimine

Tulemustebaasi salvestatud eelnevate analüüside tulemuste kuvamiseks vajutage ribal Peamenüü nuppu  View Results (Kuva tulemused) (joonis 21).




Joonis 21. Kuva View Results (Kuva tulemused) näide

Iga teostatud analüüsi kohta on saadaval järgmine teave (joonis 22).

- Sample ID (Proovi ID)
- Assay (Analüüs) (analüüsi nimi, mis on paneeli Gastrointestinal Panel korral „GI“).
- Operator ID (Kasutaja ID)
- Mod (Moodul) (analüüsimoodul, millel viidi läbi analüüs)
- Date/Time (Kuupäev/Aeg) (kuupäev ja kellaeg, kui analüüs lõpetati)
- Result (Tulemus) (analüüsi tulemused võivad olla positive (positiivne) [pos], negative (negatiivne) [neg], failed (nurjunud) [fail] või successful (edukas) [suc])

Märkus. Kui analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on sisse lülitatud User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll), siis varjatakse andmed, millele kasutajal puudub pääsuõigus, tärnikestega.

Valige üks või mitu analüüsitulemust, vajutades proovi ID-st vasakul olevat halli ringi. Valitud tulemuste kõrvale ilmub linnuke. Eemaldage analüüsi tulemused, vajutades linnukest. Kogu tulemuste loendi valimiseks vajutage ülemisel real linnukesega ringi (joonis 22).







Joonis 22. Kuval View Results (Kuva tulemused) valiku Test Results (Analüüsi tulemused) valimise näide

Vajutage analüüsi rea suvalisel kohal, et kuvada teatud analüüsi tulemusi.

Vajutage tulba pealkirja (nt Sample ID (Proovi ID)), et sorteerida loendit kasvavas või kahanevas järjekorras vastavalt valitud parameetrile. Loendit saab sorteerida vaid ühe tulba kaupa.

Tulp Result (Tulemus) kuvab iga analüüsi tulemusi (tabel 2).

Tabel 2. Analüüsitulemuste kirjeldus

Tulemus	Tulemus	Kirjeldus
Positive (Positiivne)	 pos	Vähemalt üks haigustekitaja on positiivne
Negative (Negatiivne)	 neg	Ei tuvastatud analüüte
Failed (Nurjunud)	 fail	Analüüs nurjus, sest esines tõrge või kasutaja tühistas analüüsi
Successful (Edukas)	 suc	Analüüs on kas positiivne või negatiivne, kuid kasutajal puudub pääsuõigus analüüsi tulemustele.

Veenduge, et printer on ühendatud analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja installitud on õige draiver. Vajutage Print Report (Prindi aruanne) valitud tulemus(t)je aruande/aruannete printimiseks.

Vajutage Save Report (Salvesta aruanne) valitud tulemus(t)je aruande/aruannete PDF-vormingus salvestamiseks välisele USB mäluasendmele.

Valige aruande tüüp: List of Tests (Analüüside loend) või Test Reports (Analüüsi aruanded).

Vajutage Search (Otsi), et otsida analüüsi tulemusi otsingu Sample ID (Proovi ID), Assay (Analüüs) või Operator ID (Kasutaja ID) järgi. Sisestage virtuaalse klaviatuuri abil otsingu string ja vajutage otsingu alustamiseks Enter. Otsingutulemustes kuvatakse üksnes need salvestised, mis sisaldavad otsinguteksti.

Kui otsingu loend on filtreeritud, siis rakendub otsing vaid filtreeritud loendile.

Vajutage ja hoidke all tulba pealkirja sellel parameetril põhineva filtri rakendamiseks. Mõne parameetri jaoks, nagu Sample ID (Proovi ID), ilmub virtuaalne klaviatuur, et saaks sisestada filtri rakendamiseks vajalikku otsingustringi.

Teiste parameetrite jaoks, nagu Assay (Analüüs), avaneb loend, mis sisaldab kõiki hoidlasse salvestatud analüüse. Valige üks või enam analüüsi, et filtreerida neid analüüse, mida tehti valitud analüüsi kestel.

Tulba pealkirjast vasakule jääv  tähis näitab, et tulba filter on aktiveeritud.

Filtri saab eemaldada, vajutades ribal Alammenüü nuppu Remove Filter (Eemalda filter).

Tulemuste eksportimine USB draivile

Valige kuva View Results (Kuva tulemused) mis tahes vahekaardilt Save Report (Salvesta aruanne), et eksportida ja salvestada PDF-vormingus analüüsitulemuste koopia USB draivile. USB port asub analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiküljel.

Tulemuste printimine

Veenduge, et printer on ühendatud analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja installitud on õige draiver. Analüüsitulemuste saatmiseks printerisse vajutage Print Report (Printi aruanne).

Tulemuste tõlgendamine

Seedeelundkonna tulemus tõlgendatakse „Positiivseks”, kui vastav PCR-analüüs on positiivne, v.a EPEC, STEC ja STEC O157:H7 korral. Tulemuse tõlgendamisel EPEC, STEC ja STEC O157:H7 korral järgitakse allpool tabelis 3 selgitatud loogikat.

Tabel 3. EPEC, STEC ja STEC O157:H7 tulemuste tõlgendamine

EPEC tulemused	STEC <i>stx1/stx2</i> tulemused	STEC O157:H7 tulemused	Kirjeldus
Negative (Negatiivne)	Negative (Negatiivne)	Invalid (Kehtetu)	Enteropatogeenne <i>E. coli</i> (EPEC), tuvastamata ja Shiga-taolist toksiini tootev <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> , tuvastamata. <i>E. coli</i> O157:H7 serotüübi tulemust ei saa rakendada, kui STEC ei ole tuvastatud.
Positive (Positiivne)	Negative (Negatiivne)	Invalid (Kehtetu)	Enteropatogeenne <i>E. coli</i> (EPEC), tuvastatud, ja Shiga-taolist toksiini tootev <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> , tuvastamata. <i>E. coli</i> O157:H7 serotüübi tulemust ei saa rakendada, kui STEC ei ole tuvastatud.
Invalid (Kehtetu)	Positive (Positiivne)	Negative (Negatiivne)	EPEC tulemust ei saa rakendada (EPEC tuvastamist ei saa eristada, kui STEC-i ei ole tuvastatud). Shiga-taolist toksiini tootev <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> , tuvastatud. STEC O157:H7 serotüüpi ei tuvastatud.
Invalid (Kehtetu)	Positive (Positiivne)	Positive (Positiivne)	EPEC tulemust ei saa rakendada (tuvastamist ei saa eristada, kui STEC-i ei ole tuvastatud). Shiga-taolist toksiini tootev <i>E. coli</i> (STEC) <i>stx1/stx2</i> , tuvastatud. STEC O157:H7 serotüüp tuvastatud.

Sisemise Kontrolli tõlgendamine

Sisemise kontrolli tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt tabelile 4.

Tabel 4. Sisemise kontrolli tulemuste tõlgendamine

Kontroli tulemus	Selgitus	Toiming
Passed (Läbitud)	Sisemine kontroll amplifitseeriti edukalt	Analüüs lõpetati edukalt. Kõik tulemused on kontrollitud ja need saab kanda aruandesse. Tuvastatud haigustekitajad on „positive“ (positiivse) tulemusega ja tuvastamata haigustekitajad on „negative“ (negatiivse) tulemusega.
Failed (Nurjunud)	Sisemine kontroll nurjus	Positiivselt tuvastatud haigustekitaja(d) kantakse aruandesse, kuid kõik negatiivsed tulemused (analüüsitud, kuid tuvastamata haigustekitajad) on kehtetud. Korrake analüüsi, kasutades uut kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge.

Kvaliteedikontroll

QIAGEN-i ISO sertifikaadiga kvaliteedihalduse süsteemi kohaselt on iga komplekti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel partiid testitud eelnevalt määratud nõuete kohaselt, et tagada toote ühtlane kvaliteet.

Piirangud

- Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tulemused ei ole ette nähtud kasutamiseks ainukese lähtekohana diagnoosi, ravi või muu patsiendi seisundiga seotud otsuse vastuvõtmisel.
- Positiivsed tulemused ei välista kaasnevat nakkust organismidega, mida ei ole lisatud paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel. Kindlaksmääratud aine ei pruugi olla haiguse põhjustajaks.
- Negatiivsed tulemused ei välista seedetrakti nakkust. Kõnealuse analüüsiga ei saa tuvastada kõiki ägedad seedeelundite nakkust põhjustavaid aineid ja mõnedes kliinilistes tingimustes võib analüüsi tundlikkus erineda sellest, mida on kirjeldatud pakendi teabelehel.
- Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel saadud negatiivne tulemus ei välista sündroomi nakkusohtlikku olemust. Negatiivsed analüüsitulemused võivad olla põhjustatud mitmest faktorist ja nende kombinatsioonist, k.a proovi käsitsemise viga, analüüsi sihtmärk-nukleiinhapete järjestuse erinevus, analüüsis mitte kaasatud organismidega nakatumine, allapoole avastamispiiri jäävad analüüsi kaasatud organismide tasemed ja teatud ravimite kasutamine, ravid või ained.
- QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel ei ole ette nähtud muude proovide analüüsimiseks kui kõnealustes kasutusjuhistes kirjeldatud proovid. Analüüsi sooritusnäitajad on kindlaks määratud üksnes Cary-Blair'i transpordikeskkonda resuspendeeritud roojaproovidega, mis on saadud patsientidelt, kelle on ägedad seedeelundite häirete sümptomid.
- QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel on ette nähtud kasutamiseks kooskõlas organismi taastamise hoolduskultuuriga, serotüüpimise ja/või vajaduse korral antimikroobse tundlikkuse analüüsimiseks.

- Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tulemusi peab tõlgendama tervishoiu spetsialist kõigi vastavate kliiniliste, laboratoorsete ja epidemioloogiliste leidude kontekstis.
- Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel saab kasutada üksnes koos analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0.*
- QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel on kvalitatiivne analüüs ja ei paku tuvastatud organismide kvantitatiivset tulemust.
- Parasiitide, viiruslikud ja bakteriaalsed nukleiinhapped võivad püsida *in vivo* isegi siis, kui organism ise pole elujõuline või nakkusohtlik. Vastava organismi sihtmärkmargeri kindlaksmääramine ei pruugi olla nakkuse või kliiniliste sümptomite põhjustajaks.
- Viirusliku, parasiitide või bakteriaalsete nukleiinhapete tuvastamine sõltub korralikust proovi kogumisest, käsitsemisest, transpordist ja kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge laadimisest. Kõikide eespool nimetatud tegevuste mitteamajakohane läbiviimine võib viia ebatäpsete tulemusteni, k.a valepositiivne või valenegatiivne tulemus.
- Analüüsi tundlikkus ja spetsiifilisus, iga organismi kohta ja kõigi organismide koosmõju kohta, on iga analüüsi sisemine tulemuslikkuse parameeter ja see ei varieeru olenevalt esinemissagedusest. Seevastu nii negatiivsed kui ka positiivsed eeldatavad analüüsi tulemused sõltuvad haiguse/organismi esinemissagedusest. Pange tähele, et suurema esinemissageduse korral on tõenäolisem analüüsi eeldatav positiivne tulemus ning väiksema esinemissageduse korral on tõenäolisem analüüsi eeldatav negatiivne tulemus.

* Alternatiivina analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 seadmetele võib kasutada analüsaatori DiagCORE Analyzer seadmeid, mis käitavad QIAstat-Dx'i 1.0 tarkvaraversiooni 1.2 või uuemat.

Sooritusnäitajad

Kliiniline toimivus

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsi sooritusvõime määramiseks CE märgistuse jaoks viidi läbi kliiniline uuring.

Uuring oli välja töötatud retrospektiivse vaatlusuuringuna, kasutades järelejäänud kliinilisi proove, mis on saadud ägeda seedeelundite nakkuse tunnuste ja sümptomitega patsientidelt. Osalevatel asutustel paluti analüüsida külmutatud, retrospektiivseid proove vastavalt protokollile ja asutusepõhiste juhiste.

Sobivad proovid olid säilitusaineteta roe või Cary-Blair'i keskkonnas roe, mis oli saadud patsientidelt, kellel kahtlustati seedeelundite nakkusi ning kellel esinesid tavaliste tunnuste ja sümptomitena kliinilised seedeelundite häirimise sümptomid, näiteks kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu ja/või palavik.

Antud uuringus osalesid üks (1) haiglalabor ja tootja.

Osaleva haigla labor ja tootja analüüsisid kokku 361, vastavalt 235 ja 126 proovi. Suurem osa uuringusse kaasatud negatiivsetest proovidest analüüsiti tootja asutuses (88 proovi). Proove analüüsiti eelnevalt erinevate molekulaarsete meetoditega, sealhulgas paneeli BD MAX® Enteric Parasite Panel (kõik parasiidid) Allplex® Gastrointestinal Panel analüüs (paneelid 1–3) ja FilmArray® Gastrointestinal Panel assay. Vastuoluliste tulemuste korral analüüsiti proove uuesti ühega eespool nimetatud meetoditest, peamiselt paneeli FilmArray Gastrointestinal Panel analüüsiga, ja rakendati 2 kolmest reeglist: 2 meetodiga saadud tulemus aktsepteeriti kui tõene tulemus. Enne analüüsimist säilitati proove roojana temperatuuril -80 °C Cary-Blair'i keskkonnas.

Kõigi analüüsimeetodite rakendamisel järgiti vastavaid tootja juhiseid.

Kaasatud 361 proovist jäeti uuringust välja 5, mistõttu kokkuvõttes analüüsiti 356 proovi. Need 356 proovi 546-st andsid hinnatava tulemuse. Nendest tulemustest tuvastas paneel QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel õigesti 425 haigustekitajat (tõesed positiivsed tulemused) ning 91 tulemust olid tõeselt negatiivsed. Paneelil QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel ei õnnestunud tuvastada 9 haigustekitajat (valenegatiivsed) ning see tuvastas 21 haigustekitajat, mida ei leitud ühegi võrdlusmeetodiga (valepositiivsed). Tähelepanuväärne on, et 2 valepositiivset tulemust määrati proovidest, mis olid muude võrdlusmeetoditega võrreldes täiesti negatiivsed.

Kliinilise tundlikkuse või positiivse vastavuse kokkuvõtte (ingl k *Positive Percent Agreement*, PPA) arvutuse tulemus oli $100\% \times (TP/[TP + FN])$. Tõene positiivne (ingl k *true positive*, TP) näitab, et nii paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel kui ka võrdlusmeetodi(te) tulemused olid organismi jaoks positiivsed, ning valenegatiivne (ingl k *false negative*, FN) näitab, et paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tulemus oli negatiivne, samal ajal kui võrdluseraldusmeetodite tulemused olid positiivsed. Tundlikkuse või negatiivse vastavuse kokkuvõtte (ingl k *Negative Percent Agreement*, NPA) arvutuse tulemus oli $100\% \times (TN/[TN + FP])$. Tõene negatiivne (ingl k *true negative*, TN) näitab, et nii paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel kui ka võrdlusmeetodite tulemused olid negatiivsed, ning valepositiivne (ingl k *false positive*, FP) näitab, et paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel tulemus oli positiivne, kuid võrdlusmeetodite tulemused olid negatiivsed. Üksikute haigustekitajate kliinilise tundlikkuse arvutamiseks kasutati kõikide saadaolevate tulemuste summat, millest lahutatakse seotud tõesed ja valepositiivsed organismi tulemused. Iga punkti hindamiseks arvutati täpne binoomne kahepoolne 95% konfidentsiaalsusintervall.

Analüüsi uuringu kliinilised sooritusnäitajad ja selle üksikud haigustekitajad on esitatud tabelis 5 (järgmine lehekülj).

Tabel 5. Kliiniline tundlikkus (PPA) ja spetsiifilisus (NPA) ning 95% konfidentsiaalsusintervallid paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel üldise analüüsi ja üksikute paneeli organismide kohta

	TP/(TP+FN)	Tundlikkus/PPA	95% CI	TN/(TN+FP)	Spetsiifilisus/NPA	95% CI
Keskmine	425/434	97,9%	96,1%– 98,9%	91/93	97,8%	92,5%– 99,4%
Viirused						
Adenoviirus	24/24	100%	86,2%– 100%	332/333	99,7%	98,3%– 99,9%
Astroviiirus	8/8	100%	67,6%– 100%	348/348	100%	98,9%– 100%
Noroviirus GI	5/5	100%	56,6%– 99,5%	349/351	99,4%	97,9%– 99,8%
Noroviirus GII	29/30	96,7%	83,3%– 99,4%	323/327	98,8%	99,9%– 99,5%
Rotaviirus	29/30	96,7%	83,3%– 99,4%	327/327	100%	98,8%– 100%
Sapoviirus	11/11	100%	74,1%– 100%	345/345	100%	98,9%– 100%
Diarrheageenne <i>E. coli</i>						
<i>E. coli</i> O157:H7	2/2	100%	34,2%– 100%	354/354	100%	98,9%– 100%
Enterogregatiivne <i>E. coli</i>	26/27	96,3%	81,7%– 99,3%	328/330	99,4%	97,8%– 99,8%
Enteroinvasiivne <i>E. coli/Shigella</i>	24/25	96,0%	80,5%– 99,3%	331/332	99,7%	98,3%– 99,9%
Enteropatoogeenne <i>E. coli</i>	54/54	100%	93,4%– 100%	300/302	99,3%	97,6%– 99,8%
Enterotoksigeenne <i>E. coli</i>	18/20	90,0%	69,9%– 97,2%	337/338	99,7%	98,3%– 99,9%
Enterohemorraagiline <i>E. coli</i> (STEC)	23/23	100%	85,7%– 100%	333/333	100%	98,9%– 100%

(Tabeli 5 järg)

	TP/(TP+FN)	Tundlikkus/PPA	95% CI	TN/(TN+FP)	Spetsiifilisus/NPA	95% CI
Bakterid						
<i>Clostridium difficile</i>	39/39	100%	91,0%–100%	315/317	99,4%	97,7%–99,8%
<i>Campylobacter</i> spp.	45/47	95,7%	85,8%–98,8%	307/311	98,7%	96,7%–99,5%
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	1/1	100%	20,7%–100%	355/355	100%	98,9%–100%
<i>Salmonella</i> spp.	7/7	100%	64,6%–100%	349/349	100%	98,9%–100%
<i>Vibrio cholera</i>	2/2	100%	34,2%–100%	354/354	100%	98,9%–100%
<i>Yersinia enterocolitica</i>	7/7	100%	64,6%–100%	349/349	100%	98,9%–100%
Parasiidid						
<i>Cryptosporidium</i>	16/16	100%	80,6%–100%	339/340	99,7%	98,4%–99,9%
<i>Cyclospora cayatanensis</i>	0	–	–	355/356	99,7%	98,4%–99,9%
<i>Entamoeba histolytica</i>	18/18	100%	82,4%–100%	338/338	100%	98,9%–100%
<i>Giardia lamblia</i>	37/38	97,4%	86,5%–99,5%	319/319	100%	98,8%–100%

Esimesel analüüsimisel nurjus 8 proovi. Seitsme (7) proovi analüüs lõpetati edukalt taasaanalüüsimisel. Üht proovi tuli taasaanalüüsida kaks korda. Esimese analüüsi edukusmäär oli 97,7% (343/351), taasaanalüüsimise järgselt oli analüüsimise edukusmäär 99,7%.

Kokkuvõte

Paneel QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel näitas kõrge kvaliteediga kliinilisi sooritusnäitajaid. Üldine analüüsi tundlikkus ja spetsiifilisus olid vastavalt 97,9% (95% CI 96,1%–98,9%) ja 97,8% (95% CI 92,5%–99,4%).

Analüüs õnnestus hästi iga üksiku haigustekitaja ja organismi kategoorias, k.a parasiidid, mida tihtilugu ei suudeta kliinilises laboris määrata nende diagnoosimise keerukuse ja oskusuüete tõttu.

Analüütiline sooritusvõime

Tundlikkus (Avastamiskiir)

Analüütiline tundlikkus või avastamiskiir (ingl k *Limit of Detection*, LoD) on kõige madalam kontsentratsioon, mille korral $\geq 95\%$ analüüsitud proovidest annab positiivse vastuse.

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel LoD määrati iga analüüdi kohta, kasutades üksikute haigustekitajate valitud tüvesid, mida saab tuvastada paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel. Simuleeritud roojaproovi maatriksisse (transpordikeskkonda Copan® Cary-Blair resuspendeeritud negatiivne proov) viidi üks või enam haigustekitajat ja seda analüüsiti 20 replikaadina.

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel iga sihtmärgi individuaalsed LoD-väärtused on esitatud tabelis 6 (järgmine lehekülj).

Tabel 6. Seedeelundite erinevate sihtmärk-tüvede LoD-väärtused analüüsimise korral paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel

Haigustekitaja	Tüvi	Allikas	Kontsentratsioon	Määramise kiirus
Noroviirus GI	–	Kliiniline proov	1.0E–03*	20/20
Noroviirus GII	–	Kliiniline proov	1.0E–05*	19/20
Rotaviirus	WA (TC-adapteeritud)	ATCC® VR-2018	44,24 TCID ₅₀ /ml	19/20
	WA	ZeptoMetrix® NATGIP-BIO	1.0E–05*	19/20
Astrovirus	–	Kliiniline proov	1.0E–04*	19/20
Cryptosporidium parvum	Iowa isolaat	Waterborne® P102C	0,06 ootsüüti/ml	19/20
Entamoeba histolytica	HM-1: IMSS (Mexico City 1967)	ATCC 30459	0,008 rakku/ml	20/20
Giardia lamblia	WB (Bethesda)	ATCC 30957	0,03 rakku/ml	20/20
Cyclospora cayetanensis	–	gDNA† ATCC PRA-3000SD	3 genoomi koopiat/µl	20/20
Vibrio parahaemolyticus	EB 101	ATCC 17802	> 0,0003 CFU/ml	19/20
	Toksinotüüp XXII A+B+	ATCC BAA-1814	> 0,005 CFU/ml	19/20
	NAP1	ZeptoMetrix NATGIP-BIO	1.0E–04*	19/20
Clostridium difficile	Toksinotüüp O A+B+, 90556-M6S	ATCC 9689	> 0,003 CFU/ml	20/20
	329 [CDC B3547]	ATCC 33817	> 0,001 CFU/ml	20/20
Vibrio vulnificus	stx–, stx2–, eae+	ATCC 33780	> 0,01 CFU/ml	20/20
	–	ZeptoMetrix NATGIP-BIO	1.0E-02*	20/20
EPEC	–	ATCC 33559	0.004 CFU/ml	19/20
Campylobacter coli	NCTC 11366	ZeptoMetrix'i kohandatud toode	1.0E–04*	19/20

(Tabeli 6 järg)

Haigustekitaja	Tüvi	Allikas	Kontsentratsioon	Määramise kiirus
<i>Campylobacter jejuni</i>	–	ATCC BAA-1234	> 0,003 CFU/ml	19/20
	–	ATCC 49349	> 0,001 CFU/ml	19/20
<i>Campylobacter upsaliensis</i>	NCTC 11541 (C231)	ATCC 43954	> 0,001 CFU/ml	20/20
	Sandstedt ja Ursing	ATCC BAA-1059	> 0,008 CFU/ml	20/20
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Tüvi NTCC 11175 alatüüp <i>Enterocolitica</i> (Schleifstein ja Coleman)	ATCC 700822	> 0,001 CFU/ml	20/20
	Tüvi 33114	ATCC 9610	> 0,5 CFU/ml	20/20
ETEC	ETEC H10407 serotüüp O78:H11	ATCC 35401	> 0,001 CFU/ml	20/20
	<i>E. coli</i> O115:H5 <i>stx+</i>	SSI 82174	3.2E-08*	20/20
EIEC	EIEC Fr 1368 (<i>ipaH</i>)	SSI 82171	7.9E-09*	20/20
	EIEC O29:NM (Migula) Castellani	ATCC 43892	> 0,0001 CFU/ml	20/20
<i>Shigella sonnei</i>	WRAIR I virulentne	ATCC 29930	> 0,001 CFU/ml	19/20
	Z004	ZeptoMetrix NATGIP-BIO	1.0E-03*	19/20
STEC	O22 <i>stx1–stx2</i>	SSI 91350	5.0E-08*	20/20
	O26:H11	Microbiologics® 01100	840 CFU/ml	19/20
EAEC	O111a, 111b: K58:H21; CDC3250-76	ATCC 29552	> 0,001 CFU/ml	19/20
	EAEC	ZeptoMetrix NATGIP-BIO	3.2E-04*	19/20
<i>Salmonella enterica</i>	Serovar Enteritidis	ATCC BAA-1045	> 0,002 CFU/ml	19/20
	Serovar Enteritidis, CDC K-1891	ATCC 13076	0.4 CFU/ml	20/20
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Bader	ATCC 14029	> 0,005 CFU/ml	19/20
	Z130	ZeptoMetrix NATGIP-BIO	3.2E-03*	20/20

(Tabeli 6 järg)

Haigustekitaja	Tüvi	Allikas	Kontsentratsioon	Määramise kiirus
Sapoviirus GI.1	–	Kliiniline proov	3.2E-05*	19/20
<i>Vibrio cholerae</i>	Pacini 1854 serotüüp O1	CECT 514 (ATCC 14035)	1.0E-07*	20/20
	O157:H7	SSI 82169	7,9E-08*	20/20
STEC O157:H7	O157:H7	Microbiologics 0617	940 CFU/ml	20/20
Adenoviirus F 40/41	Tak (73-3544)	ATCC VR-930	1,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Dugan	ATCC VR-931	0,002 TCID ₅₀ /ml	19/20

* Lähtelahusega suhteline lahjendus.

† Kvantitatiivne sünteetiline *Cyclospora cayetanensis* DNA

Analüüsi usaldusväarsus

Analüüsi sooritusvõime usaldusväarsust määrati sisemiste kontrollide analüüsimisel kliinilistes roojaproovides. Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsiti kolmekümnet (30) üksikut säilitusaineteta Cary-Blair'i transpordikeskkonnas roojaproovi, mis olid kõigi võimalike haigustekitajate suhtes negatiivsed.

Kõik analüüsitud proovid näitasid positiivset tulemust ja paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel sisemiste kontrollide sooritusvõime hinnati kehtivaks.

Eraldusvõime (Analüütiline spetsiifilisus)

Eraldusvõime uuring viidi läbi *in silico* ja *in vitro* analüüsides, et hinnata paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüütilist spetsiifilisust paneelist väljajäävate seedeelundite ja mitte-seedeelundite suhtes. Nende organismide hulka kuulusid seedeelundite paneeli organismidest eristatavad, kuid nendega seotud isendid või isendid, mis võivad olla testpopulatsiooni proovides.

Valitud organismid on kliiniliselt relevantset (koloniseerivad seedetrakti või põhjustavad seedeelundite häirimise sümptomeid), on osa normaalsest naha mikrofloorast või laboris leiduvad nakkuslikud organismid või on populatsiooni enamust nakatavad mikroorganismid.

Proovid valmistati ette, sisestades simuleeritud roojaproovi maatriksisse ristreaktiivseid organisme kõige suurema võimaliku kontsentratsiooniga olenevalt lähtelahusest, 10^6 CFU/ml bakteriaalsete sihtmärkide korral, 10^6 raku/ml parasiitidest sihtmärkide korral ja 10^5 TCID₅₀/ml viiruslike sihtmärkide korral.

Tabelis 7 esitatakse kõnealuses uuringus analüüsitud haigustekitajate loend.

Tabel 7. Analüüsitud haigustekitajate analüütilise spetsiifilisuse loend

Tüüp	Haigustekitaja
Bakterid	<i>Abiotrophia defectiva</i>
	<i>Acinetobacter baumannii</i>
	<i>Aeromonas hydrophila</i>
	<i>Arcobacter cryaerophilus</i>
	<i>Bifidobacterium bifidum</i>
	<i>Campylobacter fetus</i>
	<i>Campylobacter gracilis</i>
	<i>Campylobacter helveticus</i>
	<i>Campylobacter hominis</i>
	<i>Campylobacter lari</i>
	<i>Campylobacter mucosalis</i>
	<i>Campylobacter rectus</i>
	<i>Chlamydia trachomatis</i>
	<i>Clostridium difficile non-toxigenic</i>
	<i>Clostridium histolyticum</i>
	<i>Clostridium perfringens</i>
	<i>Clostridium septicum</i>
	<i>Clostridium tetani</i>
	<i>Corynebacterium genitalium</i>
<i>Enterobacter aerogenes</i>	
<i>Enterobacter cloacae</i>	
<i>Enterococcus faecalis</i>	

(Tabeli 7 järg)

Tüüp	Haigustekitaja
Bakterid (järg)	<i>Enterococcus faecium</i>
	<i>Escherichia fergusonii</i>
	<i>Escherichia hermannii</i>
	<i>Escherichia vulneris</i>
	<i>Faecalibacterium prausnitzii</i>
	<i>Gardnerella vaginalis</i>
	<i>Haemophilus influenzae</i>
	<i>Helicobacter pylori</i>
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
	<i>Listeria monocytogenes</i>
	<i>Proteus mirabilis</i>
	<i>Proteus vulgaris</i>
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	<i>Staphylococcus aureus</i>
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
<i>Streptococcus agalactiae</i>	
<i>Streptococcus pyogenes</i>	
Parasiidid	<i>Babesia microti</i>
	<i>Blastocystis hominis</i>
	<i>Giardia muris</i>
	<i>Toxoplasma gondii</i>
	<i>Trichomonas tenax</i>
Viirused	Adenoviirus B3
	Adenoviirus C:2
	Adenoviirus E:4a
	Bokaviirus Tüüp 1
	Koroonaviirus 229E
	Coxsackie viirus B3
	Tsütomegaloviirus
	Enteroviirus 6 (Ehhoviirus)
	Enteroviirus 68
	Herpes Simplex Tüüp 2
Rinoviirus 1A	

Ristreaktiivsust täheldati *Campylobacter spp.* (*C. coli*, *C. jejuni* ja *C. upsaliensis*) korral bakterite *Campylobacter rectus* ja *Campylobacter helveticus* suhtes.

Muud analüüsitud haigustekitajad andsid negatiivse tulemuse ja paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsitud organismide vahel ei täheldatud ristreaktiivsust.

Kõigile paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel lisatud praimeritele/sondidele tehti *in silico* analüüs (9). Shiga-taolisi toksiine (5, 15–17) kandva tüve *Citrobacter freundii* järjestusanalüüsiga prognoositi teatud määral ristreaktiivsust STEC *stx2*-ga.

Kaasatavus (Analüütiline reaktiivsus)

Viidi läbi kaasatavuse uuring, et analüüsida erinevate tüvede tuvastamist, mis esindavad seedeelundite paneeli iga sihtmärk-organismi geneetilist mitmekesisust („kaasatavad tüved“). Kõigi analüütide kaasatavad tüved, mis esindavad erinevate organismide liike/tüüpe, kaasati uuringusse. Tabelis 8 esitatakse kõnealuses uuringus analüüsitud seedeelundite haigustekitajate loend.

Tabel 8. Analüüsitud haigustekitajate analüütilise reaktiivsuse loend

Haigustekitaja	Tüvi/serotüüp	Allikas
Noroviirus GI	GI.4	Kliiniline proov
	GI.3	Kliiniline proov
Noroviirus GII	GII.17	Kliiniline proov
Rotaviirus	WA (TC-adapteeritud)	ATCC VR-2018
	WA	ZeptoMetrix NATGIP-BIO
	WA, MA-104	ZeptoMetrix 0810041CFHI
Astroviirus	HAsV-1	Kliiniline proov
	HAsV-4	Kliiniline proov
Cryptosporidium parvum	Iowa isolaat	Waterborne P102C

(Tabeli 8 järg)

Haigustekitaja	Tüvi/serotüüp	Allikas
<i>Entamoeba histolytica</i>	HM-1: IMSS (Mexico City 1967)	ATCC 30459
	Amööbse kõhulahtisusega täiskasvanud mehe kooloni biopsia, Korea, (?)HK-9	ATCC 30015
<i>Giardia lamblia</i>	WB (Bethesda)	ATCC 30957
	H3 isolaat	Waterborne Inc. P101
	Portland -1	ATCC 30888
<i>Cyclospora cayentanensis</i>	–	gDNA* ATCC PRA-3000SD
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	EB 101	ATCC 17802
	VP250	ATCC BAA-242
	205 [9302]	ATCC 33846
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp XXII A+B+	ATCC BAA-1814
	NAP1	ZeptoMetrix NATGIP-BIO
	Toksinotüüp 0 A+B+, 90556-M6S	ATCC 9689
	–	ATCC BAA-1812
	Hall ja O'Toole Prevot	ATCC BAA-1805
	Tüvi 1470, Serogrupp F	ATCC 43598
<i>Vibrio vulnificus</i>	Hall ja O'Toole Prevot, Tüvi 5325	ATCC BAA-1875
	329 [CDC B3547]	ATCC 33817
EPEC	Biogrupp 1 324 [CDC B9629]	ATCC 27562
	<i>stx</i> – <i>stx2</i> – <i>eae</i> +	ATCC 33780
<i>Campylobacter coli</i>	–	ZeptoMetrix NATGIP-BIO
	–	ATCC 33559
	NCTC 11366	ZeptoMetrix'i kohandatud toode
	76-GA2 [LMG 21266]	ATCC 43478

(Tabeli 8 järg)

Haigustekitaja	Tüvi/serotüüp	Allikas
<i>Campylobacter jejuni</i>	–	ATCC BAA-1234
	–	ATCC 49349
	D3180	ATCC BAA-218
	AS-83-79	ATCC 33291
	NCTC 11951	ATCC 49349
<i>Campylobacter upsaliensis</i>	NCTC 11541 (C231)	ATCC 43954
	Sandstedt ja Ursing	ATCC BAA-1059
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Tüvi NTCC 11175 alatüüp <i>Enterocolitica</i> (Schleifstein ja Coleman)	ATCC 700822
	Tüvi 33114	ATCC 9610
	Serotüüp O:9	ATCC 55075
EPEC	EPEC H10407. Serotüüp O78:H11	ATCC 35401
	<i>E. coli</i> O115:H5 <i>sth+</i>	SSI 82174
	<i>E. coli</i> O27:H7 <i>sta+</i>	SSI 82173
	It+	SSI 82172
EIEC	EIEC Fr 1368 (ipaH)	SSI 82171
	EIEC: O29: NM (Migula) Castellani	ATCC 43892
<i>Shigella boydii</i>	(Serogrupp C), tüüp 1, Tüvi AMC 43-G-58 [M44 (Tüüp 170)]	ATCC 9207
<i>Shigella flexneri</i>	AMC 43-G-68 [EVL 82, M134]	ATCC 9199
<i>Shigella sonnei</i>	WRAIR I virulentne	ATCC 29930
	Z004	ZeptoMetrix NATGIP-BIO
	NCDC 1120-66 [CIP 104223]	ATCC 25931
STEC O157:H7	O157:H7	SSI 82169
	O157:H7	Microbiologics 0617

(Tabeli 8 järg)

Haigustekitaja	Tüvi/serotüüp	Allikas
STEC	O22 (<i>stx1-stx2</i>)	SSI 91350
	O26:H11	Microbiologics 01100
	O26:H11 (<i>stx2-eae</i>)	SSI 95211
	D3509 (<i>stx2g</i>)	SSI 91356
	O92, O107 (<i>stx2a-e</i>)	SSI 91352
	O8 (<i>stx2 a-e</i>)	SSI 91349
	O101 (<i>stx2ae</i>)	SSI 91354
	O128ac (<i>stx2f</i>)	SSI 91355
	D 3404 (<i>stx1, eae</i>)	SSI 82170
EAEC	O45:H2	Microbiologics 1098
	O111a, 111b: K58:H21; CDC3250-76	ATCC 29552
<i>Salmonella enterica</i>	EAEC	ZeptoMetrix NATGIP-BIO
	Serovar Enteritidis	ATCC BAA-1045
	Serovar Enteritidis, CDC K-1891	ATCC 13076
	Serovar Typhimurium, Tüvi CDC 6516-60	ATCC 14028
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Serovar Choleraesuis, Tüvi NCTC 5735 [1348, K.34]	ATCC 13312
	Bader	ATCC 14029
	Z130	ZeptoMetrix NATGIP-BIO
Sapoviirus GI.1	Tüvi GNI 14	ATCC 51903
	GI.1	Kliiniline proov
	GI.3	Kliiniline proov
<i>Vibrio cholerae</i>	GV	Kliiniline proov
	Pacini 1854. serotüüp O1	CECT 514 (ATCC 14035)
Adenoviirus F 40/41	Tak (73-3544)	ATCC VR-930
	Dugan	ATCC VR-931

* Kvantitatiivne sünteetiline *Cyclospora cayetanensis* DNA

Kõik analüüsid haigustekitajad andsid positiivse tulemuse analüüsid kontsentratsiooni juures.

Kaasnevad nakkused

Viidi läbi kaasnevate nakkuste uuring, et kontrollida, kas ühes roojaproovis leiduva mitme paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüdi korral saab neid tuvastada paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel.

Ühte proovi lisati mitme erineva organismi madal ja kõrge kontsentratsioon. Organismide valikul lähtuti relevantsusest, esinemissagedusest (1–4, 6–8, 10–14, 18, 19) ja kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge ehitusest (erinevate sihtmärkide jaotamine erinevate reaktsioonikambrite vahel).

Simuleeritud roojaproovi maatriksisse (transpordikeskkonda Cary-Blair resuspendeeritud negatiivne roe) lisati kõrge (50-kordne LoD kontsentratsioon) ja madala (5-kordne LoD kontsentratsioon) kontsentratsiooniga analüüte ja analüüsi erinevate kombinatsioonidega. Tabelis 9 esitatakse kõnealuses uuringus analüüsitud kaasnevate nakkuste kombinatsioonid.

Tabel 9. Analüüsitud kaasnevate nakkuste kombinatsioonide loend

Haigustekitajad	Tüvi	Kontsentratsioon
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp 0 A+B+	50× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline proov	5× LoD
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp 0 A+B+	5× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline proov	50× LoD
Rotaviirus A	Rotaviirus A - G4[P6] NCPV#0904053v	50× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline materjal	5× LoD
Rotaviirus A	Rotaviirus A - G4[P6] NCPV#0904053v	5× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline materjal	50× LoD
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp 0 A+B+	50× LoD
EPEC	<i>Escherichia coli</i> E2348/69; O127:H6	5× LoD
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp 0 A+B+	5× LoD
EPEC	<i>Escherichia coli</i> E2348/69; O127:H6	50× LoD
Rotaviirus A	Rotaviirus A - G4[P6] NCPV#0904053v	50× LoD
<i>Giardia lamblia</i>	<i>Giardia intestinalis</i> (alias <i>G. lamblia</i>)	5× LoD
Rotaviirus A	Rotaviirus A - G4[P6] NCPV#0904053v	5× LoD
<i>Giardia lamblia</i>	<i>Giardia intestinalis</i> (alias <i>G. lamblia</i>)	50× LoD

(Tabeli 9 järg)

Haigustekitajad	Tüvi	Kontsentratsioon
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp 0 A+B+	50× LoD
Rotaviirus A	Rotaviirus A - G4[P6] NCPV#0904053v	5× LoD
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp 0 A+B+	5× LoD
Rotaviirus A	Rotaviirus A - G4[P6] NCPV#0904053v	50× LoD
EPEC	<i>Escherichia coli</i> E2348/69; O127:H6	50× LoD
EAEC	<i>Escherichia coli</i> JM221; O92:H33	5× LoD
EPEC	<i>Escherichia coli</i> E2348/69; O127:H6	5× LoD
EAEC	<i>Escherichia coli</i> JM221; O92:H33	50× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline proov	50× LoD
<i>Giardia lamblia</i>	<i>Giardia intestinalis</i> (alias <i>G. lamblia</i>)	5× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline proov	5× LoD
<i>Giardia lamblia</i>	<i>Giardia intestinalis</i> (alias <i>G. lamblia</i>)	50× LoD
<i>Cryptosporidium</i> spp.	<i>Cryptosporidium parvum</i> Iowa isolaat (Harley Moon)	50× LoD
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella enterica</i> ssp. <i>enterica</i> Serovar Typhimurium; SGSC RKS#4194 SarC1	5× LoD
<i>Cryptosporidium</i> spp.	<i>Cryptosporidium parvum</i> Iowa isolaat (Harley Moon)	5× LoD
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella enterica</i> ssp. <i>enterica</i> Serovar Typhimurium; SGSC RKS#4194 SarC1	50× LoD
<i>Campylobacter</i> spp.	<i>Campylobacter upsaliensis</i>	50× LoD
EAEC	<i>Escherichia coli</i> JM221; O92:H33	5× LoD
<i>Campylobacter</i> spp.	<i>Campylobacter upsaliensis</i>	5× LoD
EAEC	<i>Escherichia coli</i> JM221; O92:H33	50× LoD
EPEC	<i>Escherichia coli</i> H10407; O78:H11	50× LoD
STEC	Ei ole saadaval	5× LoD
EPEC	<i>Escherichia coli</i> H10407; O78:H11	5× LoD
STEC	Ei ole saadaval	50× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline proov	50× LoD
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella enterica</i> ssp. <i>enterica</i> Serovar Typhimurium; SGSC RKS#4194 SarC1	5× LoD
Noroviirus GII	Kliiniline proov	50× LoD
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella enterica</i> ssp. <i>enterica</i> Serovar Typhimurium; SGSC RKS#4194 SarC1	5× LoD

Kõik analüüsitud kaasnevad nakkused andsid positiivse tulemuse kahe madala ja kõrge kontsentratsiooniga haigustekitaja kombineerimisel. Paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsitud proovides ei täheldatud kaasnevatest nakkustest tingitud mõju.

Segavad ained

Kõnealuses uuringus hinnati paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel sooritusvõimet segavate võimalike ainete mõju. Segavate ainete hulka kuuluvad endo- ja eksogeensed ained, mis on levinud seedetraktis normaalsetes tingimustes või mis võivad sattuda roojaproovi selle kogumise vältel.

Segavaid aineid analüüsiti valitud proovides, mis katsid kogu paneeliga analüüsitavate seedeelundite haigustekitajate spektri. Valitud proovidesse viidi segavaid aineid kontsentratsioonis, mis jäi kõrgemaks päris roojaproovis arvatavasti leiduva aine kontsentratsioonist. Valitud proove analüüsiti koos ja ilma võimaliku segava aine lisamisega proov-proovi vastu võrdlemise eesmärgil. Peale selle viidi võimalik segav aine ka negatiivsetesse proovidesse.

Mitte ükski analüüsitud ainetest ei seganud sisemisi kontrolle või kombineeritud proovidesse kaasatud haigustekitajaid.

Tabelites 10, 11 ja 12 (järgmised leheküljed) esitatakse paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel jaoks analüüsitud segavate ainete kontsentratsioonid.

Tabel 10. Analüüsitud endogeensed ained

Aine	Kontsentratsioon
Inimese täisveri	10% v/v
Triglütseriidid	5% v/v
Kolesterool	1,5% w/v
Rasvhapped (palmitiinhape)	2 mg/ml
Rasvhapped (steariinhape)	4 mg/ml
Veise mutsiin	3,5% w/v
Veise ja lamba sapp	25% v/v
Inimuriin	50% v/v
Inimroo	28 mg/ml

Tabel 11. Analüüsitud konkureerivad mikroorganismid

Mikroorganism (allikas)	Kontsentratsioon
<i>Aeromonas hydrophila</i> (ATCC 7966)	5×10^2 CFU/ml
<i>Bacteroides vulgatus</i> (ATCC 8482)	10^4 CFU/ml
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (ATCC11863)	5×10^3 CFU/ml
Enteroviiruse liik D, serotüüp EV-D68 (ATCC VR-1824)	10^6 TCID ₅₀ /ml
Mittepatogeenne <i>E. coli</i> (SSI 82168)	10^7 CFU/ml
<i>Helicobacter pylori</i> (ATCC 49503)	5×10^3 CFU/ml
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ATCC 9763)	10^6 CFU/ml
Rotaviiruse variatsioon Rotateq®	0,25% v/v
Rotaviirus RIX4414 Rotarix®	0,5% v/v

Tabel 12. Analüüsitud eksogeensed ained

Aine	Kontsentratsioon
Bakitrasiin	250 U/ml
Glütseriin	50% v/v
Doksütsükliin	0,5 mg/ml
Hüdrokortisoon	0,3% w/v
Nüstatiin	10 000 USP ühikut/ml
Loperamiid-hüdrokloriid	0,005 mg/ml
Metronidasool	14 mg/ml
Magneesiumhüdroksiid	1 mg/ml
Naprokseen-naatrium	10% v/v
Mineraalõli	2% v/v
Bisakodüül	0,25 mg/ml
Fenüülefriin-hüdrokloriid	0,075% w/v
Vismut-subsalitsülaat	3,5 mg/ml
Naatriumfosfaat	5% w/v
Kaltsiumkarbonaat	5% w/v
Nonoksünool-9	1,2% v/v
Dokusaatnaatrium	2,5% w/v
Valgendi	0,2% v/v
Etanool	0,2% v/v

Jääkmõju

Selleks et hinnata võimalikku rist-kontaminatsiooni tekkimist analüüside järjestikuse teostamise korral analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0, kasutades paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel, viidi läbi jääkmõju uuring.

Ühel analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analüüsiti simuleeritud näidis-maatriksi proove, vaheldumisi kõrgpositiivseid ja negatiivseid proove.

Paneelis QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel ei täheldatud jääkmõjusid.

Reprodutseeritavus

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel sooritusvõime reprodutseeritavuse hindamiseks analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0, analüüsiti valitud proovide hulka, mille moodustasid madala kontsentratsiooniga (3x LoD ja 1x LoD) analüüdid ning negatiivsed proovid. Proove analüüsid erinevatel päevadel replikaadina erinevad kasutajad erinevatel analüsaatoritel QIAstat-Dx Analyzers 1.0, kasutades erinevaid kassetide QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge partiisid.

Tabel 13. Reprodutseeritavuse suhtes analüüsitud seedeelundite haigustekitajate loend

Haigustekitaja	Tüvi
Rotaviirus A	WA (TC-adapteeritud)
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Iowa isolaat
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	EB 101
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Tüvi NTCC 11175 alatüüp <i>Enterocolitica</i> (Schleifstein ja Coleman)
<i>Salmonella enterica</i>	Serovar Enteritidis
Sapoviirus GI.1	Kliiniline proov
Astroviirus	Kliiniline proov
<i>Giardia lamblia</i>	WB (Bethesda)

(Tabeli 13 järg)

Haigustekitaja	Tüvi
<i>Vibrio vulnificus</i>	329 [CDC B3547]
ETEC lt/st	ETEC H10407. Serotüüp O78:H11
EAEC	O111a. 111b: K58:H21; CDC3250-76
Adenovirus F40/41	Dugan
Noroviirus GI	Kliiniline proov
<i>Entamoeba histolytica</i>	HM-1: IMSS (Mexico City 1967)
EPEC	<i>stx- stx2- eae+</i>
EIEC	EIEC Fr 1368 (<i>ipaH</i>)
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Bader
<i>Vibrio cholerae</i>	Pacini 1854. serotüüp O1
Noroviirus GII	Kliiniline proov
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Kvantitatiivne sünteetiline <i>Cyclospora cayetanensis</i> DNA
<i>Clostridium difficile</i>	Toksinotüüp XXII A+B+
<i>Campylobacter upsaliensis</i>	NCTC 11541 (C231)
STEC O157:H7	O157:H7

Tabel 14. Reprodutseeritavuse analüüsi positiivsete ja negatiivsete vastavuste kokkuvõte

Kontsentratsioon	Haigustekitaja	Eeldatav tulemus	Määramise kiirus	% vastavus eeldatavatele tulemustele
3 × LoD	Rotaviirus A	Positiivne	20/20	100%
	<i>Cryptosporidium parvum</i>	Positiivne	18/20	90%
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Salmonella enterica</i>	Positiivne	20/20	100%
	Sapoviirus GI.1	Positiivne	20/20	100%
1 × LoD	Rotaviirus A	Positiivne	20/20	100%
	<i>Cryptosporidium parvum</i>	Positiivne	19/20	95%
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Positiivne	19/20	95%
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Salmonella enterica</i>	Positiivne	19/20	95%
	Sapoviirus GI.1	Positiivne	19/20	95%
Negatiivne	Rotaviirus A	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Cryptosporidium parvum</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Salmonella enterica</i>	Negatiivne	40/40	100%
	Sapoviirus GI.1 *	Negatiivne	38/40	95%

* Reprodutseeritavuse uuringus kasutatud astroviiirus-positiivne kliiniline proov oli teadaolevalt nõrgalt kaasneva sapoviiruse nakkusega ning seega eeldati kõnealuses proovis nõrka sapoviiruse amplifitseerimist. Võttes aluseks eraldusvõime uuringud, väljastati nimetatud proovis võimalik ristreaktiivsus (vt lõik 53).

(Tabeli 14 järg)

Kontsentratsioon	Haigustekitaja	Eeldatav tulemus	Määramise kiirus	% vastavus eeldatavatele tulemustele
3 x LoD	Astrovirus	Positiivne	20/20	100%
	<i>Giardia lamblia</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Vibrio vulnificus</i>	Positiivne	20/20	100%
	ETEC lt/st	Positiivne	20/20	100%
	EAEC	Positiivne	20/20	100%
	Adenovirus F40/41	Positiivne	20/20	100%
1 x LoD	Astrovirus	Positiivne	20/20	100%
	<i>Giardia lamblia</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Vibrio vulnificus</i>	Positiivne	20/20	100%
	ETEC lt/st	Positiivne	20/20	100%
	EAEC	Positiivne	19/20	95%
	Adenovirus F40/41	Positiivne	19/20	95%
Negatiivne	Astrovirus	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Giardia lamblia</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Vibrio vulnificus</i>	Negatiivne	40/40	100%
	ETEC lt/st	Negatiivne	40/40	100%
	EAEC	Negatiivne	40/40	100%
	Adenovirus F40/41	Negatiivne	40/40	100%

(Tabeli 14 järg)

Kontsentratsioon	Haigustekitaja	Eeldatav tulemus	Määramise kiirus	% vastavus eeldatavatele tulemustele
3 x LoD	Noroviirus GI	Positiivne	20/20	100%
	<i>Entamoeba histolytica</i>	Positiivne	20/20	100%
	EPEC	Positiivne	20/20	100%
	EIEC	Positiivne	20/20	100%
	<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Vibrio cholerae</i>	Positiivne	20/20	100%
1 x LoD	Noroviirus GI	Positiivne	20/20	100%
	<i>Entamoeba histolytica</i>	Positiivne	20/20	100%
	EPEC	Positiivne	19/20	95%
	EIEC	Positiivne	20/20	100%
	<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Positiivne	19/20	95%
	<i>Vibrio cholerae</i>	Positiivne	20/20	100%
Negatiivne	Noroviirus GI	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Entamoeba histolytica</i>	Negatiivne	40/40	100%
	EPEC	Negatiivne	40/40	100%
	EIEC	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Vibrio cholerae</i>	Negatiivne	40/40	100%

(Tabeli 14 järg)

Kontsentratsioon	Haigustekitaja	Eeldatav tulemus	Määramise kiirus	% vastavus eeldatavatele tulemustele
3 x LoD	Noroviirus GII	Positiivne	20/20	100%
	<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Clostridium difficile</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Campylobacter upsaliensis</i>	Positiivne	20/20	100%
	STEC O157:H7	Positiivne	20/20	100%
1 x LoD	Noroviirus GII	Positiivne	20/20	100%
	<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Positiivne	20/20	100%
	<i>Clostridium difficile</i>	Positiivne	19/20	95%
	<i>Campylobacter upsaliensis</i>	Positiivne	20/20	100%
	STEC O157:H7	Positiivne	20/20	100%
Negatiivne	Noroviirus GII	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Clostridium difficile</i>	Negatiivne	40/40	100%
	<i>Campylobacter upsaliensis</i>	Negatiivne	40/40	100%
	STEC O157:H7	Negatiivne	40/40	100%

Kõik analüüsitud proovid andsid oodatud tulemuse (ühilduvus 95–100%), välja arvatud *Cryptosporidium* spp. (tuvastati 90% replikaatidest 3x LoD kontsentratsiooni juures), mis näitas paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel sooritusvõime reprodutseeritavust.

Reprodutseeritavuse analüüs näitas, et paneeliga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsimine analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 annab kõrgelt reprodutseeritavaid tulemusi, kui samu proove analüüsitakse mitme tsükli käigus, mitmel päeval ja erinevate kasutajatega erinevatel analüsaatoritel QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kassetide QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge paljude partiidega.

Proovi stabiilsus

Proovi stabiilsuse uuring viidi läbi selleks ,et analüüsida paneelil QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsitavate kliiniliste proovide säilitamistingimusi. Simuleeritud roojaproovi maatriksisse (negatiivne proov Copani Cary-Blair'i transpordikeskkonnas) viidi viirusliku, bakteriaalse ja parasiidi madala kontsentratsiooniga (nt 3x LoD) kultuuri materjal. Analüüsimiseks kasutatud proove säilitati järgmistes tingimustes:

- 15...25 °C 4 tundi
- 2...8 °C 3 päeva
- -15...-25°C 24 päeva
- -70...-80°C 24 päeva

Erinevate säilitustemperatuuride ja -aja korral tuvastati edukalt kõik haigustekitajad, mis näitab, et proovid olid märgitud säilitustingimustes ja ajal stabiilsed.

Lisad

Lisa A: analüüsi määratluse faili installimine


Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsi määratluse fail tuleb installida analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 enne analüüsimist kassetiga QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridges.

Märkus. Kui lastakse välja paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel uus analüüsiversioon, tuleb enne analüüsimist installida paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel uus analüüsi määratluse fail.

Märkus. Analüüsi määratluse faili leiate veebilehelt www.qiagen.com. Analüüsi määratluse fail (.asy faili tüüp) tuleb enne installimist analüsaatorile QIAstat-Dx Analyzer 1.0 salvestada USB draivile. USB draiv tuleb vormindada FAT32 faili süsteemiga.


Uute analüüside importimiseks USB-lt analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 järgige allpool toodud juhiseid.

1. Sisestage analüüsi määratluse faili sisaldav USB mäluvulk analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ühte USB porti.
2. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel valige Assay Management (Analüüside haldamine). Ekraani sisuväljal avaneb kuva Assay Management (Analüüside haldamine) (joonis 23, järgmine lehekülg).




Joonis 23. Analüüside haldamise kuva

3. Vajutage kuva vasakul allääres olevat ikooni Import (Impordi).
4. Valige analüüsile vastav fail, mis tuleb importida USB draivil.
5. Ilmub faili üleslaadimist kinnitav dialoogiaken.
6. Võib ilmuda dialoogiaken, mis kuvab kehtiva versiooni ülekirjutamist. Ülekirjutamiseks klõpsake yes (jah).
7. Valides Assay Active (Analüüs aktiivne), muutub analüüs aktiivseks (joonis 24).



Joonis 24. Analüüsi aktiveerimine

8. Määrake kasutajale aktiivne analüüs, vajutades nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu User Management (Kasutajate haldamine). Valige kasutaja, kellel peaks olema analüüsi tegemise õigused. Järgmiseks valige punkti alt „User Options” (Kasutaja valikud) Assign Assays (Määra analüüsid). Lülitage analüüs sisse ja vajutage nuppu Save (Salvesta) (joonis 25).



Joonis 25. Aktiivse analüüsi määramine

Lisa B: mõisted

Amplifitseerimise kõver: reaalaaja multipleks-RT-PCR-i amplifitseerimise andmete graafiline kujutis.

Analüüsimoodul (AM): analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 peamine riistvaramoodul, mis teostab analüüse kassetidel QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge. Seda juhib töömoodul. Ühe töömooduliga saab ühendada mitu analüüsimoodulit.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0: analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koosneb töömoodulist ja analüüsimoodulist. Töömoodul sisaldab elemente, mis tagavad ühendamise analüüsimooduliga ja võimaldavad kasutajal suhelda analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Analüüsimoodul sisaldab proovide analüüsimiseks vajalikku riistvara ja tarkvara.

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge: kinnine ühekordseks kasutamiseks ette nähtud plastseade eellaaditud reaktiividega täisautomaatse molekulaarse analüüsi läbiviimiseks seedeelundite haigustekitajate määramiseks.

IFU: kasutusjuhend.

Põhiport: kassetis QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge transpordikeskkonnas vedelproovide sisend.

Nukleiinhapped: biopolümeerid või väikesed biomolekulid, mis koosnevad nukleotiididest. Nukleotiidid on monomeerid, mis koosnevad kolmest komponendist: 5-süsinikuga suhkrust, fosfaatühendist ja lämmastikalusest.

Töömoodul (Operational Module, OM): analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 riistvara, mis tagab kasutajaliidese ühele kuni neljale analüüsimoodulile (AM).

PCR: polümeraasi ahelreaktsioon

RT: pöördtranskriptaas

Tamponiport: kassetis QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge kuivade tamponide sisend. Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel analüüsiks ei kasutata tamponiporti.

Kasutaja: analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 / kasseti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge sihtotstarbeline kasutaja.

Lisa C: garantiist lahtiütlemine

KASSETI QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge MÜÜGIGA SEoses, VÄLJA ARVATUD QIAGEN-i MÜÜGITINGIMUSTES ESITATU, EI VÕTA QIAGEN ENDALE MINGISUGUST VASTUTUST JA KEELDUB MIS TAHES OTSESEST VÕI KAUDSEST GARANTIIST SEoses KASSETI QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge KASUTAMISEGA, K.A TURUSTAMISE, TEATUD TINGIMUSTELE SOBIVUSE VÕI PATENDIÕIGUSTE, AUTORIÕIGUSTE VÕI MUUDE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISEGA SEOTUD VASTUTUSEST VÕI GARANTIIDEST ÜLEMAAILMSELT.

Viited

1. Bhavnani, D., Goldstick, J.E., Cevallos, W., Trueba, G., and Eisenberg, J.N. (2012) Synergistic effects between Rotavirus and coinfecting pathogens on diarrheal disease: evidence from a community-based study in northwestern Ecuador. *Am J Epidemiol.* **176**(5), 387–395.
2. Claas, E.C., Burnham C.A., Mazzulli, T., Templeton, K., and Topin, F. (2013) Performance of the xTAG® gastrointestinal pathogen panel, a multiplex molecular assay for simultaneous detection of bacterial, viral, and parasitic causes of infectious gastroenteritis. *J Microbiol Biotechnol.* **23**(7), 1041–1045.
3. de Graaf, H. et al. (2015) Co-infection as a confounder for the role of *Clostridium difficile* infection in children with diarrhoea: a summary of the literature. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* **34**(7), 1281–1287.
4. Duong, V.T. et al. (2016) Evaluation of Luminex xTAG Gastrointestinal Pathogen Panel assay for detection of multiple diarrheal pathogens in fecal samples in Vietnam. *J Clin Microbiol.* **54**(4), 1094–1100.
5. Haque, Q.M., Sugiyama, A., Iwade, Y., Midorikawa, Y., and Yamauchi, T. (1996) Diarrheal and environmental isolates of *Aeromonas* spp. produce a toxin similar to Shiga-like toxin 1. *Curr Microbiol.* **32**, 239–245.
6. Fletcher, S.M., McLaws, M.L., and Ellis, J.T. (2013) Prevalence of gastrointestinal pathogens in developed and developing countries: systematic review and meta-analysis. *J Public Health Res.* **2**(1), 42–53.
7. Khare, R. et al. (2014) Comparative evaluation of two commercial multiplex panels for detection of gastrointestinal pathogens by use of clinical stool specimens. *J Clin Microbiol.* **52**(10), 3667–3673.
8. Koh, H., Baek, S.Y., Shin, J.I., Chung, K.S., and Jee Y.M. (2008) Coinfection of viral agents in Korean children with acute watery diarrhea. *J Korean Med Sci.* **23**(6), 937–940.

9. Kearsse, M. et al. (2012) Geneious Basic: an integrated and extendable desktop software platform for the organization and analysis of sequence data. *Bioinformatics*. **28**(12), 1647–1649.
10. Krumkamp, R. et al. (2015) Gastrointestinal infections and diarrheal disease in Ghanaian infants and children: an outpatient case-control study. *PLoS Negl Trop Dis*. **9**(3), e0003568.
11. Lima, A.A.M. et al. (2017) Enteroaggregative *E. coli* subclinical infection and co-infections and impaired child growth in the MAL-ED cohort study. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. **66**(2), 325–333.
12. Mengelle, C. et al. (2013) Simultaneous detection of gastrointestinal pathogens with a multiplex Luminex-based molecular assay in stool samples from diarrhoeic patients. *Clin Microbiol Infect*. **19**(10), E458–465.
13. Moyo, S.J. et al. (2017) Comprehensive analysis of prevalence, epidemiologic characteristics, and clinical characteristics of mono-infection and co-infection in diarrheal diseases in children in Tanzania. *Am J Epidemiol*. **186**(9), 1074–1083.
14. Murphy, C.N., Fowler, R.C., Iwen, P.C., and Fey, P.D. (2017) Evaluation of the BioFire FilmArray Gastrointestinal Panel in a midwestern academic hospital. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. **36**(4), 747–754.
15. O'Brien, A.D. and Holmes, R.K. (1987) Shiga and Shiga-like toxins. *Microbiol Rev*. **51**, 206–220.
16. Paton, A.W. and Paton, J.C. (1996) *Enterobacter cloacae* producing a Shiga-like toxin II-related cytotoxin associated with a case of hemolytic uremic syndrome. *J Clin Microbiol*. **34**, 463–465.
17. Schmidt, H., Montag, M., Bockemühl, J., Heesemann, J., and Karch, H. (1993) Shiga-like toxin II-related cytotoxins in *Citrobacter freundii* strains from humans and beef samples. *Infect Immun*. **61**, 534–543.
18. Varela, G. et al. (2015) Enteropathogens associated with acute diarrhea in children from households with high socioeconomic level in Uruguay. *International Journal of Microbiology*. **2015**, Article ID 592953, 8 pages.

19. Vocale, C. et al. (2015) Comparative evaluation of the new xTAG GPP multiplex assay in the laboratory diagnosis of acute gastroenteritis. Clinical assessment and potential application from a multicentre Italian study. *Int J Infect Dis.* **34**, 33–37.

Tähised

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse tähiseid, mis võivad esineda siltidel või kõnealusel dokumendis.



Sisaldab reaktiive, millest piisab <N> reaktsiooni jaoks



Kõlblik kuni



In vitro diagnostikaks ettenähtud meditsiiniseade



Katalooginumber



Partii number



Materjali number (st komponendi tähistamine)



Seedeelundkonna rakendus

Rn

„R” on käsiraamatu redaktsioon, „n” on redaktsiooni number



Temperatuuripiirangud



Tootja



Kasutamiseks tutvuge juhistega



Ettevaatust!



Euroopa nõuetele vastavuse märgistus CE



Seerianumber



Mitte korduskasutada



Hoida otsese päikesevalguse eest



Ärge kasutage kui pakend on kahjustatud.



Globalne kaubaartikli number

Tellimisteave

Toode	Sisukord	Katalooginr
QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel	6 analüüsi jaoks: 6 eraldi pakendatud kassetti QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel Cartridge ja 6 eraldi pakendatud ülekandepipetti	691411
Seotud tooted		
QIAstat-Dx Analyzer 1.0	1 analüüsimoodul QIAstat-Dx, 1 töömoodul QIAstat-Dx ning seotud riistvara ja tarkvara, et kasutada molekulaardiagnostika analüüsikassette QIAstat-Dx	9002824

Ajakohase litsentsiteabe ja tootepõhised lahtiütlemised leiate vastavast QIAGEN-i komplekti käsiraamatust või kasutusjuhendist. QIAGEN-i komplekti käsiraamatud ja kasutusjuhendid on saadaval veebilehel www.qiagen.com või tellimisel QIAGEN-i tehniliselt toelt või kohalikul müügiesindajalt.

Dokumendi versiooniajalugu

Dokumendi versiooniajalugu

Versioon 1, 04/2019

Esmane väljalase.

Versioon 2, 09/2020

Värskendage H. pylori ja mittepatogeense E. coli tabelis 11 esitatud kontsentratsioonidele.

Paneeli QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel piiratud litsentsileping

Selle toote kasutamine tähendab, et toote ostja või kasutaja nõustub järgmiste tingimustega.

1. Toodeid tohib kasutada ainult vastavalt tootega kaasas olevatele protokollidele ja sellele käsiraamatule ning ainult koos kompleksis sisalduvate komponentidega. QIAGEN ei anna oma intellektuaalse omandi all litsentse komplekti komponentide kasutamiseks või ühendamiseks sellesse komplekti mittekuuluvate komponentidega, välja arvatud toote protokollides, selles käsiraamatus ja veebisaidil www.qiagen.com kirjeldatud juhtudel. Mõne neist lisaprotokollidest on lisanud QIAGEN-i kasutajate jaoks teised QIAGEN-i kasutajad. QIAGEN pole neid protokolle põhjalikult testinud ega optimeerinud. QIAGEN ei garanteeri, et need ei riku kolmandate osapoolte õigusi.
2. QIAGEN ei anna garantiid, et komplekt ja/või selle kasutus ei riku kolmandate osapoolte õigusi, v.a selgesõnalised litsensid.
3. Komplekt ja selle osad on litsentsitud ühekordseks kasutuseks ning neid ei tohi korduskasutada, parandada ega edasi müüa.
4. QIAGEN ütleb lahti muudest olsestest või kaudsetest litsentsidest, v.a selgesõnalistest litsentsidest.
5. Komplekti ostja ja kasutaja nõustuvad, et ei tee ise ega luba kellelgi teisel teha midagi, mis võiks kaasa aidata või viia ülaltoodud keelatud toiminguteni. QIAGEN võib selle piiratud litsentsilepingu keelde jõustada mis tahes kohtus ning tootleda tagasi kõik piiratud litsentsilepingu või komplekti ja/või selle komponentidega seotud mis tahes intellektuaalse omandi õiguste jõustamiseks kulunud juurdlus- ja kohtukulud, sh advokaaditasud.

Uuendatud litsentsitingimused leiate veebilehelt www.qiagen.com.

Kaubamärgid: QIAGEN®; Sample to Insight®, QIAstat-Dx®, DiagCORE® (QIAGEN Group); ACGIH® (American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.); Copan® (Copan Italia S.P.A.); Clinical and Laboratory Standards Institute® (Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.); OSHA® (Occupational Safety and Health Administration, U.S. Dept. of Labor); FilmArray™ (BioFire Diagnostics, LLC); BD MAX® (Becton Dickinson Infusion Therapy System); Microbiologics® (Microbiologics, Inc.); Allplex® (Seegene, Inc.); ATCC® (American Type Culture Collection); Rotarix® (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.); xTag™ (Luminex Corporation); Rotateq® (Merck & Co., Inc.); Waterborne® (Special Pathogens Laboratory, LLC); ZeptoMetrix® (ZeptoMetrix Corporation).

Käesolevas dokumendis kasutatud registreeritud nimetusi, kaubamärke jne ei arvestata seaduse poolt mittekaitstaks, ka juhul kui need pole kaubamärkidena tähistatud.

HB-2641-002 R2 09/2020 © 2020 QIAGEN. Kõik õigused on kaitstud.

Tellimine www.qiagen.com/shop | Tehniline tugi support.qiagen.com | Veebisait www.qiagen.com