

Březen 2017

# Příručka k testu AdnaTest ProstateCancerSelect a ProstateCancerDetect



12 (katalogové číslo 395432)



12 (katalogové číslo 396432)

K obohacení nádorových buněk z celé krve pacientů s karcinomem prostaty a detekci genové exprese spojené s karcinomem prostaty v obohacených nádorových buňkách.  
Pro diagnostiku in vitro  
Verze 1

**IVD**

**CE**

**REF**

395432 (AdnaTest ProstateCancerSelect)  
396432 (AdnaTest ProstateCancerDetect)



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, NĚMECKO

**R1 MAT**

1106692CS

Sample to Insight



# Obsah

Účel použití.....	4
Shrnutí a vysvětlení.....	4
Princip metody.....	5
AdnaTest ProstateCancerSelect.....	5
AdnaTest ProstateCancerDetect.....	6
Dodávané materiály.....	7
Obsah soupravy.....	7
Požadované materiály, které nejsou součástí dodávky.....	9
AdnaTest ProstateCancerSelect.....	9
AdnaTest ProstateCancerDetect.....	10
Upozornění a bezpečnostní opatření.....	11
Bezpečnostní informace.....	11
Informace o použití.....	11
Patenty.....	11
Skladování činidel a manipulace s nimi.....	12
Skladování.....	12
Manipulace.....	12
Manipulace se vzorky a jejich uložení.....	13
Příprava vzorku.....	13
Protokol: Obohacení nádorových buněk pomocí testu AdnaTest ProstateCancerSelect...14	
Protokol: Detekce genové exprese související s nádorem prostaty vyjádřeného v obohacených nádorových buňkách pomocí AdnaTest ProstateCancerDetect.....	17

---

Protokol: Multiplex a Singleplex PCR .....	22
Interpretace výsledků .....	25
Analýza fragmentu na Agilent 2100 Bioanalyzer .....	25
Řešení problémů .....	29
Kontrola kvality .....	29
Omezení .....	29
Charakteristika účinnosti .....	30
Záchyt .....	30
Specifická .....	30
Reprodukovatelnost .....	31
Přesnost .....	31
Interferující látky .....	32
Interferující podmínky .....	33
Klinické studie .....	34
Literatura .....	34
Zkratky .....	35
Symboly .....	36
Informace pro objednání .....	37

---

## Účel použití

AdnaTest ProstateCancerSelect je in vitro diagnostická metoda určená k imunochemickému obohacení obíhajících nádorových buněk z antitrombotických vzorků celé krve získaných od pacientů s rakovinou prostaty kombinací epiteliálních a nádorových antigenů.

AdnaTest ProstateCancerDetect je in vitro diagnostická zkouška určená k analýze profilů genové exprese nádorových buněk reverzní transkripcí a metodou multiplex PCR a následnou denzitometrickou analýzou PCR produktů automatizovanou kapilární elektroforézou využívající Bioanalyzer Agilent® 2100.

AdnaTest ProstateCancerSelect/Detect není určen ke screeningovým účelům a nemá se používat jako diagnostická zkouška k potvrzení přítomnosti karcinomu prostaty.

Tento produkt je určen pro použití profesionálními uživateli, např. techniky a lékaři vyškolenými v technikách molekulární biologie.

## Shrnutí a vysvětlení


Test AdnaTest ProstateCancerSelect umožňuje imunomagnetické obohacování nádorových buněk pomocí epitelových a nádorových antigenů. Test AdnaTest ProstateCancerDetect je určen pro analýzu genové exprese související s nádorem prostaty v imunomagneticky obohacených nádorových buňkách pomocí reverzní transkripce a PCR.

# Princip metody

## AdnaTest ProstateCancerSelect

Protilátky proti epitelovým a nádorovým antigenům jsou konjugovány na magnetické kuličky, což umožní označení nádorových buněk v plné krvi. Označené buňky jsou extrahovány koncentrátorem magnetických částic (AdnaMag-L a AdnaMag-S) a následně lyzovány (obr. 1).


Buněčný lyzát prochází další analýzou testem AdnaTest ProstateCancerDetect.



**Obrázek 1. AdnaTest ProstateCancerSelect: Imunomagnetická selekce buněk s několika protilátkami spojenými s nádorem** V prvním kroku jsou obohaceny CTC v krvi (zvolte AdnaTest). Dosáhne se toho pomocí magnetických částic (kuliček) potažených protilátkou. Jsou použity některé protilátky, které se vážou s velkou specifícností a afinitou na odpovídající nádorové buňky. Obohacené buňky jsou lyzovány a následně několikrát čištěny pro extrahování mRNA.

## AdnaTest ProstateCancerDetect

Test AdnaTest ProstateCancerDetect obsahuje kuličky potažené Oligo (dT)<sub>25</sub> pro izolaci mRNA z lyzátu předem obohacených nádorových buněk. Reverzní transkripce vzniká cDNA, která se následně používá jako templát pro detekci a charakterizaci nádorových buněk pomocí testu Multiplex-PCR. AdnaTest PrimerMix ProstateDetect umožňuje amplifikaci tří nádorových antigenů a jednoho kontrolního genu. AdnaTest PrimerMix AR-Detect umožňuje amplifikaci androgenního receptoru (AR).



- Krvinky
- Nádorové buňky
- ⊗ Magnetické kuličky potažené protilátkou nebo Oligo (dT)<sub>25</sub>

**Obrázek 2. AdnaTest ProstateCancerDetect: Multiplex PCR různých nádorových markerů spojených s rakovinou.** Ve druhém kroku jsou obohacené buňky vyšetřeny RT-PCR na nádorové expresivní vzorce. Vlákná mRNA jsou reverzně přepsána do cDNA. Následně může být několik spojených nádorových markerů zesíleno pomocí multiplex PCR a vizualizováno.

Dvě směsi primerů zkoušky Adna tvoří tyto fragmenty:

### PrimerMix ProstateDetect

- PSMA: 449 bp
- PSA: 357 bp
- EGFR: 163 bp
- Aktin: 120 bp (interní kontrola PCR)

### PrimerMix AR-Detect

- AR: 440 bp

**Poznámka:** Velikosti fragmentů se mohou mírně lišit. Ujistěte se, že k vyhodnocení zjištěných signálů použijete přesné ovládací prvky.

## Dodávané materiály

### Obsah soupravy

<b>AdnaTest ProstateCancerSelect</b>			
<b>Počet testů</b>			<b>12</b>
<b>Katalogové číslo</b>			<b>395432</b>
Sběrné zkumavky	Collection Tubes (Sběrné zkumavky) (15 ml)	<input type="checkbox"/> COL <input type="checkbox"/> TUBE	3 x 5
Sběrné zkumavky	Collection Tubes (Sběrné zkumavky) (1,5 ml)	<input type="checkbox"/> COL <input type="checkbox"/> TUBE	24
Červená	ProstateSelect Beads (Kuličky ProstateSelect)	PSB	1,2 ml
Červená	AdnaTest Lysis/Binding Buffer (Lytický/vazebný pufr)	LBB	2 x 1,2 ml
	Handbook (Příručka)		1

<b>AdnaTest ProstateCancerDetect</b>			
<b>Katalogové č.</b>			<b>396432</b>
<b>Počet testů</b>			<b>12</b>
<b>AdnaTest RNA Reagenty</b>			<b>Schránka 1</b>
Červená	AdnaTest Lysis/Binding Buffer (Lytický/vazebný pufr)	LBB	2 ml
Oranžová	Oligo (dT)25 Beads (Kuličky Oligo (dT)25)	OdT	280 µl
Bílá	RNA Purification Buffer A (RNA Purifikační pufr A)	BA	4 ml
Bílá	RNA Purification Buffer B (RNA Purifikační pufr B)	BB	4 ml
Fialová	Tris-HCL Buffer (Tris-HCL pufr)	TB	2 ml
<b>AdnaTest ProstateCancerDetect</b>			<b>Schránka 2</b>
Modrá	AdnaTest PrimerMix ProstateDetect	PMP	144 µl
Oranžová	AdnaTest Positive Control Prostate (C+) (Pozitivní kontrola prostaty (C+))	<b>CONTROL +</b>	40 µl
Žlutá	AdnaTest PrimerMix AR-Detect	PMA	144 µl
Růžová	AdnaTest Positive Control AR (C+) (Pozitivní kontrola AR (C+))	<b>CONTROL +</b>	40 µl
	Handbook (Příručka)		1

Činidla AdnaTest ProstateCancerDetect postačí na analýzu 6 PCR kontrol a 12 krevních vzorků.



# Požadované materiály, které nejsou součástí dodávky

Při manipulaci s chemikáliemi noste vždy laboratorní oděv, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Další informace si vyhledejte v příslušných bezpečnostních listech (safety data sheets, SDS), které obdržíte od dodavatele výrobku.

## AdnaTest ProstateCancerSelect

### Vybavení

- Rotátor zkumavek pro 15 ml a 1,5 ml zkumavky (např. ELMi Ltd., katalogové č. IMIX-03)
- Koncentrátory magnetických částic
  - AdnaMag-L (kat. č. 399921)
  - AdnaMag-S (kat. č. 399911)

### Materiál

- AdnaTube Tubes (zkumavky AdnaTube) (kat. č. 399932), při práci se zkumavkami BD Vacutainer® ACD-A
- Sterilní 10 ml skleněné nebo plastové pipety bez RNázy a pipetor
- Sterile, RNase-free 1.5 ml reaction tubes (Sterilní 1,5 ml reakční zkumavky) bez RNázy (např. Sarstedt, kat. č. 72.690)
- Pipety a pipetovací špičky bez RNázy s aerosolovou bariérou vhodné k pipetování objemů 100 µl až 1000 µl

### Reagencie

- Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.0–7.3 (Fosfátem pufovaný fyziologický roztok (PBS), pH 7,0 -7,3) (např. Fisher, kat. č. VX14190169, D-PBS)

## AdnaTest ProstateCancerDetect

### Vybavení

- Tube rotator for 1.5 ml tubes (rotátor zkumavek pro 1,5ml zkumavky) (např. ELMi Ltd., kat. č. IMIX-03)
- Magnetic particle concentrator AdnaMag-S (koncentrátor magnetických částic AdnaMag-S) (kat. č. 399911)
- Termoblok nebo vodní lázeň (65°C)
- Termocykler s vyhříváním víkem a rychlostí ohřevu 2°C/s.
- Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies)

### Materiál

- Sterilní tenkostěnné 0,2 ml PCR zkumavky bez RNázy
- Sterile, RNase-free 1.5 ml reaction tubes (sterilní 1,5 ml reakční zkumavky) bez RNázy (např. Sarstedt, kat. č. 72.690)
- Pipety a pipetovací špičky bez RNázy s aerosolovou bariérou vhodné k pipetování objemů 1 µl až 200 µl

### Reagencie

- Sensiscript® RT Kit (Souprava pro reverzní transkripci Sensiscript®) (QIAGEN, kat.č. 205211, 50 reakcí)
  - **Poznámka:** Sensiscript RT Kit (souprava pro reverzní transkripci Sensiscript) (kat. č. 205211) postačí pouze pro 25 vzorků, protože pro každou reakci je nutný dvojnásobný objem.
- Recombinant RNasin, RNase-inhibitor, 2500 U (rekombinantní RNasin, inhibitor RNázy, 2500 U) (Promega, kat. č. N2511)
- HotStarTaq® Master Mix (souprava HotStarTaq® Master Mix) (QIAGEN, kat. č. 203443, 250 U)
- Drcený led

---

# Upozornění a bezpečnostní opatření

Pro diagnostiku in vitro

## Bezpečnostní informace

Při manipulaci s chemikáliemi noste vždy laboratorní oděv, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Další informace jsou uvedeny v odpovídajících bezpečnostních listech (SDS). Jsou k dispozici také online v PDF formátu na stránkách [www.qiagen.com/safety](http://www.qiagen.com/safety), kde můžete najít, přečíst a vytisknout bezpečnostní listy všech souprav a součástí souprav QIAGEN.

Vzorky a odpad z analýzy zlikvidujte v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

## Informace o použití

Tyto testy může provádět pouze personál vyškolený v technikách molekulární biologie.

## Patenty

Test AdnaTest ProstateCancerDetect vyžaduje licence společnosti Hoffmann-La Roche AG, Basel. Zakoupení testů AdnaTest ProstateCancerDetect neposkytuje uživateli oprávnění provádět PCR bez licence.

# Skladování činidel a manipulace s nimi

## Skladování

Systém AdnaTest ProstateCancer je dodáván ve třech krabičkách. AdnaTest ProstateCancerSelect (kat. č. 395432) a AdnaTest RNA Reagent Box krabice 1 (krabice 1 kat. č. 396432) musí být skladován při teplotě 2–8°C. Komponenty nesmí být používány po uplynutí doby použitelnosti.

AdnaTest ProstateCancerDetect krabice 2 (krabice 2 kat.č. 396432) obsahující AdnaTest PrimerMixes a AdnaTest pozitivní ovládací prvky, musí se skladovat zvlášť při teplotě –30 až –15°C. K zabránění možné kontaminace a opakovaných změn teploty rozdělte poměrně základní směs. Součásti nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

## Manipulace

- Kuličky ProstateSelect obsahují jako ochrannou látku azid sodný. Azid sodný je cytotoxický a proto je nutné ho odstranit před použitím kuliček. (Viz "Protokol: Obohacení nádorových buněk pomocí testu AdnaTest ProstateCancerSelect", strana 14.)
- Všechny součásti a další činidla od jiných dodavatelů je nutné uchovávat podle jejich pokynů. Dodržujte bezpečnostní informace příslušných výrobců.
- Aby nedošlo ke kontaminaci DNA, RNA a RNázou, používejte ochranné rukavice.
- Kuličky ProstateSelect rozdělte na alikvotní podíly, aby nedošlo ke kontaminaci.
- Test se musí provést v daném pořadí a časy a teploty inkubace musí odpovídat všem příslušným uvedeným specifikacím.
- Jestliže při obohacování buněk dojde k aglutinaci kuliček, vzorky zlikvidujte.

- Aby nedošlo ke zkřížené kontaminaci, proveďte pokud je to možné zpracování vzorků včetně reverzní transkripce a následnou analýzu amplifikovaných PCR produktů v oddělených místnostech.
- Použití výrobků jiných než doporučených dodavatelů může mít za následek horší výsledky.
- Dodržujte laboratorní bezpečnostní a hygienické předpisy (např. noste laboratorní oděv, ochranné brýle a rukavice).

## Manipulace se vzorky a jejich uložení

### Příprava vzorku

- Krevní vzorky je nutné odebrat před použitím terapeutických látek. Test AdnaTest ProstateCancerSelect nepoužívejte dříve než 7 dní po posledním léčebném zásahu!
- Odběr krve: Pokud je přeprava vzorku kratší než 4 hodiny, použijte zkumavky obsahující EDTA jako antikoagulans (např. S Monovette® K3 EDTA, Sarstedt [kat.č. 01.1605.001]) k odběru alespoň 7,5 ml plné krve.
- Pokud je přeprava vzorku delší než 4 hodiny, použijte zkumavky BD Vacutainer ACD-A Tubes (Becton Dickinson GmbH, kat.č. 366645 [EU]; 364606 [US]) k odběru alespoň 8,5 ml plné krve. Před dalším zpracováním pomocí AdnaTest musí být 5 ml ACD-A krve přeneseno do zkumavky na vzorky AdnaTube, kat. č. 399932.
- Krev je nutné okamžitě uchovávat při 4 - 8 °C.
- Vzorky je nutné zpracovat co nejdříve, ale nejpozději 4 hodiny po odběru krve při použití standardních EDTA zkumavek nebo do 30 hodin při použití zkumavek na sběr krve BD Vacutainer v kombinaci se zkumavkami AdnaTubes.
- Nesmí dojít k hemolýze krve.

# Protokol: Obohacení nádorových buněk pomocí testu AdnaTest ProstateCancerSelect

## Důležité body, než začnete

- Před zahájením postupu si přečtete “Upozornění a bezpečnostní opatření” (strana 11), “Skladování činidel a manipulace s nimi” (strana 12) a “Manipulace se vzorky a jejich uložení” (strana 13).
- Před použitím je nutné promytím kuliček ProstateSelect odstranit azid sodný podle postupu popsaného níže v “Postup A: Příprava kuliček ProstateSelect”.
- Použijte dodané 1,5 ml sběrné zkumavky pouze pro označený krok protokolu.

## Co je třeba udělat, než začnete

- Zajistěte, aby byl pufr AdnaTest Lysis/Binding vytemperován na pokojovou teplotu. Jestliže pozorujete usazeniny, vytemperujte pufr na teplotu laboratoře a míchejte jej, dokud se usazeniny zcela nerozpustí.

## Postup A: Příprava kuliček ProstateSelect

1. Důkladným pipetováním resuspendujte kuličky ProstateSelect; nevortexujte!
2. Vypočtete objem kuliček ProstateSelect nutný pro všechny zpracované vzorky (100  $\mu$ l na vzorek) a přeneste vypočtený objem do 1,5 ml reakční zkumavky (není součástí dodávky).

Jestliže zpracováváte více než 10 vzorků, použijte další 1,5 ml reakční zkumavky (nejsou součástí dodávky).

3. Vložte zkumavku do AdnaMag-S.
4. Po 1 minutě odstraňte supernatant pomocí pipety.

**Poznámka:** Při odstraňování supernatantu se nedotýkejte kuliček!

5. Kroky promývání:

- 5a. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.
  - 5b. Přidejte 1 ml PBS a opakovaným pipetováním resuspendujte kuličky.
  - 5c. Vložte magnetický posuvník zpět do AdnaMag-S.
  - 5d. Po 1 minutě odstraňte zcela supernatant pomocí pipety.
  - 5e. Opakujte dvakrát kroky 5a až 5d (celkem tři promytí).
6. Vyjměte zkumavku z AdnaMag-S a resuspendujte kuličky v PBS na původní objem (100 µl na vzorek). Pokračujte postupem "Postup B: Výběr nádorových buněk" níže.
- Postup B: Výběr nádorových buněk**

1. Při použití standardních EDTA zkumavek pipetujte 5 ml vzorku krve do 15ml sběrné zkumavky.

Při použití krve ACD-A ve zkumavce BD Vacutainer ACD-A přeneste 5 ml krve do AdnaTube.

**Poznámka:** AdnaTubes jsou povinné při použití zkumavek BD Vacutainer ACD-A.

2. Pipetováním důkladně resuspendujte kuličky ProstateSelect (připravené v kroku 6 postupu A) a 100 µl těchto kuliček přidejte do každého vzorku krve.
3. Pomalu otáčejte zkumavkami (asi 5 ot./min) po dobu 30 minut při teplotě laboratoře na zařízení, které umožňuje jak naklánění, tak otáčení.
4. Vložte zkumavky do AdnaMag-L bez magnetického posuvníku. Pohybem AdnaMag-L směrem dolů uvolněte kapky krve zachycené ve víčku.
5. Vložte magnetický posuvník a inkubujte zkumavky v AdnaMag-L po dobu 3 minuty při teplotě laboratoře.
6. 10 ml pipetou zcela odstraňte krevní supernatant, aniž byste se dotkli kuliček.

**Poznámka:** Při odstraňování supernatantu se nedotýkejte kuliček!

7. Kroky promývání:

- 7a. Z AdnaMag-L vyjměte magnetický posuvník.

- 7b. Přidejte 5 ml PBS. Uzavřete zkumavky a opatrným protřepáním AdnaMag-L 5krát tam a zpět resuspendujte komplexy magnetických kuliček s buňkami.
- 7c. Pohybem AdnaMag-L se zkumavkami dvakrát směrem dolů uvolněte kapky zachycené ve víčku.
- 7d. Vložte magnetický posuvník do AdnaMag-L a inkubujte 1 minutu při teplotě laboratoře.
- 7e. Pipetou zcela odstraňte supernatant.
- 7f. Opakujte dvakrát kroky 7a až 7e (celkem tři promytí).
8. Z AdnaMag-L vyjměte magnetický posuvník.
9. Resuspendujte komplexy magnetických kuliček s buňkami v 1 ml PBS a přeneste každý vzorek do 1,5 ml reakční zkumavky (není součástí dodávky).
10. Reakční zkumavky vložte do AdnaMag-S s magnetickým posuvníkem.  
**Poznámka:** Magnetický posuvník je možné do AdnaMag-S vložit dvěma způsoby. Vždy vkládejte posuvník bílým plastovým filmem směrem dopředu, abyste se ujistili, že magnety jsou v blízkosti reakčních zkumavek.
11. Po 1 minutě pipetou zcela odstraňte supernatant, aby optimálně proběhla následná buněčná lyze.
12. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.
13. Do každé reakční zkumavky přidejte 200 µl lytického/vazebného pufru (vytemperovaného na teplotu laboratoře). Nejméně 5krát pipetujte, aby došlo k resuspendaci.
14. Magnetický posuvník vložte do AdnaMag-S a inkubujte 1 minutu.
15. Supernatanty (buněčné lyzáty) přeneste do nových 1,5 ml reakčních zkumavek (je součástí dodávky).
16. Zlikvidujte zkumavky s kuličkami.
17. Okamžitě pokračujte s izolací mRNA (viz "Protokol: Detekce genové exprese související s nádorem prostaty vyjádřeného v obohacených nádorových buňkách pomocí AdnaTest ProstateCancerDetect", strana 17) nebo uchovejte buněčné lyzáty při max. -20 °C nejdéle 2 týdny.



# Protokol: Detekce genové exprese související s nádorem prostaty vyjádřeného v obohacených nádorových buňkách pomocí AdnaTest ProstateCancerDetect

## Důležité body, než začnete

- Před zahájením postupu si přečtěte “Upozornění a bezpečnostní opatření” (strana ), “11” (strana ) a “Skladování činidel a manipulace s nimi” (strana 12).
- Postupy A až C popisují izolaci mRNA a reverzní transkripci.
- Použijte dodané 1,5 ml sběrné zkumavky pouze pro označený krok protokolu.

## Co je třeba udělat, než začnete

- Zajistěte, aby byl pufr AdnaTest Lysis/Binding vytemperován na pokojovou teplotu. Jestliže pozorujete usazeniny, vytemperujte pufr na teplotu laboratoře a míchejte jej, dokud se usazeniny zcela nerozpustí.
- Vytemperujte RNA purifikační pufr A a RNA purifikační pufr B na teplotu laboratoře. Umístěte Tris-HCl pufr na led.
- Rozpusťte 10x pufr RT a dNTPs ze soupravy pro reverzní transkripci Sensiscript při teplotě laboratoře. Vortexujte. Krátce odstředěte a uložte na led. Rozmrazte vodu bez RNázy (součást soupravy pro reverzní transkripci Sensiscript).
- Nastavte termoblok nebo vodní lázeň na 65°C.

## Postup A: Příprava kuliček Oligo(dT)<sub>25</sub>

1. Důkladným pipetováním před použitím resuspendujte Dynabeads Oligo(dT)<sub>25</sub>; nevortexujte!

2. Vypočtete objem kuliček nutný pro všechny zpracované vzorky (20 µl na vzorek plus 10%) a přeneste vypočtený objem do 1,5 ml reakční zkumavky bez RNázy (není součástí dodávky).
3. Vložte zkumavku do AdnaMag-S.  
**Poznámka:** Magnetický posuvník je možné do AdnaMag-S vložit dvěma způsoby. Vždy vkládejte posuvník bílým plastovým filmem směrem dopředu, abyste se ujistili, že magnety jsou v blízkosti reakčních zkumavek.
4. Po 1 minutě odstraňte supernatant pomocí pipety.
5. Kroky promývání:
  - 5a. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.
  - 5b. Přidejte původní objem (krok 2, strana 18) lytického/vazebního pufru a opakovaným pipetováním resuspendujte kuličky. Resuspendaci provádějte opatrně, aby nedošlo ke zpěnění.
  - 5c. Vložte magnetický posuvník do AdnaMag-S.
  - 5d. Po 1 minutě zcela odstraňte supernatant.
  - 5e. Opakujte dvakrát kroky 5a až 5d (celkem dvě promytí).
6. Vyjměte zkumavku z AdnaMag-S a resuspendujte kuličky v lytickém/vazebném pufru na původní objem (krok 2, strana 18). Pokračujte "Postup B: izolace mRNA".

## Postup B: izolace mRNA

1. Přidejte 20 µl Oligo(dT)<sub>25</sub> kuliček (krok 6, výše) do každé zkumavky obsahující buněčný lyzát (krok 15, strana 16).
2. Pomalu otáčejte zkumavkami (asi 5 ot./min) po dobu 10 minut při teplotě laboratoře na zařízení, které umožňuje jak naklánění, tak otáčení.
3. Zkumavky vložte do AdnaMag-S bez magnetického posuvníku. Pohybem AdnaMag-S směrem dolů uvolněte kuličky a kapalinu zachycenou ve víčku.
4. Vložte magnetický posuvník a po 1 minutě odstraňte supernatanty.

5. Kroky promývání 1:

- 5a. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.
- 5b. Do každé zkumavky přidejte 100 µl promývacího pufru A a opakovaným pipetováním resuspendujte kuličky. Aby nedošlo ke ztrátě žádných kuliček, důkladně opláchněte víčko a stěnu zkumavky.
- 5c. Vložte magnetický posuvník do AdnaMag-S.
- 5d. Po 1 minutě zcela odstraňte supernatant.
- 5e. Opakujte dvakrát kroky 5a až 5d (celkem dvě promytí).

6. Kroky promývání 2:

- 6a. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.
- 6b. Do každé zkumavky přidejte 100 µl RNA promývacího pufru B. Pipetováním resuspendujte kuličky a přeneste do nových 1,5 ml reakčních zkumavek (dodáno).
- 6c. Vložte magnetický posuvník do AdnaMag-S.
- 6d. Po 1 minutě zcela odstraňte supernatant. Tento krok je nutné provádět velmi pečlivě (sledujte peletu), protože kuličky mohou klouzat a omylem může dojít k jejich odstranění.
- 6e. Opakujte jednou kroky 6a až 6d ve stejných reakčních zkumavkách (celkem dvě promytí).

7. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.

8. Do každé zkumavky přidejte 100 µl ledově studeného Tris-HCL pufru a pipetováním resuspendujte kuličky.

9. Vložte magnetický posuvník do AdnaMag-S.

10. Po 1 minutě zcela odstraňte supernatant.

11. Z AdnaMag-S vyjměte magnetický posuvník.

12. Resuspendujte komplex mRNA/kuličky v 14,75 µl vody bez RNázy.

13. Přeneste zkumavky do termobloku nebo vodní lázně a inkubujte 5 minut při 65°C.

14. Zkumavky okamžitě položte na led na nejméně 2 minuty.

15. Pokračujte ihned (do 5 minut) reverzní transkripcí (Postup C: Reverzní transkripce pomocí soupravy Sensiscript RT).

Komplex mRNA/kuličky neuchovávejte!

## Postup C: Reverzní transkripce pomocí soupravy Sensiscript RT.

1. Připravte RT Master Mix na ledu. PCR Master Mix se připravuje dle tabulky 1 podle počtu vzorků.

Objem Master Mixu by měl být o 10% větší, než jste vypočítali pro celkový počet reakcí reverzní transkripce. Vždy je nutné připravit reakci negativní kontroly bez přidání mRNA (kontrola RT).

2. RT Master Mix vortexujte. Krátce odstředte a pipetujte 5,25 µl pro každou reakci do 0,2ml PCR zkumavek.
3. Opatrně pomocí pipety resuspendujte komplexy mRNA/kuličky (krok 12, strana 19). Přeneste celkový objem do 0,2 ml PCR reakční zkumavky obsahující RT Master Mix. Opakovaným pipetováním důkladně promíchejte.

**Tabulka 1. Nastavení reakce reverzní transkripce**

Součást	Objem
<b>RT Master Mix</b>	
10x Buffer RT (10x pufr RT)	2,0 µl
dNTP Mix (5 mM každý dNTP)	2,0 µl
Rnase inhibitor (Inhibitor Rnázy), 40 U/µl (Promega)	0,25 µl
Sensiscript Reverse Transcriptase (Reverzní transkriptáza Sensiscript)	1,0 µl
<b>Templátová RNA*</b>	14,75 µl
mRNA/bead complex or RNase free water (Komplex mRNA/kuličky nebo vody bez Rnázy)	
<b>Celkový objem</b>	<b>20,0 µl</b>

\* Jako kontrolu RT přidejte místo komplexu mRNA/kuličky 14,75 µl vody bez RNázy. Objem komplexu mRNA/kuličky se může mírně lišit. V každém případě pro reverzní transkripci použijte celkový objem!

4. cDNA se syntetizuje v termocykleru za následujících podmínek (tabulka 2).

**Tabulka 2. Program reverzní transkripce**

Teplota	Čas
37°C	60 minut
93°C	5 minut
4°C	∞

5. Reakční zkumavky s cDNA uložte na led nebo je můžete uchovat při max. –20 °C nejdéle 4 týdny.

Pokračujte s “Protokol: Multiplex a Singleplex PCR”, strana 21.

# Protokol: Multiplex a Singleplex PCR

## Důležitý bod před zahájením

- Před zahájením postupu si přečtěte “Upozornění a bezpečnostní opatření” (strana ), “11” (strana ) a “Skladování činidel a manipulace s nimi” (strana 12).

## Co je třeba udělat, než začnete

- Rozmrazit HotStarTaq Master Mix (QIAGEN), AdnaTest PrimerMix ProstateDetect, AdnaTest Positive Control Prostate, AdnaTest PrimerMix AR-Detect, AdnaTest Positive Control AR a vodu bez R-Názy. Krátce odstředíte a uložíte na led.

## Postup A: Multiplex PCR (AdnaTest ProstateDetect)

1. PCR Master Mix se připravuje dle tabulky 3 podle počtu vzorků.

Výpočet objemu PCR Master Mix by měl zahrnovat alespoň 10 % objemu navíc.

Pamatujte, že vždy je nutné zařadit AdnaTest pozitivní prostatickou kontrolu, vodu bez RNázy jako negativní kontrolu a RT kontrolu.

2. Pro každou přípravu nadávkujte 21,0 µl PCR Master Mixu do 0,2 ml PCR reakčních zkumavek. Pipetováním resuspendujte směs cDNA/kuliček a přidejte jí 4,0 µl do každé reakční zkumavky.

**Poznámka:** Jako negativní kontrolu přidejte místo cDNA 4,0 µl vody bez RNázy.

**Tabulka 3. Příprava Multiplex-PCR**

Součást	Objem
<b>Multiplex PCR master mix</b>	
HotStarTaq master mix	12,5 µl
RNase-free water (Voda bez RNázy)	4,5 µl
PrimerMix ProstateDetect	4,0 µl
cDNA nebo RT kontrola nebo negativní kontrola (voda bez RNázy) nebo pozitivní kontrola (C+) každý:	4,0 µl
<b>Celkový objem</b>	<b>25,0 µl</b>

3. Pro PCR se používá termocycler podle programu popsaného v tabulce 4. Spustíte termocycler s nárůstem teploty 2°C/s. Během PCR proběhne celkem 42 cyklů.

**Tabulka 4. PCR program cyklování**

	Teplota	Čas
<b>Iniciační aktivační krok</b>	95°C	15 minut
<b>Cyklování ve 3 krocích:</b>		
Denaturace:	94°C	30 sekund
Hybridizace:	61°C	30 sekund
Elongace:	72°C	30 sekund
Počet cyklů:	42	
<b>Konečná elongace:</b>	72°C	10 minut
<b>Chlazení:</b>	4°C	∞

## Postup B: Singleplex PCR (AdnaTest AR-Detect)

1. PCR Master Mix se připravuje dle tabulky 5 podle počtu vzorků.

Výpočet objemu PCR Master Mix by měl zahrnovat alespoň 10 % objemu navíc.

Pamatujte, že vždy je nutné zařadit AdnaTest pozitivní kontrolu prostaty, vodu bez RNázy jako negativní kontrolu a RT kontrolu.

2. Pro každou přípravu nadávkujte 21,0 µl PCR Master Mixu do 0,2 ml PCR reakčních zkumavek. Pipetováním resuspendujte směs cDNA/kuliček a přidejte jí 4,0 µl do každé reakční zkumavky.

**Poznámka:** Jako negativní kontrolu přidejte místo cDNA 4,0 µl vody bez RNázy.

Tabulka 5. Příprava Singleplex-PCR

Součást	Objem
<b>Singleplex-PCR master mix</b>	
HotStarTaq master mix	12,5 µl
RNase-free water (Voda bez RNázy)	4,5 µl
PrimerMix AR-Detect	4,0 µl
cDNA nebo RT kontrola nebo negativní kontrola (voda bez RNázy) nebo pozitivní kontrola (C+) každý:	4,0 µl
<b>Celkový objem</b>	<b>25,0 µl</b>

3. Pro PCR se používá termocykler podle programu popsaného v tabulce 6. Spustte termocykler s nárůstem teploty 2°C/s. Během PCR proběhne celkem 35 cyklů.



Tabulka 6. PCR program cyklování

	Teplota	Čas
<b>Iniciační aktivační krok</b>	95°C	15 minut
<b>Cyklování ve 3 krocích (35 cyklů):</b>		
Denaturace:	94°C	30 sekund
Hybridizace:	60°C	30 sekund
Elongace:	72°C	60 sekund
Počet cyklů:	35	
<b>Konečná elongace:</b>	72°C	10 minut
<b>Chlazení:</b>	4°C	∞

## Interpretace výsledků

### Analýza fragmentu na Agilent 2100 Bioanalyzer

Doporučujeme analýzu pomocí Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies) na DNA 1000 LabChip®. Postupujte podle pokynů v příručce k DNA 1000 LabChip a dbejte na to, aby nedošlo k přenosu kuliček do LabChip. Magnetické kuličky v gelu mohou být příčinou nesprávných výsledků.

1. Spustíte software přístroje Bioanalyzer **2100 expert**. Zvolte „**Instrument**“ (**Nástroj**) pod „**Contexts**“ (**Prostředí**) a pak klikněte na tlačítko „**Assay**“ (**Test**) vedle „**Assay Selection**“ (**Volba testu**).
2. Zvolte „**Electrophoresis**“ (**Elektroforéza**) > **DNA 1000 Series II.xsy**. Připravte čip a spusťte cyklus.
3. Pro vyhodnocení výsledků nastavte prahovou hodnotu detekce:

- 3a. Zvolte „**Data**“ (Údaje) pod „**Contexts**“ a pak klikněte na tabulku „**Assay Properties**“ (Vlastnosti testu) tab. Zvolte „**Global**“ (Celkově) a „**Normal**“ (Normálně) z rozevírací nabídky vpravo.
- 3b. Zvolte „**Sample Setpoints**“ (Nastavovací hodnoty vzorku) > „**Integrator**“ (Integrátor) > „**height threshold (FU)**“ (Prahová výška) (Nastavené body vzorku > Integrátor > prahová hodnota výšky píku) a abyste mohli detekovat všechny signály, nastavte tuto hodnotu na **0** (výchozí hodnota je **20**).

### Analýza výsledků AdnaTest ProstateDetect


Test je pozitivní, pokud je jasně detekován PCR fragment nejméně jednoho nádorového transkriptu (PSMA, PSA nebo EGFR).

Pomocí Agilent 2100 Bioanalyzer jsou maxima s koncentrací  $\geq 0,10$  ng/ $\mu$ l pro pozitivní (obr. 3).

Fragment kontrolního genu pro aktin musí být detekován ve všech vzorcích pacientů (interní kontrola PCR). Signál aktinu poskytuje pozitivní kontrolu úspěšné separace buněk, reverzní transkripce a Multiplex-PCR. Vzorky negativní kontroly a RT kontroly nesmí vykázat žádné pásy delší než 80 párů bází (dimery primerů).

Fragment delší než 900 bp označuje kontaminaci genomovou DNA. Separační proces nebyl úspěšný a výsledky jsou v tomto případě neplatné.

**DŮLEŽITÉ: Pokud není protokol přesně dodržen, může to mít za následek falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledky.**




**Obrázek 3. Výsledky vzorků testu AdnaTest ProstateCancerDetect analyzovaných na analyzátoru Agilent 2100 Bioanalyzer.** První pruh ukazuje hmotnostní standard DNA (DNA-Ladder). Vzorek 1 je pozitivní na EGFR, vzorek 2 na PSMA a PSA a vzorek 3 je pozitivní na PSMA, PSA a EGFR. Vzorek 4 je negativní. Aktin je detekován ve vzorcích 1 až 4. PCR negativní (C-) a pozitivní kontrola (C+) jsou v posledních dvou pruzích.

### Analýza výsledků AdnaTest AR-Detect

Pomocí Agilent 2100 Bioanalyzer jsou maxima s koncentrací  $\geq 0,15$  ng/ $\mu$ l pro AR pozitivní (obr. 4).

Fragment kontrolního genu pro aktin musí být detekován ve všech vzorcích pacientů (interní kontrola PCR). Signál aktinu poskytuje pozitivní kontrolu úspěšné separace buněk, reverzní transkripce a Singleplex-PCR. Vzorky negativní kontroly a RT kontroly nesmí vykázat žádné pásy delší než 80 párů bází (dimery primerů).

**DŮLEŽITÉ: Pokud není protokol přesně dodržen, může to mít za následek falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledky.**



**Obrázek 4. AdnaTest ProstateCancerDetect výsledky singleplex PCR vzorků. První pruh ukazuje hmotnostní standard DNA (DNA-Ladder). Vzorky 1 až 3 a vzorek 5 jsou pozitivní na AR. Vzorek 4 je negativní. PCR negativní (C-) a pozitivní kontrola (C+) jsou v posledních dvou pruzích.**

---

## Řešení problémů

Uvedené návody mohou pomoci při řešení potíží, které mohou nastat při práci se systémem. Další informace můžete najít také mezi častými dotazy (FAQ) na stránkách našeho centra technické podpory: [www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx](http://www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx). Vědci z technické podpory QIAGEN vždy rádi zodpoví Vaše otázky ohledně údajů a/nebo protokolů v tomto manuálu i obecně k technologiím pro přípravu vzorků a jejich rozborů (možnosti navázání kontaktu viz zadní strana nebo navštivte [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)).

## Kontrola kvality

V souladu se systémem řízení jakosti společnosti QIAGEN certifikovaným podle norem ISO byla každá šarže sady AdnaTest ProstateCancerSelect a AdnaTest ProstateCancerDetect testována podle předem stanovených kritérií, aby byla zaručena jednotná kvalita produktu.

## Omezení

Všechny reagencie se smí používat výhradně pro diagnostiku in vitro.

Produkt by měli používat pouze pracovníci, kteří jsou speciálně poučení a vyškoleni v metodice diagnostiky in vitro.

Je důležité, aby si obsluha před použitím systému důkladně přečetla pokyny k použití.

Přesné dodržování pokynů k použití je bezpodmínečně nutné k dosažení optimálních výsledků PCR.

Zkontrolujte data expirace vytištěná na obalu a štítcích všech součástí. Nepoužívejte součásti po jejich datu expirace.

Jakékoliv získané diagnostické výsledky se musí interpretovat v kontextu ostatních klinických nebo laboratorních nálezů.

## Charakteristika účinnosti

### Záchyt

Dvě prostatické nádorové buňky LnCap z kultivace byly přidány do krevních vzorků od zdravých dárců krve s cílem zjistit míry záchytu testu AdnaTest ProstateCancerSelect/Detect (tabulka 7).

**Tabulka 7. Míra záchytu testu AdnaTest ProstateCancer nádorových buněk přidáných do krevních vzorků od zdravých dárců krve**

	Počet pozitivních	Celkový počet vzorků
Dvě nádorové buňky přidány do 5 ml krve	38 (95%)	40

Při detekci 2 nádorových buněk přidáných do 5 ml krve od zdravých dárců je míra záchytu 95 %.

### Specifita

Testem AdnaTest ProstateCancerSelect/Detect bylo analyzováno 40 zdravých dárců s cílem stanovit míru falešně pozitivních výsledků při dané hraniční hodnotě (zahrnutá koncentrace fragmentů 0,10 ng/μl pro každý testovaný gen kromě aktinu).

**Tabulka 8. Stanovení specifity**

Kontroly	Celkový počet vzorků	Počet falešně pozitivních	Specifita (%)
Zdraví dárci	40	0 (0%)	100

Test AdnaTest ProstateCancerSelect/Detect vykázal specificku 100 % (tabulka 8).

## Reprodukovatelnost

Do každého ze dvaceti vzorků krve od zdravých dárců bylo přidáno 10 prostatických nádorových buněk LnCap. Reprodukovatelnost testu AdnaTest ProstateCancerSelect/Detect byla stanovena pomocí analýzy vzorků krve dvěma obsluhami. Reprodukovatelnost v rámci testu i mezi testy byla 100 % (tabulka 9).

**Tabulka 9. Reprodukovatelnost testu AdnaTest ProstateCancer Select/Detect**

Obsluha	Pozitivní výsledky/vzorky testu AdnaTest	Reprodukovatelnost v rámci testu (%)	Reprodukovatelnost mezi testy (%)
A	10/10	100	100
B	10/10	100	100

## Přesnost

Přesnost byla stanovena po smíchání alikvotních podílů cDNA a analyzování pomocí testu AdnaTest ProstateCancerDetect. Dvě obsluhy analyzovaly 30 vzorků cDNA ve třech nezávislých měřeních po 10 vzorcích. Přesnost v rámci testu i mezi testy byla 100 % (tabulka 10).

**Tabulka 10. Přesnost testu AdnaTest ProstateCancerDetect**

Obsluha	Pozitivní výsledky/vzorky testu AdnaTest	Přesnost v rámci testu (%)	Přesnost mezi testy (%)
A	30/30	100	100
B	30/30	100	100

## Interferující látky

### Antikoagulancia

Při odběru a přepravě krve je nutné používat antikoagulancia. Nicméně použití heparinu a citrátu způsobuje po přidání imunomagnetických kuliček AdnaTest agregaci, což může zabránit získání výsledků testu nebo přinést nesprávné výsledky. EDTA a ACDA (citrát/dextróza/roztok adeninu A) jsou však kompatibilní s imunomagnetickými kuličkami AdnaTest.

### Hemolýza

K hemolýze vzorků krve (frakce plazmy se jeví červená) dochází ve většině případů vinou nesprávné přepravy nebo nesprávných skladovacích podmínek. Tyto vzorky mohou dávat falešně negativní výsledky a je nutné je zlikvidovat.

### Chemoterapeutika, přípravky pro cílenou léčbu a antihormonální režimy léčby

Chemoterapeutika (taxany, cisplatina, oxaliplatina, 5 fluorouracil, antracyklin, irinotecan) jsou silné cytotoxiny a způsobují poškození nebo rychlý zánik buněk ve vzorku krve. Toto přináší při použití imunomagnetických kuliček AdnaTest vysokou pravděpodobnost falešně negativních výsledků. Po podání těchto látek potřebuje lidské tělo asi 5–7 dní na detoxikaci (tabulka 11). Vzorky krve odebrané během tohoto období se nesmí používat v testu s imunomagnetickými kuličkami AdnaTest.

**Tabulka 11. Poločasy chemoterapeutik**

Přípravek	Poločas	Literatura
5-Fluorouracil	Až 20 minut	<a href="http://www.drugs.com/pro/fluorouracil-injection.html">www.drugs.com/pro/fluorouracil-injection.html</a>
Docetaxel	Až 11,1 hodin	<a href="http://www.drugs.com/pro/docetaxel.html">www.drugs.com/pro/docetaxel.html</a>
Cis-platinum	Až 30 minut	<a href="http://www.drugs.com/pro/cisplatin.html">www.drugs.com/pro/cisplatin.html</a>
Carbo-platinum	Až 5,9 hodin	<a href="http://www.drugs.com/pro/carboplatin.html">www.drugs.com/pro/carboplatin.html</a>
Paclitaxel	Asi 25,4 hodin	<a href="http://www.drugs.com/pro/paclitaxel.html">www.drugs.com/pro/paclitaxel.html</a>



---

Stejná doporučení platí i pro režimy cílené léčby, když jsou protilátky (Herceptin<sup>®</sup>, bevacizumab, cetuximab atd.), tyrozinkinázové blokátory (olaparib, Iressa<sup>®</sup>, Erbitux<sup>®</sup>, lapatinib atd.) a antihormonální léky (tamoxifen, abirateron, enzalutamid atd.) podávány jako jediné léčivo nebo v kombinaci s chemoterapeutiky.

V klinických hodnoceních prokazujících prognostickou hodnotu cirkulujících nádorových buněk (CTC), které byly identifikovány a charakterizovány pomocí imunomagnetických kuliček AdnaTest, nebyla zjištěna žádná negativní interference chemoterapeutik, cílených terapií nebo antihormonálních terapií za předpokladu, že byla dodržena čekací doba nejméně 7 dní po posledním podání léku. Navíc je nepravděpodobný negativní dopad běžných souběžně podávaných léků (Aspirin, ibuprofen, aprepitant, steroidy atd.), nicméně se sleduje.

## Interferující podmínky

### Srážení krve

Během klinických hodnocení jsme pozorovali srážení krve po inkubaci s imunomagnetickými kuličkami *AdnaTest* – nejčastěji u pacientů v pozdním stádiu onemocnění. Vzorky krve, které vykazují znaky srážení, se v testu *AdnaTest* obtížně zpracovávají kvůli zvýšené viskozitě a obtížím při pipetování. Obsahují i nepřijatelně velké množství kontaminujících leukocytů, což vede k falešně pozitivním výsledkům. Takové vzorky je nutné zlikvidovat.

### Benigní organická onemocnění a chronické zánětlivé stavy

Benigní organická onemocnění a chronické záněty, jako jsou artritida, benigní hyperplazie prostaty (BPH), Crohnova choroba atd., nevedou k falešně pozitivním výsledkům testu *AdnaTest*.

## Akutní alergie

U akutních alergických stavů se po obohacení CTC pomocí imunomagnetických kuliček AdnaTest vyskytuje zvýšený počet kontaminujících leukocytů. Takže falešně pozitivní výsledky není možné plně vyloučit.

## Klinické studie

Během léčby docetaxelem bylo sledováno 12 pacientů s metastatickým karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci (CRPC). První vzorek byl analyzován při vstupní návštěvě a 2 další vzorky byly analyzovány během následných návštěv.

S ohledem na aktivaci androgenového receptoru (AR) bylo jasně dokázáno, že aktivace a deaktivace AR silně koreluje s mírou eliminace CTC způsobenou léčebným zásahem. Nicméně míra positivity klesla během léčby ze 70 % při vstupní návštěvě na přibližně 35 % během následné návštěvy a pozitivita AR se snížila z 55 % na přibližně 11 %. Kvůli léčbě jsou AR pozitivní CTC subklony léčbou docetaxelem dotčeny více než AR negativní CTC. Tato zjištění dobře korelují s poznatky autorů Darshan et al. 2011, kdy bylo zjištěno taxany indukované blokování transportu AR do jádra a AR signalizace.

Tato zjištění ukazují na specifickou a citlivou detekci CTC v klinických vzorcích nádoru prostaty i vyhodnocení genetických profilů spojených s léčebnými cíli.

## Literatura

Darshan, M.S. et al. (2011) Taxane-Induced Blockade to Nuclear Accumulation of the Androgen Receptor Predicts Clinical Responses in Metastatic Prostate Cancer. *Cancer Res.* 15. září 2011; **71(18)**: 6019-6029. Publikováno online 28. července 2011. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-11-1417.

# Zkratky

AdnaMag-L	Koncentrátor magnetických částic (-velký)
AdnaMag-S	Koncentrátor magnetických částic (-malý)
AR	Androgenový receptor
bp	Páry bází
C+	Pozitivní kontrola
C-	Negativní kontrola
cDNA	Komplementární deoxyribonukleová kyselina
DNA	Deoxyribonukleová kyselina
dNTPs	Deoxynukleotidové trifosfáty
EGFR	Receptor epidermálního růstového faktoru
kb	kilobáze
mRNA	Mediátorová ribonukleová kyselina
PCR	Polymerázová řetězová reakce
PSA	Prostatický specifický antigen
PSMA	Prostatický specifický membránový antigen
R-Náza	Ribonukleáza
ot/min	Otáčky za minutu
RT	Reverzní transkripce

# Symboly



Obsahuje činidla pro <N> testů



Datum použitelnosti



Teplotní rozmezí



Katalogové číslo



Další informace viz návod k použití



Výrobce



Prostředek zdravotnické techniky pro diagnostiku in vitro



Číslo materiálu



Globální číslo obchodní položky

# Informace pro objednání

Výrobek	Obsah	Kat. č.
AdnaTest ProstateCancerSelect	Pro izolaci CTC a následnou extrakci mRNA z plné lidské krve pro 12 přípravků	395432
AdnaTest ProstateCancerDetect	Souprava RT-PCR pro detekci genové exprese související s nádorem prostaty v obohacených nádorových buňkách	396432
<b>Související produkty</b>		
AdnaTubes	12 zkumavek se vzorky obsahujících EDTA. Používejte pouze antikoagulovanou krev sesbíranou v A-CDA sběrných zkumavkách z BD.	399932
AdnaMag-L	Pro 8 zkumavek, 15 ml	399921
AdnaMag-S	Pro 8 zkumavek, 1,5 ml	399911
Sensiscript RT Kit (50)	Pro 50 reverzních transkripčních reakcí:* Sensiscript Reverse Transcriptase, 150 µl 10x Buffer RT, 100 µl dNTP Mix (obsahuje 5 mM z každé dNTP), 1,1 ml vody bez R-Názy	205211
HotStarTaq Master Mix Kit (250 U)	3 x 0,85 ml HotStarTaq Master Mix (obsahuje 250 jednotek HotStarTaq DNA polymerázy, PCR pufr s 3 mM MgCl <sub>2</sub> , a 400 µM z každé dNTP) a 2 x 1,7 ml vody bez R-Názy	203443

\* Souprava pro reverzní transkripci Sensiscript (kat. č. 50) postačí pouze pro 25 vzorků pomocí ProstateCancerDetect, protože pro každou reakci je nutný dvojnásobný objem.

Aktuální licenční informace a odmítnutí odpovědnosti specifická pro výrobek jsou uvedeny v příručce pro sadu QIAGEN nebo příručce uživatele. Příručky k soupravám QIAGEN a uživatelské příručky jsou k dispozici na stránkách [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) nebo si je lze vyžádat od technických služeb společnosti QIAGEN nebo místního distributora.

#### **Smlouva o omezené licenci na AdnaTest ProstateCancerSelect a AdnaTest ProstateCancerDetect**

Používáním tohoto produktu vyjadřuje kterýkoliv kupující nebo uživatel produktu svůj souhlas s následujícími podmínkami:

1. Tento výrobek se může používat výhradně v souladu s protokoly poskytnutými s tímto výrobkem a touto příručkou a pro použití pouze s komponenty dodanými v soupravě. Společnost QIAGEN neposkytuje žádnou licenci svých duševních práv k používání nebo začlenění součástí, které jsou obsaženy v této soupravě, společně s kterýmikoliv součástmi, které nejsou v této soupravě obsaženy, s výjimkou případů popsaných v této příručce a dalších protokolech dostupných na stránkách [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Některé z těchto doplňujících protokolů byly poskytnuty uživateli výrobků společnosti QIAGEN pro jiné uživatele výrobků QIAGEN. Tyto protokoly nebyly důkladně testovány ani optimalizovány společností QIAGEN. Společnost QIAGEN nezaručuje ani neposkytuje záruku na to, že neporušují práva třetích stran.
2. Společnost QIAGEN neposkytuje žádnou jinou záruku než výslovně stanovené licence v tom smyslu, že tato sada a/nebo její použití nenarušuje práva třetích stran.
3. Tato sada a její komponenty jsou licencovány k jednorázovému použití a nesmí se používat opakovaně, přeprocessovat ani opakovaně prodávat.
4. Společnost QIAGEN specificky odmítá jakékoli další výslovné nebo nepřímé licence s výjimkou těch, které jsou uvedeny výslovně.
5. Kupující a uživatel této sady souhlasí s tím, že nepodnikne ani nikomu jinému neumožní podniknout žádné kroky, které by mohly vést k jakémukoli shora zakázané činnosti nebo ji usnadnit. Společnost QIAGEN může prosazovat zákazy tohoto ujednání o omezené licenci u kteréhokoliv soudu, a bude vyžadovat kompenzaci za veškeré náklady vynaložené na vyšetřování a soudní výlohy včetně poplatků za právní zástupce v případě jakéhokoliv soudního sporu s cílem prosadit toto ujednání o omezené licenci nebo kteréhokoliv ze svých práv k duševnímu vlastnictví v souvislosti se soupravou nebo jejími součástmi.

Pro aktualizovaná licenční ustanovení viz [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, HotStarTaq®, Sensiscript® (skupina QIAGEN); Agilent® (Agilent Technologies, Inc.); ERBITUX® (ImClone LLC., plně vlastněná pobočka společnosti Eli Lilly and Company); Herceptin® (Genentech, Inc.); IRESSA® (skupina AstraZeneca) LabChip® (Caliper Life Sciences, Inc.); Sarstedt®, S-Monovette® (Sarstedt AG and Co.); Vacutainer® (Becton Dickinson and Company).

HB-2396-001 © 2017 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.

---

Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.

---

Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.



---

Tato stránka je úmyslně ponechána prázdná.

---

Objednávky [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | Technická podpora [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Webová stránka  
[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)