

**REF** **800102 NeuMoDx™ HBV Calibrators**
**R only**

FORSIGTIG: Kun til eksport fra USA

**IVD** **Til in vitro-diagnostisk brug med NeuMoDx 288 og NeuMoDx 96 Molecular System**

*Opdateringer til indlægssedler kan findes på: [www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu)*

*For flere oplysninger henvises til brugervejledningen til NeuMoDx 288 Molecular System, p/n 40600108 [REF 500100]*



*For flere oplysninger henvises til brugervejledningen til NeuMoDx 96 Molecular System, p/n 40600317 [REF 500200] eller P/N 40600655 [REF 500201]*

*Se også brugsanvisningen til NeuMoDx HBV Quant Test Strip; p/n 40600136*

**TILSIGTET ANVENDELSE**

NeuMoDx HBV Calibrators er en komponent i NeuMoDx HBV Quant Assay, en *in vitro*-diagnostisk nukleinsyreamplifikationstest, som er beregnet til påvisning og kvantivering af hepatitis B-virus (HBV) DNA i humant plasma og serum. Efter implementering i det fuldt automatiserede NeuMoDx 288 Molecular System eller NeuMoDx 96 Molecular System (NeuMoDx System(s)) anvendes NeuMoDx HBV Calibrators til at fastlægge en kalibreringskoefficient i forbindelse med standardkurven for et bestemt lot af NeuMoDx HBV Quant Test Strip, som muliggør nøjagtig kvantivering af HBV-DNA i humane plasma- og serumprøver. HBV-målet i disse kalibratorer er sporbart i henhold til WHO 4<sup>th</sup> HBV International Standard.

**OVERSIGT OG FORKLARING**

NeuMoDx HBV Calibrators består af tre parrede sæt af lave positive kalibratorer og høje positive kalibratorer. Der behandles en lav positiv og en høj positiv kalibrator (1 sæt) hver 90. dag eller med hvert nyt lot af NeuMoDx HBV Quant Test Strips for at fastlægge en gyldig kalibrering af NeuMoDx HBV Quant Assay. Begge HBV-kalibratorer indeholder et ikke-infektiøst indkapslet HBV-mål, der er fortyndet i Basematrix 53 Diluent (Basematrix) (Seracare Life Sciences, Inc., Milford, MA, USA).

NeuMoDx HBV Quant Assay kombinerer automatiseret DNA-ekstraktion, amplifikation og påvisning med reeltids-PCR for at opnå den kvantitative påvisning af HBV-DNA i humane plasma- og serumprøver. De resultater, der opnås ved behandling af NeuMoDx HBV Calibrators, anvendes på den gemte standardkurve og bruges til at generere en kalibreringskoefficient, som bruges til automatisk at justere standardkurven for små variationer på tværs af systemer eller teststrimmelloft. Anvendelsen af både standardkurven og af den system-/lotspecifikke kalibreringskoefficient tillader nøjagtig kvantivering af HBV DNA i de humane kliniske prøver.

Desuden gør sporbarheden af disse kalibratorer i henhold til WHO 4<sup>th</sup> HBV International Standard det muligt for laboratorierne at sikre, at de resultater, der opnås gennem brug af NeuMoDx HBV Quant Assay, er konsistente for alle reagenslot, systemer og operatører.

**PROCEDUREPRINCIPPER**

NeuMoDx HBV Calibrators indeholder prøver, der er blevet formuleret, så de efterligner naturligt forekommende humane plasma- og serumprøver prøver med HBV-DNA. Det indkapslede materiale, der bruges i disse kalibratorer, giver mulighed for at bekræfte effekten af nukleinsyreakstruktionen og PCR-amplifikation i realtid og påvisning, hvorved hele testprocessen kalibreres. Der behandles et sæt kalibratorer med 90 dages mellemrum eller ved en ændring i NeuMoDx System, softwaren eller NeuMoDx HBV Quant Test Strip-lot. NeuMoDx System behandler automatisk hver enkelt kalibrator tre gange. Denne rutinemæssige behandling af NeuMoDx HBV Calibrators gør det muligt for laboratorier at sikre nøjagtigheden af testresultater for humane kliniske prøver, der behandles inden for gyldighedsperioden. Disse kalibratorer behandles på samme måde som ved behandling af humane kliniske prøver, der er beregnet til kvantitativ HBV-test.

Softwareen i NeuMoDx System advarer automatisk operatøren om, hvornår en kalibrering er påkrævet. Under behandlingen kontrolleres kriterierne for kalibratoren automatisk af NeuMoDx System-softwaren. Hvis færre end to kalibratorreplikater er gyldige, gør softwaren automatisk kørslen ugyldig. Prøver i en kørslen, der er gjort ugyldig, skal testes igen med et nyt sæt kalibratorer og kontroller.

Efter en vellykket behandling af NeuMoDx HBV Calibrators registrerer systemsoftwaren automatisk gyldigheden af de behandlede kalibratorer i en periode på 90 dage, medmindre der udføres ændringer i systemet, så gyldighedsperioden udløber. NeuMoDx System-softwaren underretter automatisk brugeren om at behandle nye kalibratorer, når de gyldighedsperioden for den tidligere behandlede kalibrator er udløbet, og den tillader ikke behandling af patientprøver, før der er defineret en ny periode.


**REAGENSER/FORBRUGSVARER**
**Medfølgende materiale**

REF	Indhold	Tests pr. enhed	Tests i alt pr. kit
800102	<b>NeuMoDx HBV Calibrators</b> <i>Høje og lave HBV-kalibratorsæt til engangsbrug til at fastlægge standardkurvens gyldighed (1 hætteglas for hvert niveau = 1 sæt)</i>	1 sæt	3

**Nødvendige materialer, der ikke medfølger (kan fås separat hos NeuMoDx)**

REF	Indhold
201300	<b>NeuMoDx HBV Quant Test Strip</b> Tørrede PCR-reagenser med HBV- og SPC1-specifikke TaqMan®-prober og primere
100200	<b>NeuMoDx Extraction Plate</b> Tørrede paramagnetiske partikler, lytisk enzym og prøveproceskontroller
900102	<b>NeuMoDx HBV External Controls</b> HBV-positive eksterne kontrolsæt og HBV-negative eksterne kontrolsæt til engangsbrug til at fastlægge den daglige gyldighed af NeuMoDx HBV Quant Assay
400400	<b>NeuMoDx Lysis Buffer 1</b>
400100	<b>NeuMoDx Wash Reagent</b>
400200	<b>NeuMoDx Release Reagent</b>
100100	<b>NeuMoDx Cartridge</b>
235903	<b>Hamilton CO-RE/CO-RE II-spidser (300 µl) med filtre</b>
235905	<b>Hamilton CO-RE/CO-RE II-spidser (1000 µl) med filtre</b>

**Nødvendige instrumenter**

NeuMoDx 288 Molecular System [REF 500100] eller NeuMoDx 96 Molecular System [REF 500200 eller 500201]



### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- NeuMoDx HBV Calibrators er kun til *in vitro*-diagnostisk brug sammen med NeuMoDx HBV Quant Test Strip efter implementering i NeuMoDx System.
- Brug ikke NeuMoDx HBV Calibrators efter den angivne udløbsdato.
- NeuMoDx HBV Calibrators må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget, eller indholdet ikke er frossent ved modtagelsen.
- Prøver skal altid behandles som værende smittefarlige og i overensstemmelse med sikre laboratorieprocedurer som dem, der er beskrevet i Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories<sup>1</sup> og i CLSI-dokument M29-A4.<sup>2</sup>
- Der må ikke pipetteres med munden. Der må ikke ryges, drikkes eller spises på områder, hvor der håndteres prøver eller reagenser.
- Bortskaf ubrugte reagenser og affald i overensstemmelse med nationale, provinsielle, statslige og lokale bestemmelser.
- Der skal bruges rene, puddefri nitrilhandsker ved håndtering af alle NeuMoDx-reagenser og forbrugsvarer.
- Vask hænderne grundigt, når testen er udført.
- Sikkerhedsdatablade (Safety Data Sheets, SDS'er) for hvert reagens (efter relevans) findes på [www.qiagen.com/safety](http://www.qiagen.com/safety).
- Må ikke genbruges.
- Bær altid en passende laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Du kan få flere oplysninger på de relevante sikkerhedsdatablade (Safety Data Sheets, SDS).

### Oplysninger til brug i nødstilfælde

CHEMTREC

Uden for USA og Canada +1 703-527-3887

### Bortskaffelse

Bortskaf som biologisk farligt affald i henhold til gældende lokale og nationale regler. Dette gælder også ubrugte produkter.

Følg anbefalingerne på sikkerhedsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS).



### PRODUKTOPBEVARING, -HÅNDTERING OG -STABILITET

- NeuMoDx HBV Calibrators leveres med tøris for at holde dem nedfrosne. Brug ikke indholdet, hvis det ikke er frossent ved modtagelsen.
- Det anbefales at opbevare NeuMoDx HBV Calibrators ved -15 °C til -20 °C for at sikre stabiliteten.
- Kalibratorrørene er kun beregnet til engangsbrug. De optøede kalibratorer kan opbevares ved 4 °C i højst 24 timer.
- Nedfrysning efter optøning frarådes.

- Selv om NeuMoDx HBV Calibrators er ikke-infektions, skal alt anvendt materiale kasseres efter brug som biologisk farligt affald for at mindske risikoen for kontaminering som følge af den indeholdte målnukleinsyre.
- Bortskaf eventuelle kalibratorer, der har et grumset udseende eller indeholder tydeligt bundfald efter optøning.

### **BRUGSANVISNING**

1. NeuMoDx HBV Calibrators skal behandles ved følgende scenarier:
  - a. Gyldighed af tidligere fastlagt kalibrering er udløbet (efter 90 dage)
  - b. Kalibreringens gyldighed er ikke fastlagt i NeuMoDx System(s)
  - c. Kalibreringens gyldighed er ikke fastlagt for et bestemt lot NeuMoDx HBV Quant Test Strips
  - d. NeuMoDx System-softwaren er blevet ændret
2. Hvis en gyldig kalibrering ikke findes, vil NeuMoDx System bede bruger om at behandle kalibratorer (og eksterne kontroller), inden prøveresultaterne kan rapporteres.
3. Hvis kalibratorer er påkrævet, behandles NeuMoDx HBV Calibrators (1 høj kalibrator og 1 lav kalibrator):

<b>NeuMoDx HBV Calibrator</b>	<b>Farveskema for etiketter</b>
Høj kalibrator (HCHBV)	Grøn
Lav kalibrator (LCHBV)	Blå

4. Hent et sæt NeuMoDx HBV Calibrators fra fryseren, og lad dem stå i stuetemperatur (15-30 °C), indtil de er tøet helt.
5. Bland indholdet forsigtigt i en vortexer, så det er homogenet.
6. Sæt kalibratorhætteglassene ind i en standardudgave af prøverørholderen til 32 rør, og sørge for, at hætterne er taget af alle rør.
7. Anbring prøverørholderen på hylden til automatisk isætning, og brug berøringsskærmen til at isætte holderen i på arbejdsbordet til NeuMoDx System.
8. NeuMoDx System vil genkende stregkoden og starte behandling af prøverørene, medmindre de reagenser eller forbrugsvarer, der skal bruges til testen, ikke er til rådighed.
9. For at generere gyldige resultater skal mindst 2 ud af 3 replikater give resultater inden for på forhånd definerede parametre. Det nominelle mål for den lave kalibrator er  $3,7 \log_{10}$  IE/ml, og det nominelle mål for den høje kalibrator er  $5,7 \log_{10}$  IE/ml.

<b>NeuMoDx HBV External Calibrator</b>	<b>HBV-resultat</b>
Høj kalibrator (HCHBV)	2 af 3 kalibratorer gyldige
Lav kalibrator (LCHBV)	2 af 3 kalibratorer gyldige

10. Et afvigende resultat for eksterne kalibratorer håndteres som følger:
  - a. Hvis gyldighedskontrolen ikke lykkes for den ene eller begge kalibratorer, skal behandlingen af den eller disse kalibrator(er) gentages med nyt/nye hætteglas. Hvis gyldighedskontrolen ikke lykkes for den ene kalibrator, er det muligt kun at gentage kontrollen for den kalibrator, hvor kontrollen ikke lykkedes, da det ikke er nødvendigt at køre begge kalibratorer i NeuMoDx System.
  - b. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte NeuMoDx Molecular, Inc.
11. Eksterne kontroller skal behandles, efter at kalibratorens gyldighed er blevet fastlagt, og inden du indhenter testresultater fra prøver.

### **BEGRÆNSNINGER**

1. NeuMoDx HBV Calibrators kan kun bruges sammen med NeuMoDx HBV Quant Test Strips på NeuMoDx System.
2. Der skal være en gyldig kalibrering af NeuMoDx HBV Quant Test Strip med NeuMoDx HBV Calibrators, inden NeuMoDx HBV External Controls kan behandles.
3. Der kan forekomme fejlbehæftede resultater fra forkert håndtering, opbevaring eller anden teknisk fejl.
4. Kun personale, der er uddannet i brugen af NeuMoDx System, må betjene NeuMoDx System.

### REFERENCER

1. Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 6th edition. HHS Publication HHS Publication No. (CDC) 300859, Revised June 2020
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition. CLSI document M29-A4; May 2014.

### VAREMÆRKER

NeuMoDx™ er et varemærke, der tilhører NeuMoDx Molecular, Inc.

TaqMan® er et registreret varemærke, der tilhører Roche Molecular Systems, Inc.

Alle andre produktnavne, varemærker og registrerede varemærker, der eventuelt vises i dette dokument, tilhører deres respektive ejere.

### SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler kan blive vist i brugsanvisningen eller på emballagen og mærkaterne:

<b>R only</b>	Receptpligtig		Temperaturbegrensning
	Producent		Må ikke genbruges
	Medicinsk udstyr til <i>in vitro</i> -diagnostik		Indholdet er tilstrækkeligt til <n> tests
	Autoriseret repræsentant i EU		Læs brugsanvisningen
	Katalognummer		Forsiktig
	Batchkode		Biologiske risici
	Anvendes inden		CE-mærke



NeuMoDx Molecular, Inc.  
1250 Eisenhower Place  
Ann Arbor, MI 48108, USA



Emergo Europe B.V.  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Teknisk support/Indberetning af bivirkninger  
og uønskede hændelser: [support@qiagen.com](mailto:support@qiagen.com)

Patent: [www.neumodx.com/patents](http://www.neumodx.com/patents)