

Março de 2024

# Instruções de uso da NeuMoDx™ Biohazard Tip Waste Bag

Versão 1



Para uso em diagnóstico in vitro com o NeuMoDx 96 Molecular System

Rx only

Sujeito a prescrição médica



601000



NeuMoDx Molecular, Inc.  
1250 Eisenhower Place  
Ann Arbor, MI  
48108 EUA



Emergo Europe B.V.  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Países Baixos

40600596PTBR\_C

---

Para obter atualizações de folhetos informativos, visite:

**[www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu)**



Para obter instruções detalhadas, consulte o *Manual do operador do NeuMoDx 96 Molecular System*; N° de ref. 40600317 [REF 500200] ou N° de ref. 40600655 [REF 500201]

---

# Conteúdo

Uso previsto .....	4
Resumo e explicação .....	4
Princípios do procedimento.....	4
Materiais fornecidos .....	6
Conteúdo do kit .....	6
Materiais necessários, mas não fornecidos .....	7
Equipamento.....	7
Avisos e precauções .....	8
Informações de segurança.....	8
Informações de emergência.....	9
Descarte.....	9
Armazenamento, manuseio e estabilidade do produto.....	10
Instruções de uso .....	11
Limitações .....	12
Referências .....	13
Símbolos .....	14
Informações de contato .....	15
Informações sobre pedidos .....	16
Histórico de revisões do documento.....	18

---

## Uso previsto

A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag é um acessório usado para conter as ponteiros geradas pelo NeuMoDx 96 Molecular System. A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag é usada apenas em testes executados no NeuMoDx 96 Molecular System.

## Resumo e explicação

A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag é usada como um acessório para revestir a NeuMoDx 96 Biohazard Tip Waste Bin e coletar ponteiros usadas pelo NeuMoDx 96 Molecular System durante o processamento. A Biohazard Tip Waste Bag e o recipiente associado são usados para descartar ponteiros que podem conter resíduos de risco biológico gerados pelo NeuMoDx 96 Molecular System. A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag consiste em uma bolsa de resíduos de risco biológico vermelha.

## Princípios do procedimento

Os NeuMoDx Systems usam uma combinação de calor e reagentes de extração patenteados para efetuar a lise celular, a extração de ácido nucleico e a inativação/redução de inibidores de espécimes clínicos não processados antes de apresentar o ácido nucleico extraído para detecção por PCR em tempo real. Uma alíquota de espécime não processado é misturada com o NeuMoDx Lysis Buffer adequado e submetida a lise a temperaturas predeterminadas na presença de enzimas líticas e partículas paramagnéticas.

---

Os ácidos nucleicos liberados são capturados pelas partículas paramagnéticas e, em seguida, essas partículas (junto com os ácidos nucleicos ligados) são carregadas no NeuMoDx Cartridge, onde os componentes não ligados/não especificamente ligados são retirados por lavagem usando o NeuMoDx Wash Reagent e o ácido nucleico ligado é eluído usando o NeuMoDx Release Reagent.

Os NeuMoDx Systems misturam o ácido nucleico liberado com primers, sonda(s) e a mistura principal seca específicos do ensaio contidos em uma NeuMoDx Test Strip. Em seguida, o sistema dispensa a mistura preparada pronta para PCR no NeuMoDx Cartridge, onde a PCR em tempo real ocorre. As ponteiros usadas durante o processamento dos testes são armazenadas na NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag até que sejam descartados adequadamente pelo pessoal do laboratório.

# Materiais fornecidos

## Conteúdo do kit

<b>NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag REF 601000</b>	<b>Unidades por embalagem</b>	<b>Testes por unidade</b>	<b>Testes por embalagem</b>
NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag	25	~ 350*	variável*

\* A quantidade de testes por unidade/embalagem pode variar de acordo com o uso real.

---

# Materiais necessários, mas não fornecidos

## Equipamento\*

- NeuMoDx 96 Molecular System [REF 500200 ou 500201]

\* Antes do uso, certifique-se de que os instrumentos foram verificados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante.

---

# Avisos e precauções

## Informações de segurança

Ao trabalhar com produtos químicos, sempre use um jaleco adequado, luvas descartáveis e óculos de proteção. Para obter mais informações, consulte as fichas de dados de segurança (Safety Data Sheets, SDS) aplicáveis. Elas estão disponíveis online em formato PDF compacto e conveniente em [www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu), onde é possível encontrar, visualizar e imprimir a SDS de cada kit e componente do kit NeuMoDx.

- Para uso em diagnóstico in vitro exclusivamente com o NeuMoDx 96 Molecular System.
- Não reutilizar.
- Use sempre luvas nitrílicas sem talco e limpas ao manusear espécimes ou quaisquer reagentes ou consumíveis NeuMoDx.
- Lave muito bem as mãos após realizar o teste.
- Não pipete com a boca. Não fume, beba ou coma em áreas onde os espécimes ou reagentes do kit são manuseados.
- Sempre manuseie os espécimes como se fossem infecciosos e de acordo com procedimentos laboratoriais de segurança como os descritos na publicação *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories* (1) e no *Documento M29-A4 do CLSI* (2).
- Descarte os reagentes não usados e resíduos de acordo com os regulamentos, nacionais, federais, regionais, estaduais e locais.

---

## Informações de emergência

CHEMTREC

Fora dos EUA e Canadá +1 703-527-3887

## Descarte

Descarte como resíduo perigoso de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Isso também se aplica a produtos não usados. Siga as recomendações da Ficha de dados de segurança (FDS).

---

## Armazenamento, manuseio e estabilidade do produto

- A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag deve ser armazenada a 18–28 °C antes de usar.
- Não use se o produto ou a embalagem estiver visivelmente danificado.

---

# Instruções de uso

## NeuMoDx 96 Molecular System

O software do NeuMoDx 96 System solicitará que o usuário esvazie a Biohazard Tip Waste Bin após o uso de aproximadamente 350 ponteiros. A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag e a NeuMoDx 96 Biohazard Tip Waste Bin são fornecidas como acessórios e devem ser usadas para descartar as ponteiros que possam estar em contato com material de risco biológico gerado ao usar o NeuMoDx 96 Molecular System. Consulte o *Manual do operador do NeuMoDx 96* para obter mais detalhes.

---

## Limitações

1. A NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag somente pode ser usada com o NeuMoDx 96 System e não é compatível com nenhum outro sistema de diagnóstico molecular automatizado.
2. O uso deste consumível está limitado a equipes treinadas no uso do NeuMoDx System.
3. É recomendável aplicar boas práticas de laboratório, incluindo a troca de luvas entre o manuseio de espécimes de pacientes ou de resíduos de risco biológico para evitar a contaminação de espécimes.

---

## Referências

1. Centers for Disease Control and Prevention. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 6th edition*. HHS Publication No. (CDC) 300859, Revised June 2020
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition*. CLSI document M29-A4; May 2014

# Símbolos

Os seguintes símbolos podem aparecer nas instruções de uso ou na embalagem e no rótulo:

Símbolo	Definição do símbolo
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Número de catálogo
	Código de lote
	Fabricante
	Sujeito a prescrição médica
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Não reutilizar
	Marca CE
	Consultar as instruções de uso
	Contém

---

## Informações de contato

Para obter assistência técnica e mais informações, consulte o nosso Centro de Suporte Técnico em **[support.qiagen.com](https://support.qiagen.com)**.

Suporte técnico/Informação de vigilância: **[support.qiagen.com](https://support.qiagen.com)**

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo será comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país-membro no qual o usuário e/ou o paciente está estabelecido.

Patente: **[www.neumodx.com/patents](https://www.neumodx.com/patents)**

# Informações sobre pedidos

Produto	REF
NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag	601000

Para obter informações de licenciamento atualizadas e isenções de responsabilidade específicas do produto, consulte o manual do operador ou o manual do respectivo kit NeuMoDx. Os manuais dos kits NeuMoDx estão disponíveis em [www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu) ou podem ser solicitados em [support.qiagen.com](mailto:support.qiagen.com) ou ao seu distribuidor local.

---

## **Observações.**

## Histórico de revisões do documento

Revisão	Resumo de alterações
A, 05/2022	Primeira edição
B, 07/2023	Atualização do endereço da Emergo para Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem Países Baixos. Alteração de <a href="http://www.neumodx.com/client-resources">www.neumodx.com/client-resources</a> para <a href="http://www.qiagen.com/neumodx-ifu">www.qiagen.com/neumodx-ifu</a> .
C, 03/2024	Atualização do conteúdo de instruções detalhadas para adicionar [REF 500200] ou N° de ref. 40600655 [REF 500201] ao Manual do operador do NeuMoDx 96 Molecular System. Adição do URL da patente às Informações de contato. Atualização de <a href="mailto:support@qiagen.com">support@qiagen.com</a> para <a href="mailto:support.qiagen.com">support.qiagen.com</a>

### **Contrato de Licença Limitada para a NeuMoDx Biohazard Tip Waste Bag**

O uso deste produto implica a aceitação, por parte de qualquer comprador ou usuário do produto, dos seguintes termos:

1. O produto deverá ser usado unicamente em conformidade com os protocolos fornecidos com o produto e com o presente manual e recorrendo ao uso exclusivo de componentes contidos no painel. Nos termos dos direitos de propriedade intelectual, a NeuMoDx não concede nenhuma licença para usar ou incorporar os componentes deste painel com quaisquer componentes não incluídos nele, salvo conforme descrito nos protocolos fornecidos com o produto, no presente manual e em quaisquer protocolos adicionais disponíveis em [www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu). Alguns desses protocolos adicionais foram fornecidos pelos usuários da NeuMoDx para os usuários da NeuMoDx. Esses protocolos não foram testados por completo nem otimizados pela NeuMoDx. A NeuMoDx não garante nem fornece garantias de que eles não infrinjam os direitos de terceiros.
2. Com exceção de licenças expressamente declaradas, a NeuMoDx não fornece qualquer garantia de que este painel e/ou o seu uso não infrinjam os direitos de terceiros.
3. Este painel e os seus componentes estão licenciados para uso único e não podem ser reutilizados, reconstruídos ou revendidos.
4. A NeuMoDx renuncia especificamente a quaisquer outras licenças, expressas ou implícitas, à exceção das expressamente indicadas.
5. O comprador e o usuário do painel concordam em não realizar nem permitir que outra pessoa realize qualquer etapa que possa levar a ou facilitar qualquer um dos atos proibidos acima. A NeuMoDx poderá fazer cumprir as proibições deste Contrato de Licença Limitada em qualquer Tribunal e recuperará todos os seus custos investigativos e judiciais, incluindo honorários advocatícios, em qualquer ação destinada a fazer cumprir este Contrato de Licença Limitada ou qualquer um de seus direitos de propriedade intelectual relativos ao painel e/ou seus componentes.

Para obter os termos de licença atualizados, consulte [www.qiagen.com/neumodx-ifu](http://www.qiagen.com/neumodx-ifu).

03/2024 40600596PTBR\_C © 2024 NeuMoDx™. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, NeuMoDx™ (QIAGEN Group). Os nomes registrados, marcas registradas etc. utilizados neste documento, mesmo quando não marcados especificamente como tal, devem ser considerados protegidos pela lei.

