

Novembro de 2017

Manual do kit *artus*[®] HSV-1/2 QS-RGQ

Diagnóstico in vitro qualitativo

Para utilização com os instrumentos QIASymphony[®] SP/AS
e Rotor-Gene[®] Q

Versão 1



4500363



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden



1108702PT

Índice

Utilização prevista	4
Resumo e explicação	5
Informações acerca do agente patogénico	5
Princípio do procedimento	5
Conjuntos de controlo de ensaio e conjuntos de parâmetros de ensaio	6
Materiais fornecidos	7
Conteúdo do kit	7
Materiais necessários, mas não fornecidos	8
Avisos e precauções	9
Informações de segurança	9
Precauções gerais	9
Armazenamento e manuseamento de reagentes	10
Manuseamento e armazenamento de amostras	10
Purificação de ADN viral	11
Isolamento do ADN e configuração do ensaio no QIASymphony SP/AS	12
PCR no Rotor-Gene Q	18
Interpretação dos resultados	19
Guia de resolução de problemas	19
Controlo da qualidade	26
Limitações	26
Características de desempenho	26
Símbolos	27

Informações para encomenda	29
----------------------------------	----

Utilização prevista

O kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ é um teste de amplificação de ácidos nucleicos in vitro para a detecção qualitativa de ADN de vírus do herpes humano simples 1 e 2 em líquido cefalorraquidiano humano (LCR) e plasma. Este kit de teste de diagnóstico utiliza a reação em cadeia da polimerase (PCR) e está configurado para ser utilizado com os instrumentos QIASymphony SP/AS e Rotor-Gene Q.

Para mais informações sobre amostras específicas biológicas humanas com as quais o kit foi validado, ver as folhas de aplicação disponíveis online em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.

A QIAGEN continua a desenvolver e a validar outras aplicações para os kits *artus* QS-RGQ, como seja a utilização com tipos de amostras adicionais.

A versão atualizada deste manual e as respetivas folhas de aplicação estão disponíveis online em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.

O kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ destina-se a ser usado juntamente com apresentação clínica e outros marcadores de laboratório para prognóstico de doença.

Uma vez que a QIAGEN monitoriza continuamente o desempenho dos ensaios e valida novas reclamações, pede-se aos utilizadores que verifiquem se estão a trabalhar com a última revisão das instruções de utilização.

Nota: Antes da realização do teste, verificar a disponibilidade de novas revisões de rotulagem eletrónica em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx

Todos os kits podem ser usados com os respetivos elementos de instrução, desde que o número de versão do manual e outras informações de rotulagem correspondam ao número de versão do kit. O número de versão é visível em cada rótulo da caixa do kit. A QIAGEN

assegura a compatibilidade entre todos os lotes do kit de teste com o mesmo número de versão.

Resumo e explicação

O kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ é um sistema pronto a usar para a deteção de VHS-1 e de ADN de VHS-1 através da reação em cadeia da polimerase (PCR) nos instrumentos Rotor-Gene Q, com preparação da amostra e configuração de ensaio utilizando os instrumentos QIASymphony SP/AS.

Informações acerca do agente patogénico

O vírus do herpes simples (VHS) encontra-se em fluidos de lesões, saliva, líquido cefalorraquidiano (LCR) e secreções vaginais. A forma primária de transmissão é através de contacto direto com lesões e por meio de relações sexuais, bem como no período perinatal. Lesões na pele e nas mucosas da boca e dos genitais caracterizam a maior parte dos casos positivos de VHS. A infeção por VHS tanto pode ser primária (> 90% destes casos são assintomáticos) como recorrente (secundária).

A infeção primária com HSV-1 pode causar, entre outras coisas, gengivostomatite, eczema herpético, ceratoconjuntivite e encefalite; a infeção primária com HSV-2 ocorre, entre outras coisas, como vulvovaginite, meningite e herpes generalizada em recém-nascidos. Os sintomas primários de uma infeção secundária são lesões cutâneas no nariz, na boca e nas regiões genitais. Ainda mais graves são as formas recorrentes de ceratoconjuntivite e de meningite.

Princípio do procedimento

O HSV-1/2 RG Master contém reagentes e enzimas para a amplificação específica de uma região de 154 pb dos genomas HSV-1 e HSV-2, e para a deteção direta do fragmento

amplificado específico nos canais de fluorescência Cycling Green e Cycling Orange do Rotor-Gene Q.

Além disso, o kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ contém um segundo sistema de amplificação heterólogo para identificar uma possível inibição da PCR. Esta inibição é detetada como um controlo interno (IC) no canal de fluorescência Cycling Yellow do Rotor-Gene Q. O limite de deteção da PCR analítica do VHS-1/2 não é reduzido. São fornecidos controlos externos positivos (HSV-1 RG PC e HSV-2 RG PC). Para mais informações, ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkite.aspx.

O controlo negativo (água, grau PCR) monitoriza a PCR quanto a contaminação e é referido como **NTC** (controlo sem modelo) no software QIASymphony.

Conjuntos de controlo de ensaio e conjuntos de parâmetros de ensaio

Os conjuntos de controlo do ensaio são uma combinação de um protocolo com parâmetros adicionais, tais como o controlo interno, para purificação da amostra no QIASymphony SP. Um conjunto de controlo do ensaio predefinido é pré-instalado para cada protocolo.

Os conjuntos de parâmetros de ensaio são a combinação de uma definição de ensaio com parâmetros adicionais definidos, tais como modelos de replicação e número de padrões de ensaio, para configuração de ensaio no QIASymphony AS.

Para corridas integradas no QIASymphony SP/AS, o conjunto de parâmetros de ensaio é diretamente ligado ao conjunto de controlo do ensaio adiantado especificando o processo de purificação da amostra associado.

Materiais fornecidos

Conteúdo do kit

artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit			(24)
Número de catálogo			4500363
Número de reações			24
Cor da	Nome do componente	Símbolo	Quantidade
Azul	HSV-1/2 RG Master	MASTER _s	3 x 300 µl
Amarelo	HSV-1/2 Mg-Sol*	MG-SOL _s	600 µl
Vermelho	HSV-1 RG PC [†] (100 cópias/µl)		200 µl
Castanho	HSV-2 RG PC [†] (100 cópias/µl)		200 µl
Verde	HSV-1/2 RG IC [‡]	IC _s	1000 µl
Branco	Água (grau PCR)		1000 µl
Manual			1

* Solução de magnésio.

[†] Controlo positivo.

[‡] Controlo interno.

_s Consultar na página 27 uma lista de símbolos e respetivas definições.

Materiais necessários, mas não fornecidos

Importante: Assegurar que os instrumentos usados neste procedimento foram verificados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante.

Equipamento geral de laboratório

- I Pipetas ajustáveis e pontas de pipetas estéreis com filtros
- I Misturador vórtex
- I Banho-maria com capacidade de incubação a 37 °C
- I Centrífuga de bancada com rotor para tubos de ensaio de 2 ml, com capacidade para centrifugação a 6800 x *g*.

Materiais e equipamentos adicionais para a preparação de amostras

- I QIASymphony SP (módulo do QIASymphony RGQ) (n.º cat. 9001297)
- I QIASymphony AS (módulo do QIASymphony RGQ) (n.º cat. 9001301)
- I Software QIASymphony versão 4.0
- I Kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen (n.º cat. 937036 ou 937055)

Equipamentos adicionais para PCR

- I Instrumento Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM ou Rotor-Gene Q 5plex HRM (módulo do QIASymphony RGQ)
- I Software para Rotor-Gene Q, versão 2.1, ou superior

Nota: Para mais informações sobre os materiais necessários para aplicações específicas, ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.

Avisos e precauções

Para utilização em diagnóstico in vitro

Informações de segurança

Ao trabalhar com substâncias químicas, usar sempre uma bata de laboratório adequada, luvas descartáveis e óculos de proteção. Para obter mais informações, consultar as fichas de dados de segurança adequadas. Estas estão disponíveis online no formato PDF, em **www.qiagen.com/safety**, onde é possível encontrar, visualizar e imprimir as fichas de dados de segurança para cada kit QIAGEN e respetivos componentes.

Para informações de segurança relativas ao kit de purificação usado, consultar o manual do respetivo kit. Para informações de segurança relativas aos módulos de instrumentos, consultar o manual do utilizador do instrumento aplicável.

Eliminar a amostra, líquido e resíduos do ensaio de acordo com os regulamentos de segurança e ambientais locais e nacionais.

Precauções gerais

Ter sempre em atenção as seguintes recomendações:

- I Utilizar pontas de pipetas estéreis com filtros.
- I Durante as etapas manuais, sempre que possível, manter os tubos fechados e evitar contaminação.
- I Descongelar completamente todos os componentes à temperatura ambiente (15–25 °C) antes de dar início a um ensaio.

- I Assim que estiverem descongelados, misturar os componentes (pipetando repetidamente para cima e para baixo ou aplicando impulsos no vórtex) e centrifugar brevemente. Assegurar que não há espuma ou bolhas nos tubos de reagentes.
- I Não misturar componentes dos kits com números de lotes diferentes.
- I Assegurar que os adaptadores necessários são pré-arrefecidos para 2–8 °C.
- I Trabalhar com rapidez e manter os reagentes da PCR em gelo ou no bloco de arrefecimento antes de proceder ao respetivo carregamento.
- I Avançar continuamente entre etapas do procedimento. O tempo de transferência entre cada módulo (QIASymphony SP para QIASymphony AS para Rotor-Gene Q) não deverá demorar mais de 30 minutos.

Armazenamento e manuseamento de reagentes

Os componentes do kit *artus* HSV-1/2 QSRGQ devem ser armazenados entre –15 °C e –30 °C e são estáveis até ao prazo de validade impresso no rótulo. Deve evitar-se repetir o processo de descongelamento e congelamento (>2 vezes), uma vez que isso pode reduzir o desempenho do ensaio. Se os reagentes se destinarem a ser usados de forma intermitente, devem ser congelados em alíquotas. O armazenamento a 2–8 °C não pode exceder um período de 5 horas.

Manuseamento e armazenamento de amostras

Para mais informações sobre manuseamento e armazenamento de amostras para aplicações específicas, ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkite.aspx.

Purificação de ADN viral

O kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ foi validado com um passo de purificação de ADN viral realizado no QIASymphony SP com o kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen. Ver no *Manual do QIASymphony DSP Virus/Pathogen* todas as informações sobre a preparação do cartucho de reagentes para o passo de purificação de amostras no QIASymphony SP.

Usar um controlo interno e ARN transportador (CARRIER)

A utilização de kits QIASymphony DSP Virus/Pathogen em conjunto com o kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ requer a introdução de um controlo interno (HSV-1/2 RG IC) no procedimento de purificação para monitorizar a eficiência da preparação da amostra e ensaios a jusante. Além disso, os kits QIASymphony DSP Virus/Pathogen podem exigir a preparação de um ARN transportador (CARRIER).

Para mais informações sobre o controlo interno e a utilização de ARN transportador (CARRIER), ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.

Rendimentos de ácidos nucleicos

Os eluatos preparados com ARN transportador (CARRIER) podem conter mais ARN transportador (CARRIER) do que ácidos nucleicos alvo. Recomenda-se a utilização de métodos de amplificação quantitativos para determinar os rendimentos.

Armazenar ácidos nucleicos

Para o armazenamento a curto prazo até 24 horas, recomendamos o armazenamento dos ácidos nucleicos purificados a 2–8 °C. Para o armazenamento a longo prazo superior a 24 horas, recomendamos o armazenamento a –20 °C.

Preparação dos instrumentos QIASymphony SP/AS para utilização

1. Fechar todas as bandejas e coberturas.
2. Ligar os instrumentos QIASymphony SP/AS e aguardar até que o ecrã **Sample Preparation** (Preparação da amostra) apareça e o procedimento de inicialização fique completo.
3. Aceder ao instrumento (as bandejas serão desbloqueadas).

Isolamento do ADN e configuração do ensaio no QIASymphony SP/AS

A descrição que se segue é um protocolo geral para utilização dos kits QIASymphony DSP Virus/Pathogen. Para mais informações sobre uma aplicação específica, incluindo volumes e tubos, ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.

Pontos importantes antes de iniciar o procedimento

- I Assegurar que o utilizador está familiarizado com o modo de funcionamento dos instrumentos QIASymphony SP/AS. Consultar os manuais do utilizador fornecidos com os instrumentos e as versões mais atuais disponíveis online em www.qiagen.com/products/qiasymphonyrgq.aspx para obter instruções de funcionamento.

- I Antes de utilizar um cartucho de reagente (RC) pela primeira vez, verificar se os tampões QSL2 e QSB1 no cartucho (RC) não contêm um precipitado.

Se necessário, remover as cavidades que contêm os tampões QSL2 e QSB1 do cartucho de reagente (RC) e incubar durante 30 minutos, a 37 °C, com agitação ocasional para dissolver o precipitado. Assegurar que as cavidades são novamente colocadas nas posições corretas. Se o cartucho de reagente (RC) já estiver perfurado, assegurar que as cavidades são seladas com tiras vedantes reutilizáveis e proceder à incubação do

cartucho de reagente completo (RC), durante 30 minutos a 37 °C com agitação ocasional em banho-maria.

- | Evitar a agitação vigorosa do cartucho de reagente (RC), caso contrário poderá formar-se espuma que pode conduzir a problemas de deteção do nível líquido.
- | Trabalhar com rapidez e manter os reagentes da PCR em gelo ou no bloco de arrefecimento antes de proceder ao respetivo carregamento.
- | Os volumes de reagentes estão otimizados para 24 reacções por kit por procedimento de ensaio.
- | Antes de cada utilização, todos os reagentes têm de ser completamente descongelados, misturados (por pipetagem repetida para cima e para baixo ou por ação rápida do vórtex) e centrifugados durante, pelo menos, 3 segundos a 6800 x *g*. Evitar a formação de espuma nos reagentes.
- | Os eluatos da preparação da amostra e todos os componentes do kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ comprovaram a estabilidade no interior do instrumento durante, pelo menos, o tempo normal necessário para purificação de 96 amostras e configuração de 72 ensaios, incluindo um tempo de transferência de até 30 minutos do QIASymphony SP para o QIASymphony AS, e um tempo de transferência de até 30 minutos do QIASymphony AS para o Rotor-Gene Q.

Aspetos importantes antes de iniciar o procedimento

- | Preparar todas as misturas necessárias. Se necessário, preparar as misturas que contêm ARN transportador (CARRIER) e controlos internos imediatamente antes de iniciar o procedimento. Para mais informações, ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.
- | Antes de iniciar o procedimento, assegurar que as partículas magnéticas estão completamente ressuspensas. Agitar vigorosamente no vórtex a cavidade contendo as partículas magnéticas, durante, pelo menos, 3 minutos antes da primeira utilização.

- I Antes de carregar o cartucho de reagente (RC), retirar a tampa da cavidade que contém as partículas magnéticas e abrir os tubos de enzimas. Assegurar que o suporte de enzimas foi estabilizado à temperatura ambiente (15–25 °C).
- I Assegurar que a cobertura perfurável (PL) é colocada no cartucho de reagente (RC) e a cobertura da cavidade das partículas magnéticas foi removida, ou se for utilizado um cartucho de reagente (RC) parcialmente usado, assegurar que a tira vedante reutilizável foi removida.
- I Caso as amostras tenham códigos de barras, orientar as amostras no porta-tubos, de forma a que os códigos de barras fiquem virados na bandeja “Sample” (Amostra) para o lado esquerdo do QIASymphony SP, onde se situa o leitor de códigos de barras.

Configuração do QIASymphony SP

1. Fechar todas as bandejas e coberturas dos instrumentos QIASymphony SP/AS.
2. Ligar os instrumentos e aguardar até que o ecrã **Sample Preparation** apareça e o procedimento de inicialização esteja concluído.
O interruptor de alimentação está localizado no canto inferior esquerdo do QIASymphony SP.
3. Aceder aos instrumentos.
4. Preparar as bandejas seguintes de acordo com a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx.
 - Bandeja “Waste” (Resíduos)
Depois de preparada, realizar uma inventariação.
 - Bandeja “Eluate” (Eluato)
Depois de preparada, realizar uma inventariação.
 - Bandeja “Reagents and Consumables” (Reagentes e consumíveis)
Depois de preparada, realizar uma inventariação.
 - Bandeja “Sample”

5. Utilizando a configuração **Integrated run** (Ensaio integrado) no ecrã tátil do QIASymphony, introduzir as informações necessárias para cada lote de amostras a ser processado.
6. Selecionar o conjunto de parâmetros de ensaio para a corrida e atribuir o lote correspondente às amostras.

Para informações sobre o conjunto de parâmetros de ensaio e o volume de eluição pré-selecionado, ver a respetiva folha de aplicação.

Para informações sobre corridas integradas no QIASymphony SP/AS, ver os manuais de utilizador dos instrumentos.
7. Ao configurar um ensaio integrado, verificar as atribuições corretas do material de laboratório das amostras, tipo de amostras (amostra, EC+ e EC-) e volumes.

Para informações sobre consumíveis e componentes a carregar em cada bandeja, ver a respetiva folha de aplicação.
8. Depois de introduzidas as informações sobre todos os lotes do ensaio integrado, clicar no botão **Ok** (OK) para sair da configuração **Integrated run**.
9. O estado de todos os lotes dentro da vista geral do ensaio integrado muda de **LOADED** (Carregado) para **QUEUED** (Em fila). Assim que um lote é colocado em fila, o botão **Run** (Executar) aparece. Premir o botão **Run** para dar início ao procedimento.

Todos os passos de processamento são totalmente automatizados.

Configuração do QIASymphony AS

1. Depois da colocação em fila de uma corrida integrada, abrir as bandejas QIASymphony AS. Os componentes que devem ser carregados são mostrados no ecrã tátil.
2. Fazer sempre o seguinte antes do ensaio integrado:
 - Inserir o coletor de pontas
 - Eliminar o saco de resíduos de pontas
 - Instalar um saco vazio de resíduos de pontas

3. Definir e carregar o(s) suporte(s) de ensaio.

O(s) suporte(s) de ensaio em adaptador(es) pré-arrefecido(s) são carregados na(s) ranhura(s) "Assay" (Ensaio).

Para mais informações sobre os suportes de ensaio, ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pckitce.aspx.

4. Verificar a temperatura das posições de arrefecimento.

Quando as temperaturas-alvo de arrefecimento são atingidas, o pequeno asterisco junto a cada ranhura acende-se a verde.

5. Combinar todos os tubos de HSV-1/2 RG Master de um único kit num tubo antes de usar.

Nota: Os reagentes viscosos podem ser difíceis de manusear com pipetas manuais. Assegurar que a totalidade do volume do HSV-1/2 RG Master é transferida para o tubo.

6. Encher cada tubo de ensaio com o volume necessário de cada reagente de acordo com a informação de carregamento fornecida pelo software do instrumento.

Nota: Antes de cada utilização, todos os reagentes têm de ser completamente descongelados, misturados (por pipetagem repetida para cima e para baixo ou por ação rápida do vórtex) e centrifugados durante, pelo menos, 3 segundos a 6800 x g. Evitar a formação de bolhas ou espuma, que poderão causar erros de deteção. Trabalhar com rapidez e manter os componentes de PCR em gelo ou no bloco de arrefecimento antes de proceder ao respetivo carregamento.

7. Carregar o suporte de reagente e colocar os tubos de reagente, sem as tampas, nas posições correspondentes dos adaptadores pré-arrefecidos para reagentes de acordo com a respetiva folha de aplicação.

8. Carregar as bandejas "Eluate and Reagents" (Eluato e reagentes) e "Assays" (Ensaio) com pontas com filtros descartáveis de acordo com o número necessário para cada tipo de ponta indicado na respetiva folha de aplicação.

9. Fechar as bandejas "Eluate and Reagents" e "Assays".

10. Ao fechar cada bandeja, premir **Scan** (Ler) para dar início à inventariação de cada bandeja.

A inventariação verifica ranhuras, adaptadores, pontas com filtro e coletor de pontas, bem como se o carregamento de determinados volumes de reagente está correto. Se necessário, corrigir eventuais erros.

A configuração do ensaio inicia-se automaticamente depois de concluído o passo de purificação no QIASymphony SP e de os suportes de eluato serem transferidos para o QIASymphony AS.

11. Após finalizar o ensaio, premir **Remove** (Remover) no ecrã **Overview** (Perspetiva geral) da configuração do ensaio. Abrir a bandeja “Assays” e descarregar o(s) suporte(s) de ensaio.

12. Efetuar a transferência dos ficheiros de resultados e do ciclador.

13. Se vários lotes no QIASymphony AS estiverem configurados num ensaio integrado, recarregar as bandejas do QIASymphony AS, começando no passo 1.

14. Prosseguir para “PCR on the Rotor-Gene Q”, página 18.

15. Efetuar a manutenção regular do QIASymphony AS durante ou após a corrida PCR no Rotor-Gene Q ou posterior.

Uma vez que o fluxo de trabalho é uma operação integrada, limpar todos os instrumentos no final do fluxo de trabalho.

Observar as instruções de manutenção no *Manual do utilizador QIASymphony SP/AS — Descrição Geral*. Assegurar que a manutenção é efetuada regularmente, de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada.

PCR no Rotor-Gene Q

Pontos importantes antes de iniciar o procedimento

- I Familiarizar-se com o instrumento Rotor-Gene Q antes de dar início ao protocolo. Consultar o manual do utilizador do instrumento.
 - I Assegure-se de que os dois controlos positivos e, pelo menos, um controlo negativo (água grau PCR) são incluídos em cada corrida de PCR.
1. Fechar os tubos de PCR e colocá-los no rotor de 72 poços do Rotor-Gene Q.
 2. Transferir as tiras de 4 tubos Rotor-Gene Q com a orientação correta, por forma a respeitar a correspondência entre os índices das posições do adaptador de arrefecimento e do rotor.
 3. Assegurar que o anel de bloqueio (acessório do instrumento Rotor-Gene Q) é colocado no topo do rotor para evitar a abertura accidental dos tubos durante o ensaio.
 4. Transferir o ficheiro do ciclador do QIASymphony AS para o computador do Rotor-Gene Q.
 5. Para a deteção de ADN de VHS-1/2, criar um perfil de temperatura e iniciar o ensaio de acordo com a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkite.aspx.
As informações específicas do software sobre a programação do Rotor-Gene Q são fornecidas na respetiva folha de protocolo “*Settings to run artus QS RGQ Kits*” (Definições de ensaio dos kits artus QS-RGQ) em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkite.aspx.

Interpretação dos resultados

Ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx para mais informações sobre a interpretação dos resultados.

Guia de resolução de problemas

Este guia de resolução de problemas pode ser útil para resolver qualquer problema que possa surgir. Consultar informações de contacto na contracapa ou visitar www.qiagen.com.

Comentários e sugestões

Manuseamento geral

Mensagem de erro visualizada no ecrã tátil	Se for visualizada uma mensagem de erro durante um ensaio integrado, consultar os manuais do utilizador que acompanham os instrumentos.
--	---

Precipitado na cavidade de reagente do cartucho aberto do kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen

- | | |
|-------------------------|--|
| a) Evaporação do tampão | A evaporação excessiva pode levar ao aumento da concentração salina ou à diminuição das concentrações de álcool em tampões. Eliminar o cartucho de reagente (RC). Assegurar que as cavidades do tampão de um cartucho de reagente (RC) parcialmente usado são seladas com tiras vedantes reutilizáveis quando este não estiver a ser usado para purificação. |
|-------------------------|--|

Comentários e sugestões

- b) Armazenamento do cartucho de reagente (RC)
- O armazenamento do cartucho de reagente (RC) a temperaturas inferiores a 15 °C pode conduzir à formação de precipitados. Se necessário, remover as cavidades que contêm os tampões QSL2 e QSB1 do cartucho de reagente (RC) e incubar em banho-maria durante 30 minutos, a 37 °C, com agitação ocasional para dissolver o precipitado. Assegurar que as cavidades são novamente colocadas nas posições corretas. Se o cartucho de reagente (RC) já estiver perfurado, assegurar que as cavidades são seladas com tiras vedantes reutilizáveis e proceder à incubação do cartucho de reagente (RC) completo em banho-maria durante 30 minutos, a 37 °C, com agitação ocasional.

Baixo rendimento de ácidos nucleicos

- a) As partículas magnéticas não foram completamente ressuspensas
- Antes de iniciar o procedimento, assegurar que as partículas magnéticas estão completamente ressuspensas. Agitar no vórtex durante, pelo menos, 3 minutos antes de usar.
- b) As amostras congeladas não foram devidamente misturadas após descongelamento
- Descongelar as amostras congeladas com agitação ligeira para assegurar a correta mistura.
- c) ARN transportador (CARRIER) não adicionado
- Reconstituir o ARN transportador (CARRIER) em tampão AVE (AVE) ou ATE (ATE) e misturar com um volume adequado de tampão AVE (AVE) ou ATE (ATE), conforme se descreve na folha de aplicação

Comentários e sugestões

relevante em www.qiagen.com/products/artushsv-12pckitce.aspx. Repetir o procedimento de purificação com novas amostras.

- d) Ácidos nucleicos degradados
- As amostras foram armazenadas incorretamente ou sujeitas a demasiados ciclos de congelamento/descongelamento. Repetir o procedimento de purificação com novas amostras.
- e) Lise incompleta da amostra
- Antes de usar, verificar se o tampão QSL2 e QSB1 não contém precipitados. Se necessário, remover as cavidades que contêm os tampões QSL1 e QSB1 do cartucho de reagente (RC) e incubar durante 30 minutos, a 37 °C, com agitação ocasional para dissolver o precipitado. Se o cartucho de reagente (RC) já estiver perfurado, assegurar que as cavidades são novamente fechadas com tiras vedantes reutilizáveis e proceder à incubação do cartucho de reagente completo (RC), durante 30 minutos a 37 °C com agitação ocasional em banho-maria.
- f) Entupimento da ponta da pipeta devido a material insolúvel
- O material insolúvel não foi removido da amostra antes de se iniciar o procedimento de purificação no QIASymphony.
- Para remover o material insolúvel para aplicações virais, centrifugar a amostra a 3000 x g durante 1 minuto e transferir o sobrenadante para um novo tubo de amostra.

Comentários e sugestões

O QIASymphony AS deteta Master insuficiente

Não foi transferida a totalidade do Master para o tubo

Combinar todos os tubos de HSV-1/2 RG Master de um único kit num tubo antes de usar. Os reagentes viscosos podem ser difíceis de manusear com pipetas manuais. Assegurar que a totalidade do volume do Master é transferida para o tubo.

Para reagentes viscosos, recomendamos a aspiração de um volume adicional de 5% quando são utilizadas pipetas manuais (por exemplo, ajuste a pipeta para 840 µl para um volume de 800 µl).

Em alternativa, depois de distribuir lentamente o líquido e realizar a deflação na parede do tubo alvo, retirar a ponta do líquido, libertar o êmbolo da pipeta e aguardar mais 10 segundos. Sairá líquido residual da ponta e poderá ser eliminado, premindo o êmbolo da pipeta uma segunda vez. A utilização de pontas com grau de PCR designadas de “baixa retenção” podem aperfeiçoar a recuperação de líquido.

Nenhum sinal com controlos positivos (HSV-1 RG PC e HSV-2 RG PC) no canal de fluorescência Cycling Green ou Cycling Orange

a) O canal de fluorescência selecionado para análise dos dados de PCR não cumpre o protocolo.

Para a análise de dados, selecionar os canais de fluorescência Cycling Green e Cycling Orange para a PCR analítica de VHS-1/2 e o canal de fluorescência Cycling Yellow para a PCR do controlo interno.

Comentários e sugestões

- | | |
|--|---|
| b) Programação incorreta do perfil de temperatura do instrumento Rotor-Gene | Comparar o perfil de temperatura com o protocolo. Ver a respetiva folha de aplicação e a folha de protocolo em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx . |
| c) Configuração incorreta da PCR | Assegurar que a configuração do ensaio foi efetuada corretamente e que se utilizou o conjunto de parâmetros correto. Repetir a PCR, se necessário. Ver a respetiva folha de aplicação em www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkitce.aspx |
| d) As condições de armazenamento para um ou mais componentes do kit não cumprem as instruções fornecidas em “Reagent Storage and Handling”, página 10. | Verificar as condições de armazenamento e a data de validade na etiqueta do kit dos reagentes e usar um novo kit, caso seja necessário. |
| e) Prazo de validade do kit <i>artus</i> HSV-1/2 QS-RGQ expirado | Verificar as condições de armazenamento e a data de validade na etiqueta do kit dos reagentes e usar um novo kit, caso seja necessário. |

Sinal fraco ou ausente do controlo interno de uma amostra negativa sujeita a purificação usando o kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen no canal de fluorescência Cycling Yellow e ausência simultânea de sinal no canal Cycling Green ou Cycling Orange

- | | |
|---|---|
| a) As condições de PCR não cumprem os requisitos do protocolo | Verificar as condições da PCR (ver acima) e repetir a PCR com as definições corrigidas, caso seja necessário. |
|---|---|

Comentários e sugestões

- b) A PCR foi inibida Assegurar que se utiliza o método de isolamento validado (consultar “DNA isolation and assay setup on the QIAasymphony SP/AS”, na página 12) e seguir rigorosamente as instruções.
- c) Ocorreram perdas de ADN durante a extração Um sinal ausente do controlo interno pode indicar perda de ADN durante a extração. Assegurar que se utiliza o método de isolamento validado (consultar “DNA isolation and assay setup on the QIAasymphony SP/AS”, na página 12) e seguir rigorosamente as instruções.
- Ver também “Low yield de ácidos nucleicos”, above.
- d) As condições de armazenamento para um ou mais componentes do kit não cumprem as instruções fornecidas em “Reagent Storage and Handling” (página 10) Verificar as condições de armazenamento e a data de validade na etiqueta do kit dos reagentes e usar um novo kit, caso seja necessário.
- e) Prazo de validade do kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ expirado Verificar as condições de armazenamento e a data de validade na etiqueta do kit dos reagentes e usar um novo kit, caso seja necessário.

Comentários e sugestões

Sinais com os controlos negativos no canal de fluorescência Cycling Green ou Cycling Orange

- a) Ocorreu contaminação durante a preparação da PCR
- Repetir a PCR com novos reagentes em replicações.
- Se possível, fechar os tubos de PCR imediatamente após a adição da amostra a ser testada.
- Assegurar que o espaço de trabalho e os instrumentos são descontaminados regularmente.
- b) Ocorreu contaminação durante a extração
- Repetir a extração e a PCR da amostra a ser testada usando novos reagentes.
- Assegurar que o espaço de trabalho e os instrumentos são descontaminados regularmente.

Controlo da qualidade

De acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade Total da QIAGEN certificado pela norma ISO, todos os lotes do kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ são testados face a especificações predeterminadas, para garantir uma qualidade constante do produto.

Limitações

Todos os reagentes podem ser exclusivamente utilizados em diagnóstico in vitro.

O produto deve apenas ser utilizado por pessoal com formação específica em procedimentos de diagnóstico in vitro e devidamente instruído para o efeito.

Para resultados de PCR óptimos, é necessário que as instruções do manual do utilizador sejam rigorosamente observadas.

Deverá ser dada atenção aos prazos de validade impressos na caixa e nos rótulos de todos os componentes. Não utilizar componentes cujo prazo de validade tenha expirado.

Embora rara, a ocorrência de mutações nas regiões altamente conservadas do genoma viral cobertas pelos iniciadores (primers) e/ou sonda do kit pode resultar em sub-quantificação ou falha em detetar a presença do vírus. A validade e o desempenho do ensaio são revistos regularmente.

Características de desempenho

Ver www.qiagen.com/products/artushsv-12pcrkite.aspx para as características de desempenho do kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ.

Símbolos

Na tabela que se segue são descritos os símbolos que podem aparecer na rotulagem ou neste documento.



<N>

Contém reagentes suficientes para <N> reações



Prazo de validade



Dispositivo médico para diagnóstico in vitro



Número de catálogo



Número do lote



Número do material



Componentes



Contém



Número

GTIN

Número do item de comércio mundial

Rn

R é a revisão do Manual e n é o número da revisão



Limites de temperatura



Fabricante



Consultar as instruções de utilização



Atenção

MASTER

Master

MG-SOL

Solução de magnésio

QS

Padrão de quantificação

IC

Controlo interno

Histórico de revisões do documento

R7, novembro de 2017

Subtítulo da capa corrigido para “qualitativo”;
adicionada data.

Informações para encomenda

Produto	Conteúdo	N.º de cat.
Kit <i>artus</i> HSV-1/2 QS-RGQ (24)	Para 24 reações: Master, solução de magnésio, 2 controlos positivos, controlo interno, água (grau PCR)	4500363
Kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi	Para 96 preparações (1000 µl cada): inclui 2 cartuchos de reagentes e suportes e acessórios de enzimas	937055
Kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini	Para 192 preparações (200 µl cada): inclui 2 cartuchos de reagentes e suportes e acessórios de enzimas	937036
Sistema QIASymphony RGQ	QIASymphony SP, QIASymphony AS, Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM, acessórios e consumíveis necessários, instalação e formação	9001850

Para obter informações de licenciamento atualizadas e renúncia de responsabilidades específicas do produto, consultar o respetivo manual do utilizador ou o manual do kit QIAGEN. Os manuais do kit e do utilizador QIAGEN encontram-se disponíveis em www.qiagen.com ou podem ser solicitados à Assistência Técnica ou ao distribuidor local da QIAGEN.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

A aquisição deste produto permite ao comprador o seu uso para efetuar serviços de diagnóstico em processos de diagnóstico humano in vitro. Não é aqui concedida patente geral ou outra licença de qualquer tipo além deste direito de utilização específico a partir da compra.

Marcas registadas: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony®, *artus*®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group).

Os nomes registados, as marcas comerciais, etc. utilizados neste documento, mesmo quando não assinalados como tal, não devem ser considerados como não protegidos por lei.

O kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ é um kit de diagnóstico com a marcação CE, de acordo com a Diretiva Europeia 98/79/CE para Diagnóstico In Vitro. Não disponível em todos os países.

Acordo de licença limitada para o kit *artus* HSV-1/2 QS-RGQ

A utilização deste produto significa a aceitação, por parte de qualquer comprador ou utilizador do produto, dos seguintes termos:

1. O produto só pode ser usado em conformidade com os protocolos fornecidos com o produto e este manual e apenas com os componentes contidos no kit. A QIAGEN não concede qualquer licença ao abrigo da sua propriedade intelectual para usar ou incorporar os componentes incluídos neste kit com qualquer componente não incluído neste kit, exceto conforme descrito nos protocolos fornecidos com o produto, este manual e quaisquer protocolos adicionais disponíveis em www.qiagen.com. Alguns destes protocolos adicionais foram fornecidos por utilizadores QIAGEN para utilizadores QIAGEN. Estes protocolos não foram devidamente testados nem otimizados pela QIAGEN. A QIAGEN não garante nem fornece qualquer garantia de que os mesmos não infringam direitos de terceiros.
2. À exceção de licenças expressamente declaradas, a QIAGEN não fornece qualquer garantia de que este kit e/ou a sua utilização ou utilizações não infringam os direitos de terceiros.
3. Este kit e os seus componentes estão licenciados para uma única utilização e não podem ser reutilizados, renovados ou objeto de revenda.
4. A QIAGEN recusa especificamente qualquer outra licença, expressa ou implícita, à exceção das expressamente declaradas.
5. O comprador e utilizador do kit concorda em não tomar nem permitir que qualquer outro tome medidas que possam conduzir ou facilitar qualquer dos atos acima proibidos. A QIAGEN pode fazer cumprir as proibições deste Acordo de Licença Limitada em qualquer Tribunal e irá recuperar todos os seus custos legais e de investigação, incluindo honorários de advogados, em qualquer processo destinado a fazer cumprir este Acordo de Licença Limitada ou qualquer dos seus direitos de propriedade intelectual relativos ao kit e/ou seus componentes.

Para obter os termos de licença atualizados, consultar www.qiagen.com.

HB-0403-007 1108702 11/2017

© 2010-2017 QIAGEN, todos os direitos reservados.

