

## Nota importante

### *ipsogen*® BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit (n.º de cat. 670723)

Caro cliente do *ipsogen*® BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit,

Temos todo o gosto em informá-lo acerca da disponibilidade do *ipsogen* RT Kit (n.º de cat. 679823), um dispositivo de Classe A (não esterilizado) em conformidade com o Regulamento para dispositivos de diagnóstico in vitro UE/2017/746 (RDIV).

Em conformidade com o RDIV, a produção do *ipsogen* RT Kit (33) CE (n.º de cat. 679923), com marcação CE sob a diretiva IVD da UE 98/79/CE (IVDD), foi descontinuada na data de aplicação do RDIV (26 de maio de 2022). Consequentemente, este *ipsogen* RT Kit (33) CE (n.º de cat. 679923) IVDD será vendido apenas até ao stock em armazém esgotar e nunca depois da respetiva data de validade.

A seguinte tabela apresenta os detalhes do kit IVDD a ser gradualmente descontinuado e do respetivo kit RDIV sucessor disponível:

Kit IVDD a ser gradualmente descontinuado:		Kit RDIV sucessor disponível:	
Nome do produto IVDD	Número de catálogo IVDD	Nome do produto RDIV	Número de catálogo RDIV
<i>ipsogen</i> RT Kit (33) CE	679923	<i>ipsogen</i> RT Kit	679823

De notar que a composição do kit não sofreu alterações. Sobretudo, note adicionalmente que o *ipsogen* RT Kit (33) CE (n.º de cat. 679923) IVDD e o *ipsogen* RT Kit (n.º de cat. 679823) em conformidade com o RDIV são, tecnicamente, idênticos.

Para mais informações acerca deste produto, consulte [resources.qiagen.com/679823](https://resources.qiagen.com/679823).

Com os melhores cumprimentos,

QIAGEN

[www.qiagen.com](https://www.qiagen.com)