

## Nota importante

### *ipsogen*<sup>®</sup> BCR-ABL1 MbcR IS-MMR Kit (n.º de cat. 670723)

Estimado cliente de *ipsogen*<sup>®</sup> BCR-ABL1 MbcR IS-MMR Kit:

Nos complace informarle de la disponibilidad del producto *ipsogen* RT Kit (n.º de cat. 679823), clase A (no estéril) que cumple con el Reglamento (UE) 2017/746 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVDR).

En cumplimiento con el IVDR, la producción del *ipsogen* RT Kit (33) CE (n.º de cat. 679923), con marca CE según la Directiva 98/79/CE de la UE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVDD), ha dejado de fabricarse en la fecha de entrada en vigor del IVDR (26 de mayo de 2022). En consecuencia, este IVDD *ipsogen* RT Kit (33) CE (n.º de cat. 679923) solo se venderá mientras queden existencias en el almacén y no después de su fecha de caducidad válida.

La siguiente tabla muestra los detalles del kit IVDD que estará fuera de fase y su kit IVDR sucesor disponible:

Kit IVDD que estará fuera de fase:		Kit IVDR sucesor disponible:	
Nombre del producto IVDD	Número de catálogo de IVDD	Nombre del producto IVDR	Número de catálogo de IVDR
<i>ipsogen</i> RT Kit (33) CE	679923	<i>ipsogen</i> RT Kit	679823

Tenga en cuenta que no se ha hecho ningún cambio en la composición del kit. Importante: Tenga también en cuenta que el IVDD *ipsogen* RT Kit (33) CE (n.º de cat. 679923) y el *ipsogen* RT Kit (n.º de cat. 679823) que cumple con el IVDR son idénticos desde el punto de vista técnico.

Para obtener más información sobre este producto, consulte [resources.qiagen.com/679823](https://resources.qiagen.com/679823).

Atentamente,

QIAGEN

[www.qiagen.com](https://www.qiagen.com)