

Važna napomena

ipsogen[®] BCR-ABL1 MbcR IS-MMR Kit (kat. br. 670723)

Poštovani korisnici kompleta *ipsogen*[®] BCR-ABL1 MbcR IS-MMR Kit,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo o dostupnosti kompleta *ipsogen* RT Kit (kat. br. 679823), proizvoda klase A (nesterilnog) u skladu s Uredbom EU/2017/746 o in vitro dijagnostičkim proizvodima (IVDR).

U skladu s Uredbom IVDR, proizvodnja kompleta *ipsogen* RT Kit (33) CE (kat. br. 679923), s oznakom CE na temelju Direktive EU-a 98/79/EZ o in vitro dijagnostičkim proizvodima (IVDD), prekinuta je s datumom početka primjene Uredbe IVDR (26. svibnja 2022.). Prema tome, komplet *ipsogen* RT Kit (33) CE (kat. br. 679923) u skladu s IVDD-om prodavat će se samo dok se ne iscrpe zalihe u našem skladištu i do isteka roka valjanosti tog proizvoda.

U tablici u nastavku navedene su pojedinosti o kompletu u skladu s IVDD-om koji se povlači s tržišta i dostupnom kompletu u skladu s IVDR-om koji će ga zamijeniti:

Komplet u skladu s IVDD-om koji se povlači s tržišta:		Dostupni zamjenski komplet u skladu s IVDR-om:	
Naziv proizvoda (IVDD)	Kataloški broj (IVDD)	Naziv proizvoda (IVDR)	Kataloški broj (IVDR)
<i>ipsogen</i> RT Kit (33) CE	679923	<i>ipsogen</i> RT Kit	679823

Naglašavamo da nema promjena u sastavu kompleta. Važno je napomenuti i da su komplet u skladu s IVDD-om *ipsogen* RT Kit (33) CE (kat. br. 679923) i komplet u skladu s IVDR-om *ipsogen* RT Kit (kat. br. 679823) tehnički identični.

Dotadne informacije o ovom proizvodu dostupne su putem poveznice resources.qiagen.com/679823.

Srdačan pozdrav

QIAGEN

www.qiagen.com